



omnipod[®]

INSULIN MANAGEMENT SYSTEM



Manuel du Podder[™]

FRT456
GUIDE DE L'UTILISATEUR

3 JOURS*
D'INSULINE
NON-STOP

*Jusqu'à 72 heures
d'administration d'insuline

Coordonnées et informations importantes

service clients

0800 89 76 18 — 24 h/24, 7 j/7

E-mail du Service clients : Omnipod-CH@insulet.com

Site Web : www.myomnipod.com

Adresse : Insulet Corporation, 600 Technology Park Drive, Ste 200
Billerica, MA, 01821, États-Unis

Modèle de PDM : FRT456

Numéro de série : _____

Date de début du système de gestion d'insuline Omnipod® : _____

Professionnel de santé

Nom _____

Adresse _____

Téléphone _____

E-mail _____

Infirmier-ère/Éducateur-ric

Nom _____

Adresse _____

Téléphone _____

E-mail _____

Assurance maladie

Nom _____

Adresse _____

Téléphone _____

Numéro de contrat _____

Pharmacie

Nom _____

Adresse _____

Téléphone _____

E-mail _____

© 2012-2017 Insulet Corporation.

Omnipod et le logo Omnipod sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Insulet Corporation aux États-Unis et dans diverses juridictions. Tous droits réservés.

Informations relatives aux brevets disponibles sur le site www.insulet.com/patents.

FreeStyle et les autres marques associées sont des marques commerciales d'Abbott Diabetes Care Inc. dans diverses juridictions et sont utilisées sous autorisation.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leur détenteurs respectifs. L'utilisation de marques commerciales de tiers ne constitue en aucun cas une approbation et n'implique aucune relation ni autre affiliation.

Table des matières

Introduction	ix
À propos de ce guide de l'utilisateur	ix
Indications et contre-indications	x
Avertissements et précautions d'ordre général	xi
Utilisation en toute sécurité	xii
Fonctionnalités de sécurité	xiii

Mise en route

1 Votre système de gestion d'insuline Omnipod®	1
Bienvenue	1
Le Pod et le PDM	2
Navigation dans l'écran	4
Le bouton Accueil/Marche	4
Le bouton Haut/Bas	4
Touches contextuelles et intitulés des touches contextuelles	4
Le bouton Infos	5
Luminosité de l'écran	5
Raccourci de navigation	5
Saisie des données	6
Saisie de nombres	6
Saisie de texte	6
La barre d'en-tête	7
Indicateur de niveau des piles du PDM	7
Indicateur plus d'infos	7
Indicateur de niveau d'insuline	7
Heure et date	8
Les écrans de niveau supérieur du PDM	8
Écran ID	8
Écran Accueil et écran Plus d'options	9
Écran État	10
Écran InA	11

2 Configuration initiale du PDM	13
Préparation pour votre formation	13
Configuration du PDM	14
Insérer les piles	14
Personnaliser votre PDM	15
Réglages du débit basal et de la glycémie	15
Réglages du calculateur de bolus	18
Ajout de segments	19
Autres réglages du bolus	21
Réglages du Pod	21
Activation de votre premier Pod	22

Guide de l'utilisateur

3 Remplacement de votre Pod	23
Lancement du processus de remplacement du Pod	23
Étapes préliminaires	24
Préparation du PDM et désactivation de l'ancien Pod	25
Remplissage de la seringue avec de l'insuline	26
Remplissage et activation d'un Pod	27
Choix du site du Pod	29
Préparation du site de perfusion	30
Application du Pod	30
Vérification du site de perfusion	33
Prévention des infections au niveau du site de perfusion	34
Plus d'informations sur l'utilisation du Pod	35
4 Test de votre glycémie	37
À propos du test de glycémie	37
Utilisation du lecteur de glycémie intégré	39
Insertion d'une bandelette de test dans le PDM	39
Test de glycémie ou de la solution de contrôle	41
Résultats avec la solution de contrôle	44
Résultats de glycémie	44
Utilisation du lecteur de glycémie	47
Marquage des résultats de glycémie	48
5 Administration d'un bolus d'insuline	49
Pourquoi un bolus ?	49
Établissement d'un bolus avec le calculateur de bolus	49
Saisie de votre glycémie et d'informations sur vos repas	49
Administration du bolus	51

Bolus calculé manuellement	52
Modification d'un bolus en cours	53
Annulation d'un bolus immédiat	54
Annulation d'un bolus prolongé	54
Remplacement d'un bolus prolongé	55
6 Modification de l'administration d'insuline basale	57
Utilisation des débits basaux temporaires	57
Activation d'un débit basal temp	57
Activation d'un préréglage de débit basal temp	59
Annulation d'un débit basal temp	60
Utilisation des bips pour surveiller l'avancement du débit basal temp	60
Changement de programme basal	60
Suspension et reprise de l'administration d'insuline basale	61
7 Ajustement des réglages	63
Réglages généraux du PDM	63
Date et heure	63
Nom d'utilisateur et couleur de l'écran	64
Enregistrement de notes succinctes	64
Options vibreur et tonalité	64
Verrouillage ou déverrouillage des boutons du PDM	65
Temporisation d'écran	65
Temporisation du rétroéclairage	66
Réglages d'usine par défaut	66
Réglages du débit basal et du débit basal temp	66
Débit basal maximum	67
Programmes basaux	67
Configuration du débit basal temp	70
Préréglages de débit basal temp	70
Réglages du calculeur de bolus	72
Activation et désactivation du calculeur de bolus	72
Glycémie cible et Corriger si supérieur à	73
GL minimale pour les calculs	73
Rapport I/G	74
Facteur de correction	74
Correction inverse	74
Durée d'action de l'insuline	75
Préréglages de glucide	75
Réglages de l'administration du bolus	77
Configuration du bolus prolongé	77
Bolus maximum	77
Incrément bolus	78
Préréglages bolus	78

Table des matières

Réglages des rappels et des notifications.....	79
Rappels de GL.....	79
Péremption du Pod.....	79
Niveau de réservoir bas.....	80
Arrêt automatique du Pod.....	80
Rappels de bolus.....	80
Rappels de programme.....	82
Rappels de confiance.....	82
Rappels personnalisés.....	82
Réglages des relevés de glycémie.....	84
Limites supérieure et inférieure de la plage d'objectif glycémique.....	84
Marqueurs GL.....	85
Tonalité du lecteur de glycémie intégré.....	85
8 Navigation dans vos historiques.....	87
Vue d'ensemble des écrans d'historique.....	87
Menu des historiques.....	87
Sélection d'une liste d'événements ou de dates.....	88
Signification des icônes utilisées dans les écrans d'historique.....	89
Historiques d'administration d'insuline.....	90
Résumé basal et bolus combiné.....	90
Historique des bolus.....	90
Historique des débits basaux.....	91
Historique de GL.....	92
Affichage de l'historique de GL pour une journée.....	92
Affichage de l'historique de GL pour plusieurs jours.....	93
Historique des alarmes.....	94
Historiques des glucides.....	94
Liste combinée de toutes les données d'historique.....	95
Mes infos.....	95

Référence

9 Alarmes, notifications et autres messages.....	97
Vue d'ensemble.....	97
Alarmes de danger.....	98
Alarmes d'alerte.....	100
Notifications.....	102
Bips d'information.....	103

Erreurs de communication du Pod	105
Échec de réception de l'état d'un Pod	105
Échec lors de l'activation ou de l'envoi d'une commande à un Pod	106
Échec lors de l'annulation d'un bolus	107
Échec lors de la désactivation d'un Pod	108
Erreurs au niveau du lecteur de glycémie intégré	109
Arrêt d'une alarme	111
10 Entretien de votre PDM et de votre Pod.....	113
Entretien du Pod et de l'insuline	113
Stockage du Pod et de l'insuline.....	113
Les Pods et l'environnement.....	113
Entretien du PDM.....	114
Stockage du PDM.....	114
Le PDM et l'environnement.....	115
Remplacement des piles du PDM.....	116
Nettoyage et désinfection du PDM.....	117
En cas de chute du PDM.....	119
11 Vivre avec le diabète.....	121
Activités du quotidien.....	121
Vérifications du site de perfusion.....	121
Vérifiez fréquemment votre glycémie.....	122
Soyez prêt(e) en cas d'urgence.....	122
Voyages et vacances	123
Anticipez le décalage horaire.....	123
Emportez suffisamment de fournitures.....	123
Problèmes à l'aéroport.....	124
Gardez les fournitures accessibles.....	125
Évitez les hypoglycémies, les hyperglycémies et l'ACD.....	125
Précautions d'ordre général	125
Hypoglycémie (glycémie basse).....	125
Hyperglycémie (glycémie élevée).....	130
Acidocétose diabétique (ACD).....	133
Gestion des situations spéciales	135
Maladie.....	135
Activité physique, pratique sportive ou travail intensif.....	135
Radiographies, IRM et scanners (TDM).....	136
Chirurgie ou hospitalisation	136

12 Compréhension du fonctionnement du PDM et du Pod	137
Interactions entre le PDM et le Pod	137
Actions du Pod contrôlées par le PDM	137
Actions du Pod entre les instructions du PDM	140
Autotests du PDM	141
Arrêt automatique	141
Administration d'insuline basale	142
Programmes basaux	142
Débits basaux temporaires	143
Méthodes d'interruption temporaire de l'administration d'insuline	146
Bolus immédiats et prolongés	147
Bolus calculés manuellement	148
Calculateur de bolus	148
Bolus issus du calculateur de bolus	148
Lorsque le calculateur de bolus ne fonctionne pas	149
Facteurs utilisés dans les calculs du calculateur de bolus	150
Équations du calculateur de bolus	152
Exemples de calculateur de bolus	154
Règles du calculateur de bolus	158
Annexe	159
Résumé des réglages et des options	159
Caractéristiques du Pod	160
Caractéristiques du PDM	162
Caractéristiques du lecteur de glycémie intégré	162
Protection contre une perfusion insuffisante ou excessive	163
Précision du système selon la norme internationale ISO 15197:2013	164
Icônes du PDM	165
Symboles des étiquettes du système Omnipod®	166
Directive relative aux dispositifs médicaux	167
Avis concernant les interférences et le système Omnipod®	167
Compatibilité électromagnétique	168
Garantie pour le PDM et les Pods	172
Glossaire	177
Index	181

Introduction

À propos de ce guide de l'utilisateur

Attention : Le présent *guide de l'utilisateur* est uniquement destiné à une utilisation avec le PDM modèle FRT456. Pour connaître la version de votre PDM, retournez-le. Au dos du PDM, recherchez la mention « FRT456 ». Si vous la trouvez, vous disposez alors du *guide de l'utilisateur* approprié. Dans le cas contraire, veuillez appeler le Service clients.

Remarque : Les affichages représentés dans ce *guide de l'utilisateur* sont uniquement des exemples, et non des suggestions de réglages utilisateur. Consultez votre professionnel de santé pour déterminer les réglages appropriés pour votre cas spécifique.

Les soins de santé et les traitements sont des sujets complexes exigeant les services de professionnels de santé qualifiés. Le présent guide de l'utilisateur est fourni à titre d'information uniquement et n'est pas destiné à apporter des conseils ou des recommandations médicales ou de soins de santé aux fins de diagnostic ou de traitement ou pour tout autre besoin particulier. Le présent guide de l'utilisateur ne remplace pas les conseils, recommandations et/ou services médicaux ou de soins de santé d'un professionnel de santé qualifié. Le présent guide de l'utilisateur ne doit en aucune manière servir de base pour vos soins de santé personnels, traitements et décisions y afférant. L'ensemble de ces décisions et des traitements doivent faire l'objet d'une discussion avec un professionnel de santé qualifié qui connaît vos besoins particuliers.

Le présent *guide de l'utilisateur* est régulièrement mis à jour. Consultez la section Learning Center (Centre d'apprentissage) du site www.myomnipod.com pour prendre connaissance de la version la plus récente et trouver d'autres informations utiles.

Terme	Signification
Avertissement	Attire votre attention sur le risque de blessure, de mort ou d'autres réactions indésirables graves associé à l'utilisation ou à la mauvaise utilisation du dispositif.
Attention	Attire votre attention sur le risque de problème au niveau du dispositif associé à son utilisation ou à sa mauvaise utilisation. Les problèmes peuvent concerner un dysfonctionnement, une défaillance du dispositif, la dégradation du dispositif ou la dégradation d'autres biens.
Remarque	Fournit des informations utiles.
Conseil	Fournit une suggestion pour une utilisation réussie du dispositif.

Indications et contre-indications

Attention : Ce dispositif est uniquement destiné à une utilisation dans le cadre d'une prescription.

Indication

Le système de gestion d'insuline Omnipod® est destiné à l'administration sous-cutanée (sous la peau) d'insuline à des taux fixes et variables pour la gestion du diabète sucré chez les personnes insulino-dépendantes et à la mesure quantitative du glucose dans le sang total capillaire frais (*in vitro*).

Les bandelettes de test Abbott FreeStyle et FreeStyle Lite sont utilisées avec le lecteur FreeStyle pour la mesure quantitative de la glycémie dans le sang total capillaire frais du doigt, du bras et de la paume.

Les solutions de contrôle Abbott FreeStyle sont utilisées pour vérifier que le lecteur et les bandelettes de test fonctionnent bien ensemble et que le test est réalisé correctement.

Contre-indications

Le traitement par pompe à insuline n'est PAS recommandé pour les personnes qui sont :

- incapables de réaliser au moins quatre (4) tests de glycémie par jour
- incapables de garder le contact avec leur professionnel de santé
- incapables d'utiliser le système conformément aux instructions

N'utilisez pas le lecteur de glycémie intégré pour :

- tester des nouveau-nés
- tester le sang artériel
- diagnostiquer ou dépister le diabète sucré

Remarque : Sauf indication contraire, les références aux bandelettes de test (de glycémie) FreeStyle incluent à la fois les bandelettes de test FreeStyle et FreeStyle Lite.

Avertissements et précautions d'ordre général

Avertissements :

Insuline U-100 à action rapide : Le système Omnipod® est conçu pour utiliser de l'insuline U-100 à action rapide. Les analogues de l'insuline d'action rapide U-100 suivants ont été testés et déclarés sûrs pour une utilisation dans le Pod : NovoRapid®, Humalog® et Apidra®. NovoRapid®, Humalog et Apidra sont compatibles avec le système Omnipod® pour une utilisation jusqu'à 72 heures (3 jours). Avant d'utiliser une insuline différente avec le système Omnipod®, consultez l'étiquette de l'insuline pour vous assurer quelle peut être utilisée avec une pompe. Reportez-vous à l'étiquetage de l'insuline et suivez les instructions de votre professionnel de santé quant à la fréquence de remplacement du Pod.

Lisez toutes les instructions fournies dans le présent *guide de l'utilisateur* et effectuez les procédures de test de glycémie avant d'utiliser le système. Surveillez votre glycémie en suivant les conseils de votre professionnel de santé. Une hyperglycémie ou une hypoglycémie non détectée peut survenir en l'absence de surveillance appropriée.

Avertissements :

Considérations liées à la santé personnelle

Non recommandé pour les personnes souffrant de perte auditive. Vérifiez toujours votre capacité à entendre les alarmes et les notifications du Pod/PDM.

Si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser le système conformément aux instructions, vous risquez de compromettre votre santé et votre sécurité. Parlez avec votre professionnel de santé si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant l'utilisation correcte du système.

Certaines parties du dispositif sont considérées biologiquement dangereuses et pourraient transmettre des maladies infectieuses, même après nettoyage et désinfection.

Le lecteur de glycémie et le dispositif de piqûre sont destinés à une utilisation sur un seul patient. Ne partagez pas le dispositif avec qui que ce soit, y compris d'autres membres de votre famille. Ne l'utilisez pas sur plusieurs patients.

Avertissements :

Environnements à éviter

Le Pod et le PDM peuvent être affectés par des radiations ou des champs magnétiques forts. Avant de subir un examen par radiographie, IRM ou scanner (TDM) (ou tout autre test ou procédure similaire), retirez votre Pod et placez-le avec le PDM en dehors de la zone de traitement. Vérifiez auprès de votre professionnel de santé les directives de retrait du Pod.

Le système Omnipod® ne doit PAS être utilisé à basse pression atmosphérique (inférieure à 696 hPA). De telles pressions atmosphériques basses peuvent survenir à haute altitude, par exemple lors d'une sortie en montagne ou si vous résidez à des altitudes supérieures à 3 000 mètres (10 000 pieds).

Le système Omnipod® ne doit PAS être utilisé dans des environnements enrichis en oxygène (plus de 25 % d'oxygène) ou sous pression atmosphérique élevée (supérieure à 1 062 hPA), deux conditions que l'on peut retrouver dans un caisson hyperbare. Les caissons hyperbares (ou de recompression) sont parfois utilisés pour favoriser la guérison des ulcères diabétiques ou le traitement des intoxications au monoxyde de carbone, de certaines infections des os et des tissus, ainsi que du mal de décompression.

Attention : Ce dispositif est destiné à la réalisation d'auto-tests par l'utilisateur.

Attention : Si vous présentez des symptômes qui ne coïncident pas avec les résultats de votre test de glycémie et que vous avez suivi toutes les instructions décrites dans le présent *guide de l'utilisateur*, appelez votre professionnel de santé.

Utilisation en toute sécurité

Le traitement par pompe exige une grande implication du soignant, en particulier dans le cas d'enfants. Consultez votre professionnel de santé pour définir les directives de gestion du diabète et les réglages les mieux adaptés à vos propres besoins ou à ceux de votre enfant. Notamment :

Rapport insuline/glucides (I/G) : Nombre de grammes de glucides couverts par une unité d'insuline. Par exemple, si votre rapport insuline/glucides est de 1:15, vous devez administrer une unité d'insuline pour quinze grammes de glucides consommés.

Facteur de correction (ou de sensibilité) : Mesure de la baisse de votre glycémie provoquée par une unité d'insuline. Par exemple, si votre facteur de correction est de 2,8, une unité d'insuline abaisse votre glycémie de 2,8 mmol/L.

Glycémie cible : Taux de glycémie que vous souhaitez atteindre. Par exemple, vous pouvez souhaiter maintenir votre glycémie proche de 5,6 mmol/L.

Durée d'action de l'insuline : Temps pendant lequel l'insuline reste active et disponible dans votre organisme après une correction ou un bolus repas.

Votre professionnel de santé est une précieuse ressource. Il ou elle vous fournira de nombreuses informations essentielles sur votre système Omnipod®, en particulier lors des premières semaines et des premiers mois. Si vous avez des questions sur la gestion du diabète après avoir commencé à utiliser le système Omnipod®, n'hésitez pas à en parler à votre professionnel de santé.

Pour toute question d'ordre technique sur la configuration ou le fonctionnement de votre système Omnipod®, ou pour commander des produits et des fournitures pour le système Omnipod®, vous pouvez appeler notre Service clients 24 h/24 et 7 j/7. Les coordonnées de votre Service clients figurent sur la couverture du présent *guide de l'utilisateur*.

Votre professionnel de santé vous fournira tous les outils et la formation nécessaires pour une bonne utilisation du système Omnipod®. Toutefois, votre réussite dépend au final de VOUS. Vous devez vous impliquer activement dans la gestion de votre propre diabète pour profiter du contrôle, de la liberté et de la flexibilité qu'offre le système Omnipod®.

Être impliqué activement signifie :

- Surveiller fréquemment votre glycémie
- Apprendre à utiliser votre système Omnipod® et à employer les techniques appropriées
- Consulter votre professionnel de santé

Fonctionnalités de sécurité

Les fonctionnalités de sécurité du système Omnipod® incluent ce qui suit.

Amorçage, vérifications de sécurité et insertion automatiques

À chaque activation d'un nouveau Pod, le système Omnipod® réalise automatiquement l'amorçage et une vérification de sécurité sur le Pod, puis insère et amorce la canule. Ces vérifications de sécurité ne prennent que quelques secondes.

Le système Omnipod® effectue également des vérifications de sécurité sur le PDM à chaque mise en marche de celui-ci. Si des problèmes sont détectés au niveau du PDM ou du Pod (ou dans la communication entre eux), il vous en informe par des bips sonores et des messages à l'écran.

Alarmes et notifications

Pour votre sécurité, le système Omnipod® fournit un ensemble d'alarmes et de notifications pour attirer votre attention ou pour vous avertir de situations dangereuses. Pour une description des alarmes et des notifications du PDM, reportez-vous à Chapitre 9.

Introduction

Avertissement : Vous devez appuyer sur **Confirm** sur l'écran ID avant de pouvoir lire le message d'alarme ou de notification.

Remarque : Activez régulièrement votre PDM pour vérifier s'il y a des notifications ou des alarmes nécessitant une action.

Avertissement : N'essayez PAS d'utiliser le système Omnipod® avant d'avoir suivi une formation auprès de votre formateur pour le système Omnipod® ou de votre professionnel de santé. Une formation inappropriée peut compromettre votre santé et votre sécurité.

CHAPITRE 1

Votre système de gestion d'insuline Omnipod®

Bienvenue

Le système de gestion d'insuline Omnipod® est un système innovant d'administration d'insuline en continu qui offre tous les avantages démontrés du traitement par perfusion sous-cutanée continue d'insuline (PSCI). Le système de gestion d'insuline Omnipod® inclut les fonctionnalités suivantes :

Absence de tubulure : Aucune tubulure ne relie le Pod au Personal Diabetes manager (Gestionnaire personnel de diabète – PDM). Vous pouvez porter le Pod sous vos vêtements et transporter le PDM séparément. Vous pouvez nager en portant le Pod et laisser le PDM dans un endroit sec. Le Pod est étanche jusqu'à 7,6 mètres (25 pieds) pendant un maximum de 60 minutes (IP28).

Calculateur de bolus : Si votre glycémie est élevée ou si vous prévoyez de manger, le calculateur de bolus du PDM peut suggérer une dose bolus d'après vos réglages individuels.

Lecteur de glycémie intégré : Le PDM contient un lecteur de glycémie intégré. Vous pouvez également utiliser un lecteur de glycémie distinct et saisir les résultats manuellement dans le PDM.

Consignation des données : Le système de stockage des données du PDM affiche jusqu'à 90 jours d'informations. Cela inclut les résultats de glycémie, les débits basaux et les doses bolus, les glucides et les alarmes.

La section *Mise en route* de ce manuel explique le fonctionnement et la configuration de base du système Omnipod®. La section *Guide de l'utilisateur* fournit des instructions pas-à-pas pour l'utilisation du système. La section *Référence* explique le système en détail.

Termes et conventions

Texte en gras	Les boutons, les touches contextuelles, les menus et les écrans apparaissent en gras .
Écran	La zone du PDM qui affiche les menus, les instructions et les messages.
Menu	Liste d'options. Les options vous permettent de réaliser des tâches.
Icône	Une image sur l'écran du PDM qui indique une option de menu ou une information (voir « Icônes du PDM », page 165).
Bouton	Bouton physique sur le PDM, comme le bouton Accueil/Marche .
Touches contextuelles	Rangée de trois boutons juste en dessous de l'écran. L'intitulé ou la fonction de chaque touche contextuelle s'affiche à l'écran juste au-dessus du bouton.

1 Votre système de gestion d'insuline Omnipod®


Appuyer	Appuyer et relâcher un bouton ou une touche contextuelle.
Maintenir enfoncé	Maintenir un bouton enfoncé jusqu'à ce que sa fonction soit terminée.

Le Pod et le PDM

Le système Omnipod® se compose de deux parties : le Pod, qui administre l'insuline dans votre organisme, et le Personal Diabetes Manager (PDM), qui vous permet de contrôler le Pod.

Le Pod : Le Pod est un dispositif léger, autocollant, que vous remplissez d'insuline et portez directement sur votre corps. Le Pod administre l'insuline dans votre organisme par le biais d'un petit tube souple appelé canule, d'après les instructions envoyées par le PDM.

Le Pod est appliqué contre votre peau à l'aide d'un adhésif, à l'instar d'un pansement adhésif.



Votre système de gestion d'insuline Omnipod® 1

Le PDM : Le PDM est un dispositif portatif qui :

- programme sans fil le Pod d'après vos instructions d'administration d'insuline personnalisées
- surveille sans fil le fonctionnement du Pod
- inclut un lecteur de glycémie intégré



1 Votre système de gestion d'insuline Omnipod®

Navigation dans l'écran

Le PDM communique avec vous en affichant des images à l'écran. Vous communiquez avec le PDM en appuyant sur les boutons et les touches contextuelles.

Le bouton Accueil/Marche



Appuyez et maintenez enfoncé le **bouton Accueil/Marche** pour allumer ou éteindre le PDM.

Lorsque le PDM est en marche, appuyez brièvement sur ce bouton pour revenir à l'écran **Accueil** depuis n'importe quel autre écran.

Le bouton Haut/Bas



Le bouton **Haut/Bas** est utilisé comme suit :

- Appuyez et relâchez pour augmenter ou réduire un nombre. Le fait de maintenir le bouton enfoncé modifie le nombre plus rapidement.
- Appuyez et relâchez pour faire défiler une liste d'options de menu disponibles. Le fait de maintenir le bouton enfoncé accélère le défilement.
- Certains écrans comportent du texte qui se poursuit en dessous de ce qui est visible à l'écran. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour faire défiler vers le bas et afficher le texte actuellement hors écran.

Appuyez sur la flèche vers le haut (partie supérieure du bouton **Haut/Bas**) pour augmenter un nombre ou pour vous déplacer vers le haut dans un écran. Appuyez sur la flèche vers le bas (partie inférieure du bouton **Haut/Bas**) pour réduire un nombre ou pour vous déplacer vers le bas dans un écran.

Touches contextuelles et intitulés des touches contextuelles




Les intitulés des touches contextuelles s'affichent à l'écran juste au-dessus des touches contextuelles. Les intitulés des touches contextuelles varient selon les écrans PDM. Appuyez sur une touche contextuelle pour sélectionner une action ou naviguer entre les écrans. Par exemple, dans l'écran **Accueil** illustré sur la page précédente, les deux intitulés des touches contextuelles sont « État » et « Sélection ».


- Appuyez sur la touche contextuelle de droite juste en dessous de l'intitulé « Sélection » pour sélectionner l'élément de menu en surbrillance « Bolus ». L'écran **Bolus** apparaît.
- Appuyez sur la touche contextuelle de gauche, sous le mot « État », pour afficher l'écran **État**.

Conseil : Un appui sur une touche contextuelle n'étant associé à aucun intitulé empêche le PDM de se mettre en veille, mais n'a aucun autre effet.

Le bouton Infos



Certains écrans comportent une icône « plus d'infos »  dans la barre d'en-tête (voir page 7) ou affichée à droite d'un élément dans une liste. Lorsque l'icône « plus d'infos » est présente, appuyez sur le bouton **Infos** pour afficher un écran avec des détails supplémentaires.

Écran avec icône 	Éléments affichés lors d'un appui sur le bouton Infos
Écran Accueil	Nom d'utilisateur, autres données personnalisées (le cas échéant), coordonnées Insulet Corporation, numéro de série du dispositif
Écran État	Détails sur l'insuline active (InA)
Écran Bolus suggéré	Détails du calcul de bolus
Écran Historique	Détails sur un événement marqué

Luminosité de l'écran

Le bouton **Infos** peut également être utilisé pour rendre l'écran de votre PDM plus ou moins lumineux. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Infos** pendant deux secondes pour activer ou désactiver le « mode lumineux ». Pour contrôler l'assombrissement de l'écran, reportez-vous à « Temporisation du rétroéclairage », page 66.

Raccourci de navigation

Le *guide de l'utilisateur* utilise le symbole « > » pour indiquer la navigation d'un écran à un autre. Par exemple, la notation suivante :

Accueil > Réglages > Préréglages > Préréglages glucides

vous indique de :

1. Allumer le PDM et confirmer votre ID, au besoin.
2. Appuyer sur le bouton **Accueil/Marche**.
3. Utiliser le bouton **Haut/Bas** pour mettre en surbrillance l'option **Réglages**, puis appuyer sur la touche contextuelle sous **Sélect** pour afficher le menu Réglages.

1 Votre système de gestion d'insuline Omnipod®

4. Utiliser le bouton **Haut/Bas** pour mettre en surbrillance l'option **Préréglages**, puis appuyer sur la touche contextuelle sous **Sélect** pour afficher le menu Préréglages.
5. Utiliser le bouton **Haut/Bas** pour mettre en surbrillance l'option **Préréglages glucides**, puis appuyer sur la touche contextuelle sous **Sélect** pour afficher le menu Préréglages glucides.

Saisie des données

Cette section explique comment saisir des nombres ou du texte dans le PDM. Reportez-vous à cette section au besoin lorsque vous apprenez à utiliser votre PDM.

Saisie de nombres

Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour augmenter ou réduire un nombre.

Le réglage initial des valeurs numériques est souvent « --- ». Appuyez une fois en haut ou en bas du bouton **Haut/Bas** pour afficher la valeur par défaut. Continuez d'appuyer sur le bouton **Haut** ou **Bas** pour augmenter ou réduire le nombre.

Saisie de texte

Lors de la configuration, vous devrez saisir un nom d'utilisateur pour l'écran **ID** de votre PDM et, en option, un nom pour votre premier programme basal. Par la suite, vous pourrez ajouter des noms pour les autres réglages ou modifier les noms existants.

Pour saisir du texte :

1. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour faire défiler l'alphabet et d'autres caractères. Un caractère vierge ou un espace précède la lettre « a » et suit la lettre « Z » de l'alphabet. Les chiffres et quelques autres caractères tels que - et @ se trouvent après l'alphabet et le caractère espace.
2. Appuyez sur la touche contextuelle du milieu (avec pour intitulé une flèche vers la droite) pour déplacer le tiret de soulignement vers le prochain caractère.
3. Saisissez les caractères l'un après l'autre. Un symbole avec une double flèche (haut et bas) à l'écran indique le caractère que vous êtes en train de modifier.

Par exemple, pour saisir le nom d'utilisateur « MKC 2-5-10 », utilisez le bouton **Haut/Bas** et la touche contextuelle du milieu pour saisir M, K, C, [espace], 2, -, 5, -, 1, 0.

Le PDM ne fait pas de distinction entre majuscules et minuscules. En d'autres termes, le PDM considère « mesAlimentsFavoris » et « mesalimentsfavoris » comme étant le même nom et ne vous permet pas d'utiliser l'un et l'autre pour désigner deux préreglages différents.

Remarque : De nombreux réglages fournissent une nomenclature par défaut comprenant une description générique de l'élément nommé, suivie d'un numéro. Ce numéro est incrémenté pour chaque élément suivant. Par exemple, la nomenclature par défaut pour les rappels personnalisés est rappel 1, rappel 2, rappel 3 et rappel 4.

La barre d'en-tête

Une barre d'en-tête dans les écrans fournit des informations utiles qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Les informations dans la barre d'en-tête varient en fonction de la finalité de chaque écran.



Indicateur de niveau des piles du PDM

Les piles de votre PDM ont une autonomie d'environ trois semaines. La barre d'en-tête de l'écran **État** affiche l'autonomie restante des piles comme suit :



Pleine



3/4 pleine



1/2 pleine



1/4 pleine



Vide

Reportez-vous à « Remplacement des piles du PDM », page 116 pour plus d'informations.

Indicateur plus d'infos



L'indicateur « plus d'infos » apparaît dans la barre d'en-tête de certains écrans (reportez-vous à « Le bouton Infos », page 5).

Indicateur de niveau d'insuline

L'indicateur de niveau d'insuline apparaît uniquement dans la barre d'en-tête de l'écran **État**. La barre d'en-tête affiche la quantité d'insuline restante comme suit :

Affichage dans la barre d'en-tête	Unités d'insuline restantes
50+U	Toute quantité au-delà d'un seuil de 50 unités
50U (jusqu'à 5U)	Nombre affiché (baisse d'une unité à la fois entre 50 unités et 5 unités)
BAS	Moins de 5 unités

1 Votre système de gestion d'insuline Omnipod®

Heure et date

L'heure et la date apparaissent dans la barre d'en-tête de tous les écrans.

Les écrans de niveau supérieur du PDM

Cette section vous présente les écrans de niveau supérieur du PDM :

- L'écran **ID** identifie le PDM comme étant le vôtre.
- L'écran **Accueil** et l'écran **Plus d'options** sont les principaux menus. Ils permettent d'accéder aux fonctions du PDM.
- L'écran **État** affiche l'état du Pod et du PDM, répertorie des informations sur le débit basal actuel ou récent, le bolus et la glycémie, et affiche des messages.
- L'écran **InA** fournit des détails sur la quantité d'insuline active dans votre organisme.

Écran ID

L'écran **ID** remplit une fonction très importante : il vous permet d'identifier le PDM comme étant le vôtre.

Pour confirmer que le PDM est le vôtre :

1. Appuyez sur le bouton **Accueil/Marche** pour allumer votre PDM. L'écran **ID** apparaît. Vérifiez que le nom d'utilisateur est bien le vôtre.
2. Appuyez sur **Confirm**. L'écran **État** apparaît.

Dans la suite de ce *guide de l'utilisateur*, l'instruction « allumez le PDM » recouvre à la fois le fait d'appuyer sur le bouton **Accueil/Marche** et de confirmer l'écran **ID**.




Avertissement : Identifiez toujours le PDM comme étant le vôtre avant de l'utiliser.

Écran Accueil et écran Plus d'options

Les éléments de menu de l'écran **Accueil** et son sous-menu **Plus d'options** vous permettent d'accéder aux fonctionnalités du système Omnipod®.

L'écran **Accueil** est accessible depuis la plupart des écrans en appuyant sur le bouton **Accueil/Marche**. Sélectionnez **Plus d'options** dans l'écran **Accueil** pour afficher d'autres options de menu utiles.



Élément de menu	Vous permet de...	Voir...
bolus	Administrer un bolus	page 49
Plus d'options	Afficher l'écran Plus d'options	page 9
Débit basal temp	Définir un débit basal temporaire (cet élément de menu ne s'affiche pas si la fonction de débit basal temporaire est désactivée, voir « Configuration du débit basal temp », page 70)	page 57
Mes historiques	Afficher l'historique de l'administration d'insuline, des relevés de glycémie, des glucides consommés et des alarmes	page 87
réglages	Créer et modifier les programmes basaux et les préréglages, et personnaliser vos réglages, y compris son ou vibration	page 63
Suspend	Suspendre, annuler ou reprendre l'administration d'insuline	page 61
Remplacer	Désactiver et activer un Pod	page 23
Ajouter mesure de GL	Saisir une mesure de GL réalisée avec un lecteur de glycémie distinct	page 47
Associer/modifier les marqueurs de GL	Marquer une mesure de GL pour référence ultérieure	page 48

Écran État

L'écran **État** est un écran important. Lorsque vous accédez à l'écran **État**, le PDM interroge le Pod sur l'état actuel de ce dernier. Pour plus de détails, reportez-vous à « Vérifications de l'état : vérification du fonctionnement du Pod par le PDM », page 138.

Vous pouvez accéder à l'écran **État** de deux façons :

- Allumez votre PDM en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton **Accueil/Marche**. L'écran **État** apparaît après que vous avez confirmé votre ID.
- Si le PDM est déjà allumé, appuyez brièvement sur le bouton **Accueil/Marche**, puis appuyez sur **État**.

Conseil : Consultez fréquemment l'écran **État** pour vous assurer que le Pod fonctionne correctement. Si l'écran **État** indique qu'il ne parvient pas à communiquer avec le Pod, reportez-vous à « Échec de réception de l'état d'un Pod », page 105.

L'écran **État** affiche :

La barre d'en-tête
(voir « La barre d'en-tête », page 7).


Votre mesure de GL la plus récente et l'heure et la date auxquelles elle a été enregistrée.

Votre bolus le plus récent et l'heure et la date auxquelles l'administration a commencé.

Votre insuline active, ou InA
(insuline des bolus qui est toujours active dans votre organisme), si le calculateur de bolus est activé (voir « Activation et désactivation du calculateur de bolus », page 72).

Un message sur l'activité actuelle du Pod. Cette zone affiche généralement le programme basal actif et le débit basal actuel. Toutefois, un message différent apparaît si l'administration d'insuline est suspendue, si un débit basal temporaire ou un bolus prolongé est en cours, si vous n'avez aucun Pod actif ou si le PDM ne parvient pas à communiquer avec le Pod.

L'heure et la date de péremption de votre Pod. Si le Pod est déjà périmé, « Pod périm: remplacer » s'affiche ici.




Écran InA

Pour plus de détails sur votre insuline active (InA), accédez à l'écran **État** et appuyez sur le bouton **Infos**.

L'écran **InA** vous montre la part de votre InA totale provenant de l'InA repas et celle provenant de l'InA de correction.

Pour plus d'informations sur le calcul de l'InA et la façon dont le calculateur de bolus utilise l'InA, reportez-vous à page 150.

	15:00 11.11
Insuline Active (InA)	
InA repas:	1,30 u
InA de correction:	0,15 u
Total InA:	1,45 u
Fermer	

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

CHAPITRE 2

Configuration initiale du PDM

Préparation pour votre formation

Si vous utilisez le système Omnipod® pour la première fois, vous devez rencontrer votre formateur pour le système Omnipod® afin de configurer votre Personal Device Manager (PDM) et votre premier Pod.

Pour commencer à vous familiariser avec le système Omnipod®, lisez le présent *guide de l'utilisateur* avant de rencontrer votre formateur pour le système Omnipod®, y compris les parties « Introduction », page ix, « Votre système de gestion d'insuline Omnipod® », page 1, et « Entretien de votre PDM et de votre Pod », page 113.

Avertissement : N'utilisez PAS le système Omnipod® avant d'avoir été formé par votre formateur pour le système Omnipod®. Il ou elle vous aidera à initialiser le PDM d'après vos besoins individuels. Une formation inappropriée ou une configuration incorrecte peut compromettre votre santé et votre sécurité.

Remarque : Gardez toujours sur vous un kit d'urgence pour réagir rapidement en cas d'urgence diabétique.

Éléments à apporter au rendez-vous avec votre formateur pour le système Omnipod®

- Votre PDM
- Deux Pods
- Solution de contrôle et bandelettes de test FreeStyle, ainsi qu'un dispositif de piqûre (disponible dans de nombreuses pharmacies)
- *Ce guide de l'utilisateur*
- Instructions de votre professionnel de santé concernant les réglages du PDM personnalisés d'après vos besoins. Ces réglages incluent le programme basal, le rapport I/G, le facteur de correction, les valeurs de glycémie cible et la durée d'action de l'insuline.

2 Configuration initiale du PDM

Configuration du PDM


Bien que la configuration du PDM soit simple, si vous l'utilisez pour la première fois, votre formateur pour le système Omnipod® doit vous accompagner au fil du processus. Vous pourrez modifier ces réglages ultérieurement, si nécessaire.

Évitez de faire une pause prolongée pendant le processus de configuration. Si le PDM est inactif pendant 60 minutes au cours de la configuration, vous devez reprendre le processus au début.

Conseil : Utilisez les pages à la fin de ce guide de l'utilisateur pour consigner tous vos réglages. Cette liste sera utile si vous êtes amené(e) à réinitialiser ou à remplacer votre PDM.

Insérer les piles

1. Ouvrez le compartiment des piles au dos du PDM en poussant le loquet du compartiment et en le soulevant. Aucun outil spécial n'est requis.



2. Insérez deux piles alcalines AAA neuves dans le compartiment. Le schéma à l'intérieur du compartiment vous montre dans quel sens insérer les piles.

Attention : Utilisez exclusivement des piles alcalines AAA pour alimenter le PDM. N'utilisez jamais de piles anciennes, usagées ou non alcalines ; le PDM pourrait ne pas fonctionner correctement. N'utilisez pas de piles rechargeables.

3. Remettez en place le capot des piles.
4. Retournez le PDM vers le haut. Le PDM s'allume automatiquement.

Personnaliser votre PDM

Nom d'utilisateur et couleur de l'écran

1. Une fois les piles insérées, un message de bienvenue s'affiche à l'écran. Appuyez sur **Suite**.
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** et la **touche contextuelle du milieu** pour saisir votre nom d'utilisateur (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6).
Remarque : Vous devez saisir au moins une lettre ou un chiffre.
3. Une fois votre nom d'utilisateur saisi, appuyez sur **Suite**.
4. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour choisir une couleur d'arrière-plan pour votre écran ID.
5. Appuyez sur **Suite**.

Remarque : Chaque fois que vous mettez votre PDM sous tension, vous verrez votre nom d'utilisateur et la couleur d'arrière-plan choisie. Identifiez toujours le PDM comme étant le vôtre avant de l'utiliser.

Heure et date

1. Appuyez sur **12/24 h** pour sélectionner votre affichage préféré. Par exemple, six heures avant minuit apparaît comme suit :
 - « 6:00p » au format 12 h
 - « 18:00 » au format 24 h
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour régler l'heure actuelle. Appuyez sur **Suite**.
3. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour régler l'année, le mois et le jour en cours, en appuyant sur **Suite** entre chaque réglage.
4. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour choisir votre format de date préféré. Appuyez sur **Suite**.

Réglages du débit basal et de la glycémie

Débit basal maximum

Le système Omnipod® ne peut pas administrer de l'insuline à un débit basal supérieur à votre débit basal maximum. Vous pouvez modifier votre débit basal maximum ultérieurement si vos besoins évoluent.

1. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour choisir un débit basal maximum.
2. Appuyez sur **Suite**.

2 Configuration initiale du PDM

Définir un programme basal

Votre programme basal définit votre planning quotidien pour l'administration d'insuline en continu. Le programme basal initial est appelé « basal 1 » et couvre les 24 heures de minuit à minuit. Pour une explication des débits basaux, des segments basaux et des programmes basaux, reportez-vous à page 142.

1. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner le débit basal pour le segment commençant à minuit, puis appuyez sur **Suite**.

Remarque : Initialement, ce segment s'étend sur les 24 heures de minuit à minuit. Vous pouvez segmenter la journée en périodes plus courtes en procédant comme suit. Le premier segment de votre programme basal commencera toujours à minuit et le segment final se terminera toujours à minuit.

2. Pour définir des valeurs différentes pour différentes heures du jour, vous devez subdiviser la journée en définissant de nouveaux segments. Pour ajouter un segment :
 - a. Sélectionnez [**ajouter nvl données**], puis appuyez sur **Nouv**.

Remarque : Vous pouvez modifier un segment existant en utilisant le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner un segment à modifier et en appuyant sur **Modif**.
 - b. Saisissez une heure de début pour le segment, puis appuyez sur **Suite**.
 - c. Saisissez une heure de fin pour le segment, puis appuyez sur **Suite**.
 - d. Saisissez le débit basal pour le segment, puis appuyez sur **Suite**.
 - e. Pour ajouter un autre segment, revenez à l'étape a.
3. Une fois que vous avez créé le nombre souhaité de segments, appuyez sur **Termin**.
4. Passez votre programme basal en revue :
 - Pour afficher le programme basal sous forme de liste, appuyez sur **Liste**.
 - Pour revenir au graphique, appuyez sur **Graphe**.
5. Appuyez sur **Enregist** pour enregistrer le programme basal.

Remarque : Vous pouvez renommer ce programme basal ou créer des programmes basaux supplémentaire une fois la configuration terminée (reportez-vous à « Programmes basaux », page 67).

Configuration du débit basal temp

Pour une explication de l'utilisation des débits basaux temporaires, appelés débits basaux temp, reportez-vous à « Débits basaux temporaires », page 143.

1. Choisissez une configuration pour vos débits basaux temp :

%	Pour définir vos débits basaux temp comme pourcentage du programme basal actuellement actif.
U/h	Pour définir vos débits basaux temp comme débit fixe pour la durée du débit basal temp.
Arrêt	Pour désactiver la possibilité d'utiliser les débits basaux temp.

2. Appuyez sur **Suite**.

Tonalité GL

Si **Tonalité GL** est activée, le PDM émet un bip sonore pour vous avertir lorsqu'une bandelette de test est pleine. Cela vous permet de garder les yeux sur votre doigt et sur la bandelette de test en vous fiant à votre ouïe pour déterminer quand la bandelette de test est pleine.

1. Choisissez un réglage pour la tonalité GL :
 - Sélectionnez **Marche** si vous souhaitez entendre un bip lorsque la bandelette de test est pleine.
 - Sélectionnez **Arrêt** si vous ne souhaitez pas entendre de bip lorsque la bandelette de test est pleine.
2. Appuyez sur **Suite**.

Limites supérieure et inférieure de la plage d'objectif glycémique

Pour définir les limites supérieure et inférieure de votre plage d'objectif glycémique :

1. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner la limite inférieure. Appuyez sur **Suite**.
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner la limite supérieure. Appuyez sur **Suite**.
3. L'écran suivant affiche les limites supérieure et inférieure sélectionnées sur un graphique. Appuyez sur **Enregist** pour accepter les limites.

Attention : Consultez votre professionnel de santé avant de modifier ces réglages.

2 Configuration initiale du PDM

Réglages du calculateur de bolus

Le calculateur de bolus vous suggère des bolus d'après votre glycémie actuelle et toute nourriture que vous êtes sur le point d'ingérer (reportez-vous à « Calculateur de bolus », page 148 pour une explication détaillée).

Activation et désactivation du calculateur de bolus

1. Sélectionnez votre réglage du calculateur de bolus :
 - Sélectionnez **Marche** pour que le calculateur de bolus suggère des bolus.
 - Sélectionnez **Arrêt** pour effectuer vos propres calculs de bolus.
2. Appuyez sur **Suite**. Si vous avez désactivé le calculateur de bolus, passez à « Autres réglages du bolus », page 21.

Glycémie cible et valeurs « Corriger si supérieur à »

Le calculateur de bolus vise à maintenir votre glycémie à la valeur de glycémie cible. Vous pouvez définir jusqu'à huit cibles de glycémie différentes selon les heures de la journée.

Pour chaque glycémie cible définie, vous définissez également une valeur « Corriger si supérieur à » correspondante. La valeur « Corriger si supérieur à » peut aller de la glycémie cible à 11,1 mmol/L. Le calculateur de bolus suggère uniquement un bolus de correction si votre glycémie est supérieure à la valeur « Corriger si supérieur à ».

1. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour saisir la glycémie cible pour le segment commençant à minuit. Initialement, ce segment couvre 24 heures. Votre glycémie cible doit être comprise entre 3,9 et 11,1 mmol/L. Appuyez sur **Suite**.
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour saisir la valeur « Corriger si supérieur à » pour le segment commençant à minuit. Appuyez sur **Suite**.
3. Si vous le souhaitez, ajoutez davantage de segments à votre profil de glycémie cible (pour des instructions pas-à-pas, reportez-vous à « Ajout de segments », page 19).
4. Une fois que vous avez créé le nombre souhaité de segments, appuyez sur **Termin**.
5. Passez en revue le graphique de votre glycémie cible et de votre profil « Corriger si supérieur à ». Appuyez sur **Liste** pour obtenir une liste. Appuyez sur **Graphe** pour revenir au graphique.
6. Appuyez sur **Enregist** pour enregistrer le profil.

GL minimale pour les calculs

Si votre glycémie est inférieure à la GL minimale pour les calculs que vous avez spécifiée, le calculateur de bolus est désactivé (reportez-vous à « Calculateur de bolus », page 148).

1. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour choisir une GL minimale pour les calculs. Cette valeur doit être comprise entre 2,8 et 3,9 mmol/L.
2. Appuyez sur **Suite**.

Rapport I/G

Votre rapport insuline/glucides (rapport I/G) définit la quantité de glucides pouvant être gérée par une unité d'insuline. Le calculateur de bolus utilise le rapport I/G pour calculer la portion de repas d'un bolus suggéré. Vous pouvez créer jusqu'à huit segments de rapport I/G par jour.

1. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour saisir le rapport I/G pour le segment commençant à minuit. Votre rapport I/G doit être compris entre 1 et 150 g de glucides/unité d'insuline. Appuyez sur **Suite**.
2. Si vous le souhaitez, ajoutez davantage de segments à votre profil de rapport I/G (pour des instructions pas-à-pas, reportez-vous à « Ajout de segments », page 19).
3. Une fois que vous avez créé le nombre souhaité de segments, appuyez sur **Termin**.
4. Passez en revue le graphique de votre profil de rapport I/G. Appuyez sur **Liste** pour obtenir une liste. Appuyez sur **Graphe** pour revenir au graphique.
5. Appuyez sur **Enregist** pour enregistrer le profil.

Ajout de segments

1. Sélectionnez [**ajouter nvl données**], puis appuyez sur **Nouv**.

Remarque : Vous pouvez modifier un segment existant en utilisant le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner un segment à modifier et en appuyant sur **Modif**.

2. Saisissez une heure de début pour le segment, puis appuyez sur **Suite**.
3. Saisissez une heure de fin pour le segment, puis appuyez sur **Suite**.
4. Saisissez la valeur souhaitée pour le segment, puis appuyez sur **Entrer**. Lors du réglage d'une valeur de glycémie cible, saisissez une valeur « Corriger si supérieur à » pour le segment, puis appuyez sur **Suite**.
5. Pour définir davantage de segments, revenez à l'étape 1.

2 Configuration initiale du PDM

Facteur de correction

Votre facteur de correction définit la baisse de votre glycémie provoquée par une unité d'insuline. Le calculateur de bolus utilise le facteur de correction pour calculer la portion de correction d'un bolus suggéré. Vous pouvez créer jusqu'à huit segments de facteur de correction par jour.

1. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour saisir le facteur de correction pour le segment commençant à minuit. Votre facteur de correction doit être compris entre 0,1 et 22,2 mmol/L. Appuyez sur **Suite**.
2. Si vous le souhaitez, ajoutez davantage de segments à votre profil de facteur de correction (pour des instructions pas-à-pas, reportez-vous à « Ajout de segments », page 19).
3. Une fois que vous avez créé le nombre souhaité de segments, appuyez sur **Termin**.
4. Passez en revue le graphique de votre profil de facteur de correction. Appuyez sur **Liste** pour obtenir une liste. Appuyez sur **Graph** pour revenir au graphique.
5. Appuyez sur **Enregist** pour enregistrer le profil.

Correction inverse

Il peut arriver que vous soyez sur le point de manger et que votre glycémie soit en dessous de votre glycémie cible. Si la correction inverse est activée, le calculateur de bolus réduit un bolus repas suggéré pour aider à compenser votre glycémie faible.

1. Choisissez un réglage pour la fonction de correction inverse :
 - Sélectionnez **Marche** si vous souhaitez que le calculateur de bolus réduise son bolus repas suggéré lorsque votre glycémie est inférieure à votre glycémie cible.
 - Sélectionnez **Arrêt** si vous ne souhaitez pas que le calculateur de bolus adapte son bolus repas suggéré d'après votre glycémie actuelle.
2. Appuyez sur **Suite**.

Durée d'action de l'insuline

La durée d'action de l'insuline est le temps pendant lequel l'insuline reste active et disponible dans votre organisme. Le calculateur de bolus utilise ce paramètre pour déterminer la quantité d'insuline résiduelle dans votre organisme, provenant des bolus précédents (on parle d'insuline active).

1. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner la durée d'action de l'insuline.
2. Appuyez sur **Suite**.

Autres réglages du bolus

Incrément bolus

L'incrément bolus définit de combien chaque pression sur le bouton **Haut/Bas** modifie la quantité de bolus affichée à l'écran.

1. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner l'incrément bolus souhaité.
2. Appuyez sur **Suite**.

Bolus maximum

Le bolus maximum définit la limite supérieure de la quantité d'un bolus.

1. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner le bolus maximum souhaité.
2. Appuyez sur **Suite**.

Réglage du bolus prolongé

La prolongation d'un bolus signifie qu'un bolus repas peut être administré sur une période prolongée. Pour une explication des bolus prolongés, reportez-vous à page 147.

1. Sélectionnez une configuration pour votre bolus prolongé :

%	Pour définir la quantité de la portion immédiate du bolus en pourcentage du bolus total.
----------	--

Unités	Pour spécifier le nombre d'unités d'insuline devant être administrées immédiatement.
---------------	--

Arrêt	Pour désactiver la possibilité de prolonger un bolus.
--------------	---

2. Appuyez sur **Suite**.

Réglages du Pod

L'étape suivante consiste à définir le préavis souhaité lorsque le Pod présente un niveau bas d'insuline ou à l'approche de la péremption du Pod.

1. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner le niveau d'insuline auquel vous souhaitez recevoir un message « Réservoir bas ». Ce volume peut être compris entre 10 et 50 unités. Appuyez sur **Suite**.
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour spécifier le préavis souhaité concernant la péremption prochaine du Pod. Ce réglage peut être compris entre 1 et 24 heures. Appuyez sur **Suite**.

2 Configuration initiale du PDM

Activation de votre premier Pod

Félicitations ! Votre PDM est maintenant prêt à l'emploi. Pour activer un Pod maintenant, appuyez sur **Oui** et passez à « Remplissage de la seringue avec de l'insuline », page 26 pour des instructions pas-à-pas concernant le remplissage et l'activation de votre premier Pod. Si besoin, consultez le chapitre 1 pour une présentation des écrans du PDM et des raccourcis de navigation dans les écrans.

Conseil : *Pour régler la temporisation de l'écran du PDM et la temporisation du rétroéclairage, reportez-vous à la page 65.*

CHAPITRE 3

Remplacement de votre Pod

Lancement du processus de remplacement du Pod

Votre Pod doit être remplacé toutes les 72 heures (3 jours) au plus, ou après l'administration de 200 unités d'insuline. Consultez votre professionnel de santé et reportez-vous à l'étiquetage de l'insuline pour déterminer si vous devez remplacer votre Pod plus souvent.

Avertissements :

N'utilisez PAS de Pod si vous présentez une sensibilité ou une allergie aux adhésifs acryliques ou si vous avez une peau fragile ou sensible.

Si vous utilisez le système Omnipod® pour la première fois, votre formateur pour le système Omnipod® vous aidera tout au long du processus d'initialisation et d'application de votre premier Pod. N'essayez PAS d'appliquer ou d'utiliser un Pod avant d'avoir été formé par votre formateur pour le système Omnipod®. L'utilisation du système suite à une formation inappropriée ou à une configuration incorrecte peut compromettre votre santé et votre sécurité.

Comme le Pod utilise exclusivement de l'insuline U-100 à action rapide, vous êtes davantage exposé(e) à une hyperglycémie en cas d'interruption de l'administration d'insuline. Une hyperglycémie sévère peut rapidement provoquer une acidocétose diabétique (ACD). L'ACD peut engendrer des symptômes tels que des difficultés respiratoires, un choc, un coma ou même la mort. En cas d'interruption de l'administration d'insuline pour une raison quelconque, vous pouvez être amené(e) à remplacer l'insuline manquante par une injection d'insuline à action rapide. Demandez à votre professionnel de santé la conduite à tenir en cas d'interruption de l'administration d'insuline, pouvant inclure l'injection d'insuline à action rapide.

Maintenez le Pod et ses accessoires, y compris le capuchon d'aiguille, hors de portée des jeunes enfants, car ils comportent de petits éléments présentant un risque en cas d'ingestion.

3 Remplacement de votre Pod

Étapes préliminaires

1. Rassemblez les fournitures nécessaires :
 - Un flacon d'insuline U-100 à action rapide approuvée pour une utilisation dans le système Omnipod®
 - Un Pod non ouvert
 - Des compresses imprégnées d'alcool prêtes à l'emploi
 - Votre PDM
2. Lavez-vous les mains avant de commencer, et maintenez-les propres tout au long du processus de remplacement du Pod.
3. Recherchez tout signe de détérioration de l'insuline.
4. Vérifiez que l'emballage du Pod n'est pas endommagé, puis ouvrez-le et inspectez le Pod à la recherche de tout signe de dégradation.
5. Si la température de l'insuline ou du Pod est inférieure à 10 °C (50 °F), laissez-les se réchauffer à température ambiante avant de poursuivre.

Avertissements :

N'utilisez JAMAIS de l'insuline trouble ; elle pourrait être périmée ou inactive. Recherchez la date de péremption dans les instructions d'utilisation du fabricant. L'utilisation d'un produit autre que l'insuline U-100 à action rapide ou d'une insuline périmée ou inactive pourrait compromettre votre santé.

N'appliquez PAS et n'utilisez PAS un Pod dont l'emballage stérile est ouvert ou endommagé, ou si le Pod est tombé au sol après avoir été déballé, car cela augmente le risque d'infection. Les Pods sont stériles, à moins que l'emballage ait été ouvert ou endommagé.

N'appliquez PAS et n'utilisez PAS un Pod endommagé d'une quelconque manière. Un Pod endommagé pourrait ne pas fonctionner correctement.

N'utilisez PAS un Pod au-delà de la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Afin de réduire au maximum le risque d'infection, n'appliquez PAS le Pod avant d'avoir utilisé une technique aseptique. Cela implique de :

- vous laver les mains
- nettoyer le flacon d'insuline à l'aide d'une compresse imprégnée d'alcool prête à l'emploi
- nettoyer le site de perfusion à l'eau et au savon ou à l'aide d'une compresse imprégnée d'alcool prête à l'emploi
- protéger les équipements stériles contre toute contamination.


Préparation du PDM et désactivation de l'ancien Pod

Pour lancer le processus de remplacement du Pod :

1. Accédez à l'écran de remplacement du Pod :

Accueil > Plus d'options > Remplacer


2. Si vous ne portez pas de Pod actif, passez à l'étape 6.



3. Si un Pod est actif, appuyez sur **Confirm** pour désactiver votre Pod.

Si un débit basal temp ou un bolus prolongé est en cours, il est annulé lorsque vous appuyez sur **Confirm**.

Avvertissement : N'appliquez PAS de nouveau Pod avant d'avoir désactivé et retiré l'ancien Pod. Un Pod non désactivé correctement peut continuer à administrer de l'insuline tel que programmé, vous exposant à un risque de perfusion excessive et d'hypoglycémie éventuelle.




4. Une fois la désactivation terminée, retirez le Pod désactivé.

- a. Soulevez délicatement les bords de la bande adhésive de votre peau et retirez complètement le Pod.

Conseil : Retirez le Pod lentement afin d'éviter toute irritation de la peau.

- b. Utilisez de l'eau et du savon pour éliminer tout adhésif résiduel de la peau. Si nécessaire, utilisez un dissolvant pour adhésif.
- c. Recherchez tout signe d'infection au niveau du site de perfusion. Reportez-vous à « Prévention des infections au niveau du site de perfusion », page 34.
- d. Mettez l'ancien Pod au rebut conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.



3 Remplacement de votre Pod

- Après avoir retiré l'ancien Pod, appuyez sur **Suite**.
- L'écran vous demande si vous souhaitez activer un Pod maintenant. Appuyez sur **Oui**. Mettez alors votre PDM de côté sans appuyer sur d'autres boutons à ce stade.



Si un message d'erreur de communication s'affiche lorsque vous tentez de désactiver votre Pod, reportez-vous à « Échec lors de la désactivation d'un Pod », page 108.

15:00 11.11	
Dernière GL	6,2 mmol/L
	09:04 11.11
Dernier bolus	1,15 U
	08:44 11.11
Aucun pod actif. Voulez-vous activer un pod maintenant?	
Non	Oui

Remplissage de la seringue avec de l'insuline

La prochaine étape consiste à remplir d'insuline la seringue fournie avec le Pod (« seringue de remplissage ») :


- Utilisez une compresse imprégnée d'alcool prête à l'emploi pour nettoyer le haut du flacon d'insuline.
- Tournez fermement l'aiguille de remplissage sur la seringue de remplissage.
- Tirez sur le capuchon de protection pour le retirer de l'aiguille. Conservez le capuchon ; vous en aurez besoin plus tard.
- Déterminer la quantité d'insuline à introduire dans le Pod. Par exemple, pour utiliser le Pod pendant 48 heures, déterminez la quantité d'insuline que vous utiliserez sur les 48 prochaines heures. Votre professionnel de santé peut vous aider à déterminer la quantité appropriée.



Remarque : Le Pod nécessite au moins 85 unités d'insuline U-100 pour commencer à fonctionner. Le Pod peut contenir jusqu'à 200 unités d'insuline U-100.

- Aspirez un volume d'air dans la seringue de remplissage égal au volume d'insuline souhaité.
- Insérez l'aiguille dans le flacon d'insuline et injectez l'air. Le fait d'injecter l'air facilite le prélèvement d'insuline depuis le flacon.

7. Renversez le flacon d'insuline U-100 et la seringue de remplissage. Tirez le piston pour prélever la quantité souhaitée d'insuline du flacon dans la seringue de remplissage.
8. Sans retirer l'aiguille du flacon, tapez avec le bout du doigt sur le côté de la seringue pour déloger les bulles d'air afin qu'elles remontent vers le haut de la seringue. Poussez ensuite le piston pour évacuer toutes les bulles d'air de la seringue dans le flacon d'insuline. Si nécessaire, tirez à nouveau sur le piston pour finir de remplir la seringue de remplissage avec la quantité souhaitée d'insuline. Remplissez la seringue de remplissage au moins jusqu'à la ligne de remplissage MIN (minimum).



Avertissement : Assurez-vous qu'il ne reste plus de bulles d'air ou de poches d'air dans la seringue de remplissage avant de remplir un Pod d'insuline. L'air transféré de la seringue de remplissage dans le Pod pourrait interrompre une injection d'insuline.

9. Retirez l'aiguille du flacon.

Remplissage et activation d'un Pod

Avertissement : Avant de remplir un Pod, assurez-vous qu'aucun autre Pod n'est activé dans les 61 cm (24 pouces) autour de votre PDM. Cela prévient l'activation d'un Pod inapproprié.

Attention : Veillez à insérer la seringue de remplissage dans le port de remplissage à l'exclusion de tout autre emplacement sur le Pod. N'insérez pas la seringue de remplissage plusieurs fois dans le port de remplissage. Utilisez exclusivement la seringue et l'aiguille de remplissage fournies avec votre Pod. La seringue de remplissage est destinée à un usage unique et doit uniquement être utilisée avec le système Omnipod®.


3 Remplacement de votre Pod

Pour remplir le Pod d'insuline :

1. Repérez la flèche sur le dessous du Pod. La flèche indique le port de remplissage en insuline.

Conseil : Vous pouvez laisser le Pod sur son plateau pendant le remplissage et l'activation.

2. Insérez la seringue de remplissage dans le port de remplissage tout droit, sans l'incliner.
3. Appuyez sur le piston de la seringue de remplissage jusqu'au bout pour vider entièrement l'insuline dans le Pod.
4. Le Pod émettra deux bips pendant le processus de remplissage. Assurez-vous de vider entièrement la seringue de remplissage, même après l'émission des deux bips.




Remarque : Le Pod nécessite au moins 85 unités d'insuline pour commencer à fonctionner. Le Pod émet deux bips après avoir été rempli avec 85 unités d'insuline. Si vous avez rempli le Pod avec plus de 85 unités mais que vous n'avez toujours pas entendu les deux bips, appelez le Service clients.

Avertissements :

N'utilisez JAMAIS un Pod si vous sentez une résistance lorsque vous appuyez sur le piston. Ce blocage peut interrompre une injection d'insuline.

N'injectez JAMAIS d'air dans le port de remplissage. Le non-respect de cette consigne peut déclencher une administration accidentelle ou interrompre une injection d'insuline.

5. Retirez l'aiguille du port de remplissage en insuline. Le port est auto-obturant ; l'insuline ne fuira pas après le retrait de l'aiguille.
6. Remplacez le capuchon de protection sur l'aiguille et retirez celle-ci de la seringue de remplissage.
7. Placez le PDM contre le Pod de sorte qu'ils se touchent. Le Pod peut rester dans son plateau en plastique pendant ce processus.



- Appuyez sur **Suite**. Un écran apparaît pour vous indiquer que le Pod est en cours d'amorçage.
- Le système Omnipod® effectue une série de vérifications de sécurité et amorce automatiquement le Pod. Écoutez les bips indiquant l'activation réussie du Pod.

Remarque : La distance de communication entre le Pod et le PDM est réduite pendant l'activation. Une fois activé, le Pod peut uniquement recevoir les commandes du PDM qui l'a activé.

Remarque : Après avoir rempli le Pod d'insuline, appliquez-le immédiatement. Le Pod émet un bip de rappel toutes les 5 minutes. Si vous n'appliquez pas le Pod dans les 60 minutes, vous devez le désactiver et le mettre au rebut.


Si un message d'erreur de communication s'affiche lorsque vous tentez d'activer votre Pod, reportez-vous à « Échec lors de l'activation ou de l'envoi d'une commande à un Pod », page 106.



Choix du site du Pod

Évoquez avec votre professionnel de santé les sites d'application appropriés du Pod, en gardant à l'esprit les directives suivantes :

- Les sites idéaux ont une couche de tissu adipeux.
- Les sites idéaux sont faciles d'accès et bien visibles.
- Le site doit être éloigné d'au moins 2,5 cm (1 pouce) du précédent site afin d'éviter une irritation de la peau.
- Le site doit être éloigné d'au moins 5 cm (2 pouces) de votre nombril.



3 Remplacement de votre Pod

- Évitez les sites où une ceinture, une taille ou une pièce de vêtement ajustée pourrait frotter contre le Pod ou le déloger.
- Ne placez pas le Pod au niveau des plis cutanés.
- Évitez de placer le Pod sur un grain de beauté, un tatouage ou une cicatrice, où l'absorption d'insuline pourrait être réduite.
- Évitez les zones de la peau présentant une infection.

Préparation du site de perfusion

Afin de réduire le risque d'infection au niveau du site de perfusion :

1. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon.
2. Lavez le site d'application choisi pour le Pod à l'eau et au savon.

Remarque : Un savon antibactérien pourrait provoquer une irritation cutanée, en particulier au niveau du site de perfusion. Demandez à votre professionnel de santé comment traiter une irritation cutanée.


3. Séchez le site avec une serviette propre.
4. Utilisez une compresse imprégnée d'alcool prête à l'emploi pour désinfecter le site. Commencez au centre du site et frottez délicatement en décrivant des cercles de plus en plus larges.
5. Laissez le site bien sécher à l'air. Ne soufflez pas sur le site pour le sécher.

Application du Pod

La prochaine étape consiste à appliquer le Pod sur votre corps :

1. Retirez le capuchon d'aiguille en plastique du Pod sur le dessous du Pod en plaçant votre pouce sur le dessous du capuchon en plastique (bord plat) du Pod et en tirant le capuchon vers le haut. Le capuchon se détache. Mettez-le au rebut.

Lorsque vous déposez le capuchon d'aiguille du Pod, une goutte d'insuline peut apparaître au bout de la canule ou dans le puits.




2. Si l'une des situations suivantes se présente, appuyez sur **Éliminer**, puis mettez le Pod au rebut et recommencez avec un nouveau Pod :
 - a. Le Pod est tombé par terre, ce qui peut compromettre la stérilité
 - b. Le Pod ou son tampon adhésif est mouillé, sale ou endommagé
 - c. La canule dépasse de la protection de l'adhésif lorsque le capuchon d'aiguille du Pod est retiré

Avertissement : Vérifiez que la canule ne dépasse pas de la protection de l'adhésif une fois le capuchon d'aiguille du Pod retiré.

3. À l'aide des languettes, retirez le film en papier blanc de la bande adhésive et mettez-le au rebut.
4. Appuyez sur **Éliminer** et mettez le Pod au rebut si le tampon adhésif est plié, déchiré ou endommagé, et recommencez avec un nouveau Pod.
5. Orientez le Pod de sorte qu'il soit :
 - à l'horizontale ou en diagonale sur votre abdomen, votre hanche ou votre fesse.
 - à la verticale ou légèrement incliné sur votre bras ou votre cuisse.



Orientation suggérée du Pod



3 Remplacement de votre Pod


6. Appliquez le Pod sur le site choisi en appuyant fermement dessus pour qu'il accroche bien sur votre peau.

L'adhésif est conçu pour un usage unique. Une fois qu'un Pod est placé sur votre corps, vous ne pouvez pas le déplacer sur un autre site.

Remarque : L'adhésif du Pod le maintient en place en toute sécurité jusqu'à 3 jours. Toutefois, si nécessaire, plusieurs produits sont disponibles pour augmenter l'adhérence. Renseignez-vous sur ces produits auprès de votre professionnel de santé. Évitez d'appliquer de la lotion pour le corps, des crèmes ou des huiles à proximité du site de perfusion, car ces produits peuvent favoriser le retrait de l'adhésif.

7. Appuyez sur **Suite**.

Avvertissement : Si vous appliquez un Pod à un endroit qui ne présente pas beaucoup de tissu adipeux, pincez la peau autour du Pod tout au long de l'étape suivante. Des occlusions pourraient survenir si vous n'utilisez pas cette technique pour les zones peu adipeuses.




8. Appuyez sur **Démarr**. Après quelques secondes, vous entendez un déclic au moment où la canule est introduite dans votre peau. Si vous étiez en train de pincer votre peau, vous pouvez arrêter de le faire lorsque la canule a été introduite.

Une fois la canule introduite, le Pod remplit automatiquement la canule d'insuline. Le Pod commence alors à administrer le débit basal d'insuline selon le programme basal actif.

La canule ne peut être introduite qu'une seule fois pour chaque Pod.

Attention : Veillez à vérifier la fonction d'alarme à chaque remplacement de Pod (reportez-vous à « Vérification des alarmes et de la vibration », page 65).



Vérification du site de perfusion


Suite à l'introduction de la canule, vérifiez le site de perfusion :

1. Regardez dans la fenêtre de visualisation pour vérifier que la canule est bien introduite dans la peau. La canule est de couleur bleu clair.
2. Vérifiez la coloration rose de la zone au-dessus du Pod, comme illustré dans la figure. Il s'agit d'une confirmation supplémentaire du déploiement de la canule.
3. Recherchez de l'humidité ou une odeur d'insuline au niveau du site d'insertion. La présence de l'une ou l'autre pourrait indiquer que la canule s'est délogée.



Avvertissement : Vérifiez le site de perfusion après l'introduction afin de vous assurer que la canule est correctement introduite. Si la canule est mal introduite, vous risquez une hyperglycémie.

4. En cas de problème avec la canule, appuyez sur **Non** et suivez les instructions à l'écran pour désactiver votre Pod. Recommencez ensuite le processus avec un nouveau Pod.
5. Appuyez sur **Oui** si la canule est bien introduite. Le PDM affiche l'écran **État**.



6. Au bout d'une heure et demie, le PDM vous invite à tester votre glycémie et à vérifier de nouveau le site de perfusion.

Avvertissement : N'injectez JAMAIS d'insuline (ou n'importe quel autre produit) dans le port de remplissage lorsque vous portez le Pod. Le non-respect de cette consigne peut déclencher une administration accidentelle ou interrompre une injection d'insuline.

3 Remplacement de votre Pod

Prévention des infections au niveau du site de perfusion

Vérifiez le site de perfusion au moins une fois par jour :

- Repérez tout signe d'infection (notamment douleur, gonflement, rougeur, sécrétions ou chaleur) au niveau du site. Si vous suspectez une infection, retirez immédiatement le Pod et appliquez-en un nouveau à un emplacement différent. Appelez ensuite votre professionnel de santé.
- Si vous constatez le moindre problème avec le Pod, remplacez-le par un nouveau Pod.

Avertissements :

Assurez-vous régulièrement que le Pod et la canule souple sont bien attachés et en place. Une canule lâche ou délogée peut interrompre l'administration d'insuline. Vérifiez qu'il n'y a pas d'humidité ou d'odeur d'insuline, ce qui pourrait indiquer que la canule s'est délogée.

Si vous observez du sang dans la canule, testez fréquemment votre glycémie pour vous assurer que l'administration d'insuline n'est pas affectée. Si vous constatez une glycémie élevée inattendue, remplacez votre Pod.

Si un site de perfusion présente des signes d'infection :

- Retirez immédiatement le Pod et appliquez-en un nouveau sur un site différent.
- Contactez votre professionnel de santé. Traitez l'infection conformément aux instructions de votre professionnel de santé.

Plus d'informations sur l'utilisation du Pod

Conseil : *Vous devez remplacer votre Pod dès que vous avez utilisé environ 200 unités d'insuline ou toutes les 72 heures, au premier des deux termes échu. Mettez en place une routine de sorte à remplacer votre Pod à un moment pratique. Si vous vous attendez à une interruption dans votre routine susceptible d'interférer avec le remplacement de votre Pod, vous pouvez anticiper son remplacement pour éviter toute interruption de l'administration d'insuline.*

Pour plus d'informations sur une utilisation de vos Pods la plus efficace possible, reportez-vous aux sections suivantes :

- Concernant l'entretien de votre Pod, reportez-vous à « Entretien du Pod et de l'insuline », page 113.
- Pour en savoir plus sur les alarmes du Pod, reportez-vous à « Alarmes, notifications et autres messages », page 97.
- Si votre Pod émet une alarme, essayez d'abord d'arrêter l'alarme avec votre PDM. Si cela échoue, vous pouvez arrêter manuellement l'alarme du Pod (reportez-vous à « Arrêt d'une alarme », page 111.
- Pour comprendre les bips d'information et de notification du Pod, et notamment pour distinguer ceux qui sont facultatifs, reportez-vous à « Notifications », page 102 et à « Bips d'information », page 103.
- Pour comprendre la conduite à tenir lorsque le PDM ne parvient pas à communiquer avec votre Pod, reportez-vous à « Erreurs de communication du Pod », page 105.
- Pour une explication de la manière dont le PDM communique avec le Pod, reportez-vous à « Interactions entre le PDM et le Pod », page 137.

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

CHAPITRE 4

Test de votre glycémie

À propos du test de glycémie

Avertissements :

Maintenez les accessoires de test de glycémie hors de portée des jeunes enfants, car ils comportent de petits éléments présentant un risque en cas d'ingestion.

Utilisez exclusivement des bandelettes de test FreeStyle et FreeStyle Lite et la solution de contrôle FreeStyle avec le système Omnipod®. L'utilisation de bandelettes de test et de solutions de contrôle d'autres marques avec le système peut donner des résultats inexacts.

N'essayez jamais de tester votre glycémie alors que votre PDM est connecté à un ordinateur via un câble USB. Cela pourrait provoquer un choc électrique.

Si vous présentez des symptômes qui ne coïncident pas avec votre relevé de glycémie et que vous avez suivi toutes les instructions décrites dans le présent *guide de l'utilisateur*, appelez immédiatement votre professionnel de santé.

La circulation sanguine n'est pas la même au niveau des doigts et des autres sites de test comme l'avant-bras, le bras et la main. Vous pouvez constater des différences de mesure de la glycémie entre les autres sites de test et votre doigt après un repas, l'administration d'insuline ou une activité physique.

Vous pouvez constater des changements de glycémie dans les échantillons de sang prélevés au niveau d'un doigt plus tôt que dans ceux prélevés sur d'autres sites. Vous pouvez limiter ces différences en frictionnant vigoureusement les autres sites de test avant de piquer.

Les mesures obtenues à partir de sites autres que le doigt, la paume ou le bras ne doivent pas être utilisées pour calculer les doses d'insuline avec le système Omnipod®.

N'utilisez pas pendant le test d'absorption du xylose.

Les objets potentiellement souillés avec du sang pourraient transmettre des agents pathogènes. Reportez-vous à « Nettoyage et désinfection du PDM », page 117 pour obtenir des instructions sur les procédures de désinfection de votre PDM.

Suivez les conseils de votre professionnel de santé pour une surveillance appropriée de votre glycémie.

Une déshydratation sévère et une perte excessive d'eau peuvent provoquer des résultats de glycémie faussement élevés. Si vous pensez que vous souffrez de déshydratation sévère, consultez immédiatement votre professionnel de santé.

4 Test de votre glycémie

Avertissements :

Les résultats de test inférieurs à 3,9 mmol/L indiquent une glycémie insuffisante (hypoglycémie).

Les résultats de test supérieurs à 13,9 mmol/L indiquent une glycémie excessive (hyperglycémie).

Si vous obtenez des résultats inférieurs à 3,9 mmol/L ou supérieurs à 13,9 mmol/L, mais que vous ne présentez aucun symptôme d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie (reportez-vous à « Vivre avec le diabète », page 121), renouvelez le test. Si vous présentez des symptômes ou si vous obtenez de nouveau des résultats inférieurs à 3,9 mmol/L ou supérieurs à 13,9 mmol/L, suivez les conseils de traitement de votre professionnel de santé.

Remarque : Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon après avoir manipulé le lecteur, le dispositif de piqûre ou les bandelettes de test.

Remarque : Sauf indication contraire, les références aux bandelettes de test (de glycémie) FreeStyle incluent à la fois les bandelettes de test FreeStyle et FreeStyle Lite.

Solution de contrôle

La solution de contrôle FreeStyle est un liquide rouge contenant une quantité fixe de glucose. Elle est disponible en trois niveaux de concentration : faible, normale et élevée. Utilisez la solution de contrôle pour vérifier que le lecteur et les bandelettes de test fonctionnent bien ensemble et pour vous entraîner à la procédure de test sans avoir à utiliser votre propre sang. Reportez-vous aux instructions de la solution de contrôle pour plus d'informations sur sa manipulation et son stockage.

Vous devez effectuer un test avec la solution de contrôle lorsque :

- vous suspectez le lecteur de glycémie intégré ou les bandelettes de test de ne pas fonctionner correctement
- vous pensez que vos relevés de glycémie ne coïncident pas avec votre ressenti
- vous avez endommagé ou laissé tomber votre PDM ou vous l'avez exposé à des liquides
- votre professionnel de santé vous conseille de le faire.

Lorsque vous effectuez un test avec la solution de contrôle, si le relevé se trouve dans la plage acceptable pour la solution de contrôle, le lecteur de glycémie intégré fonctionne correctement.

Avec le lecteur de glycémie intégré, il suffit d'un très petit échantillon (0,3 millilitre de sang) pour tester votre glycémie.

Attention : Les résultats des tests avec la solution de contrôle FreeStyle ne reflètent pas votre glycémie.

Il est recommandé de rechercher une hypoglycémie lorsque :

- vous ressentez des symptômes tels que faiblesse, transpiration, nervosité, maux de tête ou confusion
- vous avez repoussé un repas après avoir pris de l'insuline
- votre professionnel de santé vous conseille de le faire.

Utilisation du lecteur de glycémie intégré

Si vous prévoyez d'utiliser un lecteur de glycémie distinct, passez à « Utilisation du lecteur de glycémie », page 47.

Les solutions de contrôle et les bandelettes de test FreeStyle doivent être achetées séparément. Contactez votre pharmacie ou appelez le Service clients.

Attention : La notice des bandelettes de test fournit des informations détaillées (comme les interférences et les performances) sur les bandelettes de test FreeStyle. Veuillez lire toutes les instructions fournies dans la notice des bandelettes de test avant d'utiliser le système Omnipod® et les accessoires FreeStyle.

Insertion d'une bandelette de test dans le PDM


1. Allumez votre PDM en appuyant sur le bouton **Accueil/Marche**. Identifiez le PDM comme étant le vôtre et appuyez sur **Confirm**.

Conseil : Vous pouvez également allumer le PDM en insérant la bandelette de test dans le port de bandelette de test.

Attention : Si l'arrêt automatique est activé, vous devez toujours allumer le PDM avec le bouton **Accueil/Marche** avant d'insérer une bandelette de test (reportez-vous à « Arrêt automatique », page 141).

2. Insérez une bandelette de test dans le port de bandelette de test du PDM. Pour ce faire, maintenez le bas de la bandelette de test et insérez-la délicatement dans le port de bandelette de test, jusqu'en butée.

Remarque : Le PDM n'effectue pas de test de glycémie pendant l'activation du Pod ou lorsqu'une alarme est émise.



4 Test de votre glycémie


3. Lorsque le PDM détecte la bandelette de test, l'écran affiche un code pendant deux secondes. Vérifiez que le code correspond au numéro sur le flacon de bandelettes de test. Si nécessaire, utilisez le bouton **Haut/Bas** pour régler le code.

Avvertissement : Vérifiez toujours que le code sur le PDM correspond au code sur le flacon de bandelettes de test. Le relevé sera sinon inexact. Il est important de toujours saisir un code, que vous utilisiez des accessoires FreeStyle ou FreeStyle Lite avec le système Omnipod®, même si certains produits FreeStyle Lite indiquent qu'aucun codage n'est requis. L'absence de codage s'applique uniquement lorsque ces bandelettes sont utilisées avec certains lecteurs Abbott, mais pas avec le système Omnipod®.

Remarque : Si vous devez régler le code lorsque le PDM est déjà passé à l'écran suivant, appuyez sur le bouton **Haut/Bas**. L'écran de code réapparaît et vous pouvez régler le nombre.

Remarque : Il est important de toujours saisir un code, que vous utilisiez des accessoires FreeStyle ou FreeStyle Lite avec le système Omnipod®, même si certains produits FreeStyle Lite indiquent qu'aucun codage n'est requis. L'absence de codage s'applique uniquement lorsque ces bandelettes sont utilisées avec certains lecteurs Abbott, mais pas avec le système Omnipod®.

4. Patientez jusqu'à l'affichage de l'écran indiquant « Appliquer un échantillon de sang sur la bandelette » avec l'image d'une goutte de sang qui clignote.



Test de glycémie ou de la solution de contrôle

Avertissements :

Vous ne devez pas :

- appuyer la bandelette de test contre le site de test
- frotter le sang sur la bandelette de test
- appliquer du sang sur la partie plate de la bandelette de test
- appliquer du sang sur la bandelette de test lorsque celle-ci se trouve hors du lecteur de glycémie
- mettre du sang ou des corps étrangers dans le port de bandelette de test.

Si le dispositif est manipulé par une seconde personne qui aide l'utilisateur pour le test, le lecteur de glycémie et le dispositif de piqûre doivent être désinfectés avant toute utilisation par la seconde personne (reportez-vous aux instructions accompagnant votre dispositif de piqûre et reportez-vous à « Nettoyage et désinfection du PDM », page 117).

Avertissements :

Pour garantir des résultats précis, lavez-vous les mains et nettoyez le site de test (par exemple votre bras) à l'eau et au savon. Ne laissez pas de crème ou de lotion au niveau du site de test. Séchez soigneusement vos mains et le site de test.

Les mesures obtenues lors d'un test à partir d'un autre site ne doivent pas être utilisées pour calculer les doses d'insuline avec le système Omnipod®.

Pour tester votre glycémie ou effectuer un test avec la solution de contrôle :

1. Préparez une goutte de sang ou de solution de contrôle :

Sang :

- a. Piquez le site de test en suivant les instructions de votre dispositif de piqûre.
- b. Massez ou serrez délicatement le site de test jusqu'à ce qu'une goutte de sang ronde se forme.

Remarque : Si le sang s'étale ou s'écoule, n'utilisez pas cet échantillon. Séchez la zone et serrez délicatement pour extraire une autre goutte de sang, ou utilisez le dispositif de piqûre sur un autre site.


Solution de contrôle : Préparez la solution de contrôle conformément à son mode d'emploi.

2. Au besoin, rallumez le PDM.
3. Pour éclairer la zone de la bandelette de test, sélectionnez l'option **Lumière**. Pour désactiver l'éclairage, appuyez à nouveau sur l'option **Lumière**.

4 Test de votre glycémie

4. Positionnez le PDM de telle sorte que la zone pour l'échantillon sur la bandelette de test touche le sang ou la solution de contrôle en étant légèrement inclinée.

Remarque : Si vous n'appliquez pas une goutte de sang ou de solution de contrôle dans les deux minutes suivant l'insertion de la bandelette de test, le PDM s'éteint. Pour redémarrer le PDM, retirez la bandelette inutilisée et insérez-la de nouveau, ou appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Accueil/Marche**.



5. Déposez délicatement la goutte de sang ou de solution de contrôle sur la zone pour l'échantillon. La bandelette de test conduit la goutte vers l'intérieur par capillarité.

Remarque : Appliquez du sang d'un seul côté de la bandelette de test.

6. Maintenez la bandelette de test en contact avec l'échantillon jusqu'à ce que l'écran **Vérification** apparaisse. Le PDM émet un bip si l'option **Tonalité GL** est activée.





Si le PDM n'affiche pas « Vérification » après cinq secondes, l'échantillon est peut-être trop petit. Vous pouvez ajouter du sang sur le même bord de la bandelette dans les 60 secondes suivant la première application.



7. Continuez d'observer l'écran du PDM. Au terme de la lecture de la glycémie, le résultat s'affiche à l'écran. Si l'option **Tonalité GL** est activée, le PDM émet deux bips.

Remarque : Plus votre glycémie est élevée, plus le test prend de temps.

Remarque : Si le lecteur de glycémie est trop froid ou trop chaud, un symbole représentant un thermomètre s'affiche dans la barre d'en-tête de l'écran, indiquant que le résultat n'est pas fiable. Le calculateur de bolus est temporairement désactivé, jusqu'à ce que le PDM revienne dans la plage de températures appropriée. Le relevé de glycémie est enregistré dans l'historique de glycémie, mais il est associé à une remarque indiquant que la température du lecteur était hors plage.



- Remarque :** Si vous recevez un message « Erreur du lecteur » lors d'un test de glycémie, reportez-vous à « Erreurs au niveau du lecteur de glycémie intégré », page 109.
8. Retirez la bandelette de test et mettez-la au rebut (reportez-vous au mode d'emploi des bandelettes de test pour plus d'informations sur la mise au rebut). Les bandelettes de test sont à usage unique. Les bandelettes de test usagées sont considérées biologiquement dangereuses.
Remarque : Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon après avoir manipulé le lecteur, le dispositif de piqûre ou les bandelettes de test.
 9. Dans le cas d'un relevé de glycémie (et non d'un test avec la solution de contrôle), reportez-vous à « Résultats de glycémie », page 44.


4 Test de votre glycémie

Résultats avec la solution de contrôle

Dans le cas d'un test avec la solution de contrôle, vous devez vérifier les résultats et les identifier comme provenant d'une solution de contrôle.

Attention : À défaut, la valeur relevée est prise en compte dans la moyenne de votre historique de glycémie.

1. Comparez le nombre affiché sur l'écran du PDM et la plage imprimée sur le flacon de solution de contrôle.
2. Si le nombre affiché est en dehors de la plage indiquée sur le flacon, suivez les instructions de la solution de contrôle concernant le renouvellement du test, ou appelez le Service clients.
3. Si le nombre affiché est dans la plage indiquée sur le flacon, identifiez le relevé comme un relevé de solution de contrôle en appuyant sur **Marqu**. Mettez **Contrôle** en surbrillance et appuyez sur **Sélect**, puis sur **OK**.
4. Appuyez sur **Termin** pour revenir à l'écran **État**.



Résultats de glycémie

Lorsque le PDM affiche votre résultat de glycémie, il ajoute un message à l'écran si ce résultat est particulièrement élevé ou bas (reportez-vous à « Affichage des résultats de glycémie par le PDM », page 46).

Bolus ou pas de bolus ?

1. Pour ajouter un marqueur informatif à votre relevé de glycémie, reportez-vous à « Marquage des résultats de glycémie », page 48.
2. Si vous ne souhaitez pas administrer de bolus, appuyez sur **Termin**.
3. Si vous souhaitez administrer un bolus et :

- a. si le calculateur de bolus est activé, appuyez sur **Suite** et passez à l'étape 4 page 50.

Remarque : Si votre relevé de glycémie est inférieur à votre GL minimale pour les calculs ou indique ÉLEVÉ, le calculateur de bolus est temporairement désactivé, même s'il était alors activé. Suivez les recommandations de traitement de votre professionnel de santé.

- b. si le calculateur de bolus est désactivé, appuyez sur **Bolus** et passez à l'étape 4 page 52.

Remarque : Si votre relevé de glycémie est inférieur à 3,9 mmol/L ou indique ÉLEVÉ, suivez les recommandations de traitement de votre professionnel de santé.

Remarque : Le relevé de glycémie est automatiquement enregistré dans votre *Historique de GL*.

Relevés de glycémie bas et élevés

Avertissements :

Les relevés de glycémie particulièrement bas ou élevés peuvent indiquer un état potentiellement grave exigeant une prise en charge médicale immédiate. En l'absence de prise en charge, cette situation peut rapidement entraîner une acidocétose diabétique (ACD), un choc, un coma ou la mort.

Relevés bas

Si votre relevé est inférieur à 3,9 mmol/L, le PDM affiche « Traitez votre hypoglycémie! ». Cela indique une hypoglycémie (glycémie insuffisante) sévère. Si « BAS » s'affiche également sur le PDM, cela indique des relevés de glycémie inférieurs à 1,1 mmol/L.

Relevé bas avec symptômes

Si vous obtenez le message « Traitez votre hypoglycémie! » et que vous ressentez des symptômes tels que faiblesse, transpiration, nervosité, maux de tête ou confusion, suivez les recommandations de votre professionnel de santé pour traiter l'hypoglycémie.

Relevé bas sans symptôme

Si vous obtenez un message « Traitez votre hypoglycémie! » mais que vous ne présentez aucun symptôme d'hypoglycémie, renouvelez le test avec une nouvelle bandelette de test. Si vous obtenez toujours le message « Traitez votre hypoglycémie! », effectuez un test avec la solution de contrôle pour vérifier le bon fonctionnement de votre système. Si le système fonctionne correctement, suivez les recommandations de votre professionnel de santé pour traiter l'hypoglycémie.

Relevés élevés

Si votre relevé est supérieur ou égal à 13,9 mmol/L, le PDM affiche « Contrôler les corps cétoniques! ». Cela indique une hyperglycémie (glycémie excessive) sévère. Si « HAUT » s'affiche également sur le PDM, cela indique des relevés de glycémie supérieurs à 27,8 mmol/L.

Relevé élevé avec symptômes

Si vous obtenez le message « Contrôler les corps cétoniques! » et que vous ressentez des symptômes tels que fatigue, soif, miction excessive ou vision floue, suivez les recommandations de votre professionnel de santé pour traiter l'hyperglycémie.

4 Test de votre glycémie

Relevé élevé sans symptôme

Si vous obtenez un message « Contrôler les corps cétoniques! » mais que vous ne présentez aucun symptôme d'hyperglycémie, renouvelez le test avec une nouvelle bandelette de test. Si vous obtenez toujours le message « Contrôler les corps cétoniques! », effectuez un test avec la solution de contrôle pour vérifier le bon fonctionnement de votre système. Si le système fonctionne correctement, suivez les recommandations de votre professionnel de santé pour traiter l'hyperglycémie.

Affichage des résultats de glycémie par le PDM

Lorsque le PDM affiche votre relevé de glycémie, il ajoute un message d'avertissement pour les résultats élevés ou bas.

Résultat de glycémie	Affichage à l'écran	Message d'avertissement à l'écran
Supérieur à 27,8 mmol/L	ÉLEVÉ	Contrôler les corps cétoniques!
13,9–27,8 mmol/L	Mesure de GL	Contrôler les corps cétoniques!
3,9–13,9 mmol/L	Mesure de GL	
1,1–3,9 mmol/L	Mesure de GL	Traitez votre hypoglycémie!
0–1,1 mmol/L	BAS	Traitez votre hypoglycémie!

Le PDM enregistre tout relevé de glycémie supérieur à 27,8 comme « ÉLEVÉ » et tout relevé de glycémie inférieur à 1,1 comme « BAS ». Les relevés ÉLEVÉ et BAS sont enregistrés dans votre **Historique de GL**, mais ne sont pas pris en compte dans les moyennes ni dans aucun autre calcul numérique.

Avertissement : Les relevés de glycémie « BAS » et « ÉLEVÉ » peuvent indiquer un état potentiellement grave exigeant une prise en charge médicale immédiate. En l'absence de prise en charge, ces situations peuvent rapidement entraîner une acidocétose diabétique (ACD), un choc, un coma ou la mort. Consultez votre professionnel de santé pour savoir comment traiter une glycémie insuffisante ou excessive.

Utilisation du lecteur de glycémie

Vous pouvez mesurer votre glycémie à l'aide d'un lecteur de glycémie distinct, puis utiliser le PDM pour administrer un bolus. Vous pouvez également enregistrer ce relevé de glycémie dans l'**Historique de GL** du PDM.

Pour administrer un bolus

Si vous souhaitez administrer un bolus lorsque vous utilisez un lecteur de glycémie distinct, reportez-vous à « Administration d'un bolus d'insuline », page 49. La valeur de glycémie saisie lors du processus de bolus sera enregistrée dans votre historique à ce moment.

Pour saisir votre relevé de glycémie sans administrer de bolus

1. Vérifiez votre glycémie en suivant les instructions fournies avec votre lecteur de glycémie distinct.
2. Allumez votre PDM, au besoin, et accédez à :
Accueil > Plus d'options > Ajouter mesure de GL
3. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour saisir la valeur mesurée de votre glycémie.
4. Appuyez sur **Marqu** pour ajouter une note informative à votre relevé de glycémie (reportez-vous à « Marquage des résultats de glycémie », page 48).
5. Appuyez sur **Enregist** pour enregistrer le relevé dans l'**Historique de GL**.

Reportez-vous à « Affichage des résultats de glycémie par le PDM », page 46 pour une description des messages affichés par le PDM selon les plages de glycémie.

4 Test de votre glycémie


Marquage des résultats de glycémie

Vous pouvez ajouter un marqueur informatif à votre relevé de glycémie pour référence ultérieure. Par exemple, vous pouvez marquer le résultat comme un test pré-repas ou post-repas, ou indiquer un niveau d'exercice. Vous pouvez ajouter ou modifier les marqueurs de vos résultats de glycémie jusqu'à deux heures après avoir saisi la valeur de la glycémie. Pour accéder aux marqueurs :

1. Au besoin, affichez l'écran des marqueurs en suivant :

Accueil > Plus d'options > Associer/modifier les marqueurs de GL

2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour sélectionner le premier élément à marquer, puis appuyez sur **Marqu**.
3. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour faire défiler la liste de marqueurs possibles. Mettez un marqueur en surbrillance et appuyez sur **Sélect**.
4. Vous pouvez mettre en surbrillance et sélectionner un maximum de deux marqueurs. Vous pouvez supprimer un marqueur en le mettant en surbrillance et en appuyant sur **Effacer**.
5. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé.



Remarque : Vous pouvez ajouter ou modifier des marqueurs pour les relevés de glycémie BAS et ÉLEVÉ comme vous le feriez pour n'importe quel autre relevé.

Pour plus d'informations sur l'ajout de marqueurs personnalisés ou la gestion de la liste de marqueurs, reportez-vous à « Marqueurs GL », page 85.

CHAPITRE 5

Administration d'un bolus d'insuline

Pourquoi un bolus ?

Vous pouvez administrer un bolus d'insuline lorsque vous avez besoin de réduire une glycémie élevée et lorsque vous êtes sur le point de manger.

Le système de gestion d'insuline OmniPod® vous permet de :

- demander au calculateur de bolus du système de suggérer un bolus de correction ou un bolus repas (reportez-vous à « Établissement d'un bolus avec le calculateur de bolus », page 49).
- calculer votre propre bolus (reportez-vous à « Bolus calculé manuellement », page 52).

Attention : Mesurez toujours votre glycémie avant d'administrer un bolus.

Pour une explication des bolus et du calculateur de bolus, reportez-vous à page 148.

Établissement d'un bolus avec le calculateur de bolus

Pour modifier vos réglages personnels ou activer/désactiver le calculateur de bolus, reportez-vous à « Réglages du calculateur de bolus », page 72.

Saisie de votre glycémie et d'informations sur vos repas

Pour administrer un bolus à l'aide du calculateur de bolus :

1. Mesurez votre glycémie. Si vous utilisez un lecteur de glycémie distinct, suivez les instructions fournies avec votre lecteur de glycémie. Si vous avez utilisé le lecteur de glycémie intégré, passez à l'étape 4. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Test de votre glycémie », page 37.

Remarque : Si le résultat de votre glycémie indique « ÉLEVÉ » ou est inférieur à votre GL minimale pour les calculs, le calculateur de bolus est désactivé.

2. Accédez à l'écran de bolus :

Accueil > Bolus

5 Administration d'un bolus d'insuline

3. Entrez votre glycémie :

- Pour entrer un relevé provenant d'un autre lecteur de glycémie, utilisez le bouton **Haut/Bas** pour saisir la valeur de glycémie, puis appuyez sur **Oui**.
- Si vous avez enregistré une valeur de glycémie dans les 10 dernières minutes, l'écran l'affiche automatiquement. Appuyez sur **Oui** pour utiliser cette valeur dans les calculs.
- Appuyez sur **Non** pour indiquer au calculateur de bolus d'effectuer le calcul sans tenir compte de votre glycémie actuelle.



15:00 11.11

Entrer GL actuelle.


5,9 mmol/L

Utiliser pour calculs de bolus?

Retour Non Oui

4. L'écran suivant demande si vous allez manger maintenant.

- Si vous n'allez pas manger, appuyez sur **Non**.
- Si vous vous apprêtez à manger, appuyez sur **Oui**. Entrez ensuite le nombre de grammes de glucides que vous allez manger :
 - Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour entrer le nombre de grammes de glucides de votre repas, puis appuyez sur **Entrer**.
 - Sinon, si vous avez défini un ou plusieurs pré-réglages de glucide, vous pouvez au choix (1) sélectionner un pré-réglage de glucide ou (2) sélectionner [**entrer manuellement**], utiliser le bouton **Haut/Bas** pour entrer le nombre de grammes de glucides de votre repas, puis appuyer sur **Entrer**.



15:00 11.11

Bolus suggéré: 5,00 u
(ajusté pour l'InA)
Glucides: 60 g
GL: 8,4 mmol/L

5,00 u

Retour Prolong Entrer

Pour créer un pré-réglage de glucide, reportez-vous à « Préréglages de glucide », page 75.

Administration du bolus

Le calculateur de bolus calcule un bolus suggéré et affiche le résultat. On parle de bolus suggéré car vous devez le confirmer ou le modifier.

1. Examinez le bolus suggéré. Si vous le souhaitez, appuyez sur le bouton **Haut/Bas** pour augmenter ou réduire le bolus suggéré.

Remarque : L'entrée « Glucides » et l'intitulé de la touche contextuelle « Prolong » n'apparaissent que si vous allez manger. En outre, si l'option de bolus prolongé est désactivée, l'intitulé de touche contextuelle « Prolong » n'apparaît pas à l'écran. Si l'insuline active est un facteur dans le calcul, l'écran affiche « (ajusté pour l'InA) ».

15:00 11.11	
Bolus suggéré: 5,00 U (ajusté pour l'InA) Glucides: 60 g GL: 8,4 mmol/L	
5,00 U ▾	
Retour	Prolong
Entrer	

Avertissement : Si le bolus suggéré est supérieur à votre bolus maximum, « Bolus max dépassé. » s'affiche sous le bolus. Si vous avez sélectionné **Entrer** ou **Prolong**, un écran vous avertit que le bolus suggéré dépasse votre bolus maximum. Appuyez sur **Confirm** pour autoriser un dépassement ponctuel de la limite ou sur **Annuler** pour l'interdire. Le fait d'autoriser ce dépassement ne modifie pas votre réglage de bolus maximum.

2. Pour administrer immédiatement la totalité du bolus, appuyez sur **Entrer**, puis passez à l'étape 4. (Reportez-vous à « Bolus immédiats et prolongés », page 147 pour plus d'informations.)
3. Pour prolonger l'administration d'une partie ou de la totalité du bolus repas :
 - a. Appuyez sur **Prolong**.
 - b. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour saisir la quantité ou le pourcentage de bolus à administrer immédiatement. Appuyez sur **Entrer**.
 - c. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour saisir la durée de la portion prolongée. Appuyez sur **Entrer**.

Remarque : Votre réglage « bolus prolongé » détermine si l'écran affiche un pourcentage (%) ou des unités (U).

Remarque : Vous pouvez uniquement prolonger la portion repas du bolus, et l'option bolus prolongé doit être activée. Pour consulter les portions bolus de correction et bolus repas du bolus suggéré, appuyez sur le bouton **Infos**.

4. Si l'option Rappel de GL est activée et que vous souhaitez avoir un rappel pour vérifier votre glycémie, appuyez sur **Oui**. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour saisir l'heure du rappel. Appuyez sur **OK**.

Reportez-vous à « Rappels de GL », page 79 si vous souhaitez activer ou désactiver le rappel de GL. Par défaut, il est désactivé.

5. Examinez le bolus et appuyez sur **Confirm** pour lancer l'administration.

5 Administration d'un bolus d'insuline

Une fois le bolus lancé, la quantité de bolus et toutes les valeurs de glycémie et de glucides saisies sont enregistrées dans votre historique.

L'écran affiche un message **Administration du bolus** tout au long de l'administration d'un bolus immédiat.

Conseil : *Une fois un bolus lancé, le Pod termine l'administration du bolus, qu'il soit ou non à la portée du PDM.*

Pendant la portion prolongée d'un bolus, vérifiez l'écran

État pour voir la quantité de bolus prolongé devant encore être administrée.

Si vous souhaitez annuler ou remplacer un bolus, reportez-vous à « Modification d'un bolus en cours », page 53.

Pour ajouter un marqueur informatif à la valeur de glycémie utilisée pour ce bolus, reportez-vous à « Marquage des résultats de glycémie », page 48.

 15:00 11.11

Lancer le bolus?

Maintenant: **2,00 U**

Prol: **3,00 U**
(1,0h)

Total: **5,00 U**

Retour | Confirm

Avec bolus prolongé

Bolus calculé manuellement

Si le calculateur de bolus est désactivé ou arrêté, vous devez calculer vous-même une quantité de bolus. On parle de bolus calculé manuellement.

Pour administrer un bolus calculé manuellement :

1. Mesurez votre glycémie. Si vous utilisez un lecteur de glycémie distinct, suivez les instructions fournies avec votre lecteur de glycémie. Si vous avez utilisé le lecteur de glycémie intégré, passez à l'étape 4. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Test de votre glycémie », page 37.

2. Calculez le bolus de correction et le bolus repas combinés.

3. Accédez à l'écran de bolus :

Accueil > Bolus

4. Entrez la quantité de bolus que vous avez calculée :

- Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour entrer la quantité de bolus, puis appuyez sur **Entrer**.
- Sinon, si vous avez défini un ou plusieurs préréglages bolus, vous pouvez au choix (1) sélectionner un préréglage bolus ou (2) sélectionner [**entrer manuellement**], utiliser le bouton **Haut/Bas** pour entrer la quantité de bolus souhaitée, puis appuyer sur **Entrer**.

Pour créer un préréglage bolus, reportez-vous à « Préréglages bolus », page 78.

Remarque : Vous pouvez uniquement indiquer un bolus inférieur ou égal au bolus maximum que vous avez défini. Reportez-vous à « Bolus maximum », page 77 pour plus d'informations sur la modification de votre bolus maximum. Consultez votre professionnel de santé avant de modifier ce réglage.

5. Pour administrer immédiatement la totalité du bolus, appuyez sur **Entrer** et passez à l'étape 7. (Reportez-vous à « Bolus immédiats et prolongés », page 147 pour plus d'informations.)
6. Pour prolonger l'administration d'une partie ou de la totalité d'un bolus repas :
 - a. Appuyez sur **Prolong**.
 - b. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour saisir la quantité ou le pourcentage de bolus à administrer immédiatement. Appuyez sur **Entrer**.
 - c. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour saisir la durée de la portion prolongée. Appuyez sur **Entrer**.

Remarque : Votre réglage « bolus prolongé » détermine si l'écran affiche un pourcentage (%) ou des unités (U). Si l'option de bolus prolongé est désactivée, l'intitulé de touche contextuelle « Prolong » n'apparaît pas à l'écran.
7. Si l'option Rappel de GL est activée et que vous souhaitez avoir un rappel pour vérifier votre glycémie, appuyez sur **Oui**. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour saisir l'heure du rappel. Appuyez sur **OK**.

Reportez-vous à « Rappels de GL », page 79 si vous souhaitez activer ou désactiver le rappel de GL. Par défaut, il est désactivé.
8. Examinez les détails du bolus et appuyez sur **Confirm** pour lancer l'administration du bolus.

À ce stade, la quantité de bolus est enregistrée dans votre historique.

L'écran affiche un message **Administration du bolus** tout au long de l'administration d'un bolus immédiat.

Conseil : Une fois un bolus lancé, le Pod termine l'administration du bolus, qu'il soit ou non à la portée du PDM.

Pendant la portion prolongée d'un bolus, vérifiez l'écran **État** pour voir la quantité de bolus prolongé devant encore être administrée. Vous pouvez utiliser votre PDM pour d'autres tâches pendant la portion prolongée d'un bolus.

Pour ajouter un marqueur informatif à la valeur de glycémie utilisée pour ce bolus, reportez-vous à « Marquage des résultats de glycémie », page 48.

Modification d'un bolus en cours

Vous pouvez annuler un bolus immédiat ou prolongé, administrer un bolus immédiat sans annuler un bolus prolongé en cours ou remplacer un bolus prolongé par un nouveau bolus prolongé.

Remarque : Vous pouvez administrer un nouveau bolus (immédiat) pendant un bolus prolongé sans annuler ce dernier. Toutefois, si vous souhaitez prolonger le nouveau bolus, vous devez annuler le bolus prolongé en cours.



5 Administration d'un bolus d'insuline

Remarque : Si un message d'erreur de communication s'affiche lorsque vous tentez d'annuler un bolus, reportez-vous à « Échec lors de l'annulation d'un bolus », page 107.

Annulation d'un bolus immédiat

Pour annuler un bolus actif pendant son administration :

1. Au besoin, allumez votre dispositif et confirmez votre ID.
2. Si l'administration du bolus n'est pas encore terminée, appuyez sur **Annuler** dans l'écran « Administration du bolus ». Le Pod émet un bip pour confirmer que le bolus est annulé.
3. Appuyez sur **OK**.



Annulation d'un bolus prolongé



Pour annuler un bolus prolongé :

1. Au besoin, allumez votre dispositif et confirmez votre ID.
2. Sélectionnez **Accueil > Suspendre/annuler**.
3. Sélectionnez **Annuler bolus prolongé**, puis appuyez sur **Sélect**.
4. Appuyez sur **Confirm** pour annuler le bolus. Le Pod émet un bip lorsque le bolus est annulé.

Remplacement d'un bolus prolongé

Pour remplacer un bolus prolongé par un nouveau bolus prolongé :

1. Suivez les instructions de « Établissement d'un bolus avec le calculateur de bolus », page 49 ou « Bolus calculé manuellement », page 52 pour spécifier la quantité du nouveau bolus.
2. Après avoir saisi la nouvelle quantité de bolus, appuyez sur **Prolong**. Un écran apparaît pour vous indiquer qu'un bolus prolongé est actuellement activé.
3. Appuyez sur **Oui** pour annuler le bolus prolongé.
4. Appuyez sur **Confirm**.
5. L'écran suivant affiche la quantité non encore administrée de l'ancien bolus prolongé. Notez ce nombre si vous souhaitez l'ajouter au nouveau bolus prolongé.
6. Appuyez sur **Suite**.
7. Pour ajouter la quantité non administrée de l'ancien bolus, utilisez le bouton **Haut/Bas** pour augmenter la quantité de bolus.
8. Appuyez sur **Prolong** et suivez les instructions à l'écran pour lancer l'administration du nouveau bolus prolongé.



Cette page est laissée vierge intentionnellement.

CHAPITRE 6

Modification de l'administration d'insuline basale

Ce chapitre décrit comment modifier votre administration d'insuline basale à l'aide de débits basaux temporaires ou en changeant de programme basal.

Utilisation des débits basaux temporaires

Utilisez un débit basal temporaire, ou « débit basal temp », pour gérer un changement temporaire dans votre routine. Par exemple, un débit basal temp peut être utilisé lorsque vous pratiquez une activité physique ou lorsque vous êtes malade. Pour comprendre le fonctionnement des débits basaux temp, reportez-vous à « Débits basaux temporaires », page 143.

Remarque : Si les débits basaux temp sont définis sur « arrêt », vous ne pouvez pas activer de débit basal temp. Pour activer les débits basaux temp, reportez-vous à « Configuration du débit basal temp », page 70.

Conseil : Si vous utilisez régulièrement les mêmes réglages de débit basal temp, créez un préréglage de débit basal temp pour une activation rapide (reportez-vous à « Préréglages de débit basal temp », page 70).

Activation d'un débit basal temp

Les débits basaux temp peuvent durer jusqu'à 12 heures. Lorsqu'ils sont terminés, le PDM revient automatiquement à l'administration du programme basal planifié.

Si vous avez déjà défini un ou plusieurs préréglages de débit basal temp et souhaitez en activer un, reportez-vous à « Activation d'un préréglage de débit basal temp », page 59.

1. Accédez à l'écran **Débit basal temp** :
Accueil > Débit basal temp
2. Si vous n'avez pas encore défini de préréglages de débit basal temp, passez à l'étape 4.
3. Sélectionnez [**entrer manuellement**]. Sinon, pour activer un préréglage de débit basal temp, reportez-vous à « Activation d'un préréglage de débit basal temp », page 59.

6 Modification de l'administration d'insuline basale

- Si les débits basaux temp sont configurés comme débit fixe (U/h), passez à l'étape 6. Si les débits basaux temp sont configurés en pourcentage (%), sélectionnez **Augmentation** ou **Diminution** selon que vous souhaitez administrer davantage ou moins d'insuline prochainement.

- Appuyez sur **Suite**.

Si les débits basaux temp sont configurés en pourcentage (%), l'écran de gauche s'affiche. Si les débits basaux temp sont configurés en débit fixe (U/h), l'écran de droite s'affiche.

15:00 11.11

Entrer débit basal temp modifié.

-20%

Retour | Entrer

Débit basal temp défini sur %

15:00 11.11

Entrer le débit basal temp.

0,50 U/h

Retour | Entrer

Débit basal temp défini sur U/h

- Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour définir l'augmentation ou la diminution souhaitée du débit basal.

Remarque : Une diminution du débit basal temp jusqu'à ARRÊT interrompt l'administration d'insuline pour la période définie. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Limites du débit basal temp », page 145. Pour une comparaison des méthodes permettant d'interrompre l'administration d'insuline, reportez-vous à « Méthodes d'interruption temporaire de l'administration d'insuline », page 146.

- Lorsque l'écran affiche le débit basal temp souhaité, appuyez sur **Entrer**.
- Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour spécifier la durée souhaitée du débit basal temp.
- Appuyez sur **Entrer**.
- Vérifiez le débit basal temp et la durée définis, puis appuyez sur **Confirm** pour l'activer.

Après la confirmation, l'écran **État** indique que le débit basal temp est en cours, ainsi que le temps restant. Au terme de la période de débit basal temp, aucune action n'est requise de votre part. Le Pod revient automatiquement au programme basal actif.

Activation d'un préréglage de débit basal temp

Un préréglage de débit basal temp enregistre les détails d'un débit basal temp que vous utilisez fréquemment. Les préréglages de débit basal temp peuvent être activés rapidement. Pour créer ou modifier un préréglage de débit basal temp, reportez-vous à « Préréglages de débit basal temp », page 70.

1. Accédez à l'écran **Débit basal temp** :

Accueil > Débit basal temp

2. La liste de préréglages de débit basal temp existants s'affiche. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour mettre en surbrillance le préréglage de débit basal temp souhaité.

Si vous ne souhaitez utiliser aucun des préréglages de débit basal temp, sélectionnez [**entrer manuellement**] et passez à l'étape 4, page 57.

3. Appuyez sur **Sélect**.
4. Si vous souhaitez modifier la durée du débit basal temp, utilisez le bouton **Haut/Bas** pour régler la durée.
5. Vérifiez le débit basal temp et la durée définis, puis appuyez sur **Confirm** pour l'activer.


15:00 11.11
Préréglages débit basal temp:
[entrer manuellement]
Aerobique (0,20 u/h, 2,0 h)
Retour Select

Annulation d'un débit basal temp

Un débit basal temp s'arrête automatiquement au terme de la période définie. Pour annuler un débit basal temp en cours :

1. Depuis l'écran **Accueil**, sélectionnez **Suspendre/annuler**.
2. Mettez en surbrillance **Annuler débit basal temp** et appuyez sur **Sélect**.
3. Appuyez sur **Confirm**.

Le PDM annule le débit basal temp et relance le programme basal actif.



Utilisation des bips pour surveiller l'avancement du débit basal temp


En option, vous pouvez demander au PDM ou au Pod d'émettre un bip au début et à la fin d'un débit basal temp (reportez-vous à « Rappels de confiance », page 82). Toujours en option, vous pouvez aussi demander au Pod d'émettre un bip toutes les 60 minutes pendant qu'un débit basal temp est en cours (reportez-vous à « Rappels de programme », page 82).

Changement de programme basal

Les routines peuvent varier selon les jours, et le PDM vous permet de créer différents programmes basaux correspondant aux différentes routines. Par exemple, vous pouvez utiliser un programme basal pour les jours de la semaine et un autre pour le week-end.

Pour changer de programme basal :

1. Accédez à :
Accueil > Réglages > Programmes basaux
Le programme basal actif est repéré par un petit losange (◆).
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour mettre en surbrillance le programme basal que vous souhaitez activer.
3. Appuyez sur **Autoris**.
4. Examinez les détails du programme. Pour afficher un graphique du programme, appuyez sur **Graph**.



- Appuyez sur **Autoris** pour activer le programme basal sélectionné. L'écran **Accueil** affiche le nom du programme basal que vous venez d'activer.

Remarque : Vous devez annuler un débit basal temp en cours avant de changer de programme basal (reportez-vous à « Annulation d'un débit basal temp », page 60). Vous pouvez toutefois changer de programme basal lorsqu'un bolus prolongé est en cours.

Pour obtenir des instructions sur l'ajout ou la modification de programmes basaux, reportez-vous à « Programmes basaux », page 67.

Suspension et reprise de l'administration d'insuline basale

Vous pouvez être amené(e) à interrompre brièvement l'administration d'insuline. Par exemple, vous devez suspendre l'administration d'insuline avant de modifier un programme basal actif ou de régler l'heure ou la date. Le système Omnipod® vous permet de suspendre toute administration d'insuline pendant un maximum de deux heures.

Pour bien comprendre la différence entre l'interruption de l'administration d'insuline avec la fonction de suspension et avec la fonction de débit basal temp, reportez-vous à « Méthodes d'interruption temporaire de l'administration d'insuline », page 146.



Suspension de l'administration d'insuline

- Depuis l'écran **Accueil**, appuyez sur **Suspend**.
- Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour spécifier la durée de la suspension. La suspension peut durer de 30 minutes à 2 heures et peut être réglée par incréments de 30 minutes.
- Appuyez sur **Entrer**.
- Appuyez sur **Confirm** pour confirmer que vous souhaitez suspendre toute administration d'insuline.

L'administration d'insuline basale est suspendue. L'écran **État** affiche ADMINISTRATION D'INSULINE SUSPENDUE jusqu'à ce que vous repreniez l'administration d'insuline.

Le Pod émet un bip toutes les 15 minutes pendant la période de suspension. Au terme de la période de suspension, le PDM et le Pod émettent deux séries de bips toutes les trois minutes, répétées toutes les 15 minutes jusqu'à ce que vous repreniez l'administration d'insuline.


Remarque : Les débits basaux temp ou le bolus prolongé sont automatiquement annulés lorsque vous suspendez l'administration d'insuline.



6 Modification de l'administration d'insuline basale

Reprise de l'administration d'insuline avant la fin de la période de suspension


1. Depuis l'écran **Accueil**, sélectionnez **Recommencer**.
2. Appuyez sur **Confirm** pour relancer le programme basal planifié pour l'heure en cours.



Reprise de l'administration d'insuline après la fin de la période de suspension

1. Allumez votre PDM.
2. Appuyez sur **OK** pour reprendre l'administration d'insuline.
3. Le PDM active le programme basal planifié pour l'heure en cours et émet un bip pour vous avertir que l'administration d'insuline a repris.

Si vous ne reprenez pas l'administration d'insuline dès la fin de la période de suspension, le PDM et le Pod émettent un bip toutes les 15 minutes jusqu'à la reprise de l'administration d'insuline.



Avertissement : L'administration d'insuline ne reprend pas automatiquement au terme de la période de suspension. Vous devez appuyer sur **OK** pour reprendre l'administration d'insuline. Si vous ne reprenez pas l'administration d'insuline, vous pouvez développer une hyperglycémie.


CHAPITRE 7

Ajustement des réglages


Vous pouvez ajuster différents réglages sur votre PDM selon l'évolution de vos besoins.

Conseil : Certains réglages ont des valeurs par défaut, mais tous les réglages peuvent tous être modifiés.

Les écrans représentés ici sont les deux principaux écrans de menu vous permettant d'accéder aux réglages de votre système Omnipod® : le menu **Réglages** et le menu **Configuration système**.



Accueil > Réglages



Accueil > Réglages >
Configuration système

Réglages généraux du PDM

Les réglages généraux du PDM incluent votre identification et les réglages généraux du dispositif.

Date et heure

Vous pouvez être amené(e) à régler la date et l'heure lors du passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, ou lorsque vous changez de fuseau horaire.

1. Si vous avez un Pod actif, vous devez d'abord le suspendre : **Accueil > Suspend**
2. Accédez à : **Accueil > Réglages > Configuration système > Date/heure**
3. Sélectionnez l'heure et appuyez sur **Modif**. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour saisir la nouvelle heure. Pour basculer entre le format AM/PM et 24 heures, appuyez sur **12/24 h**. Appuyez sur **Entrer**, puis appuyez sur **Confirm**.
4. Sélectionnez la date et appuyez sur **Modif**. Réglez l'année, le mois et le jour souhaités en appuyant sur **Suite** entre chaque écran. Sélectionnez le format de date et appuyez sur **Sélect**. Appuyez ensuite sur **Confirm**.
5. Si vous aviez suspendu votre Pod, appuyez sur **Accueil** et **Recommencer** pour reprendre l'administration d'insuline.

7 Ajustement des réglages

Nom d'utilisateur et couleur de l'écran

Les réglages de l'écran **ID** servent à identifier votre PDM. Le fait d'identifier le PDM comme étant le vôtre avant de l'utiliser permet de vous assurer que vous utilisez bien le PDM configuré pour contrôler votre Pod et qu'il est programmé avec vos réglages personnels.

Pour modifier les réglages de votre écran **ID** :

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Options PDM > Écran ID**
2. Sélectionnez **ID** et appuyez sur **Sélect**. Saisissez le nom d'utilisateur que vous souhaitez que le PDM affiche sur l'écran **ID** (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6). Appuyez sur **Enregist**.
3. Sélectionnez **Couleur de l'écran** et appuyez sur **Sélect**. Mettez en surbrillance la couleur d'écran souhaitée et appuyez sur **Sélect**.

Enregistrement de notes succinctes

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 lignes de notes personnelles dans le PDM, comme des numéros de téléphone, des adresses ou des informations de prescription. Pour afficher ces notes, appuyez sur le bouton **Infos** depuis l'écran **Accueil**.

1. **Accueil > Mes historiques > Mes infos**
2. Mettez en surbrillance [**Mes infos**] et appuyez sur **Modif**. Saisissez les informations à enregistrer (reportez-vous à « Saisie des données », page 6), puis appuyez sur **Enregist**.

Options vibreur et tonalité

Le PDM traite différemment les alarmes et les notifications. Pour des raisons de sécurité, les alarmes sont toujours audibles et ne peuvent pas être définies pour déclencher le vibreur ; en revanche, vous pouvez déterminer si certaines notifications doivent émettre un bip ou déclencher le vibreur.

Pour changer la manière dont le PDM émet des rappels GL, des rappels de bolus oublié, des rappels personnalisés et des rappels « Aucun pod actif » :

1. **Accueil > Réglages > Vibration**
2. Mettez en surbrillance l'option souhaitée :

Vibreur	Vibration uniquement
Vibreur puis bip	Si vous ne réagissez pas après deux séries de rappels par vibreur, le PDM émet des bips lors des rappels suivants
Arrêt (bip seulement)	Aucune vibration, uniquement des bips

3. Appuyez sur **Sélect**.

Vérification des alarmes et de la vibration

Afin de vous rassurer sur le bon fonctionnement des alarmes et des fonctions vibreur de votre PDM et de votre Pod, vous pouvez les tester comme suit :

1. Si vous avez un Pod actif, vous devez d'abord le suspendre : **Accueil > Suspend**
2. Accédez à : **Accueil > Réglages > Configuration système > Diagnostic > Vérifier alarmes**
3. Appuyez sur **Sélect**, puis appuyez sur **OK** pour lancer la vérification des alarmes.
4. Écoutez et ressentez : Le PDM émet trois bips et vibre à trois reprises. Ensuite, si vous portez un Pod, le Pod émet plusieurs bips et émet la tonalité d'alarme pendant plusieurs secondes.

Avertissement : Si le PDM n'émet aucun bip, appelez immédiatement le Service clients. Si un Pod activé n'émet aucun bip, remplacez immédiatement le Pod. L'utilisation du système Omnipod® dans ces circonstances peut compromettre votre santé et votre sécurité.

Verrouillage ou déverrouillage des boutons du PDM

Vous pouvez verrouiller le PDM pour empêcher toute modification accidentelle des programmes basaux et toute administration accidentelle de bolus. Lorsque le PDM est verrouillé, vous pouvez toujours utiliser le lecteur de glycémie, consulter vos historiques et déverrouiller le PDM.

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Options PDM > Verrouillage PDM**
2. Sélectionnez **Marche** pour verrouiller le PDM ou **Arrêt** pour le déverrouiller. Appuyez ensuite sur **Sélect**.

Temporisation d'écran

Afin de préserver l'autonomie des piles, l'écran du PDM s'éteint lorsque vous n'appuyez sur aucun bouton pendant un temps donné. Pour modifier la temporisation avant l'extinction de l'écran du PDM :

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Options PDM > Temporisation écran**
2. Sélectionnez un intervalle de temporisation d'écran, puis appuyez sur **Sélect**.

Conseil : Définissez l'intervalle le plus court possible pour préserver l'autonomie des piles.

7 Ajustement des réglages

Temporisation du rétroéclairage

L'écran du PDM peut s'assombrir avant de s'éteindre. Pour modifier la temporisation avant l'assombrissement de l'écran du PDM :

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Options PDM > Temporisation rétroéclairage**
2. Sélectionnez un intervalle de temporisation du rétroéclairage, puis appuyez sur **Sélect**.

Conseil : Définissez l'intervalle le plus court possible pour préserver l'autonomie des piles.

Réglages d'usine par défaut

Réinitialiser PDM est une fonction rarement utilisée qui rétablit tous les réglages d'usine par défaut du PDM.

Attention : La réinitialisation du PDM efface vos programmes basaux, vos pré-réglages de débit basal temp, vos pré-réglages de bolus, vos pré-réglages de glucide et tous les réglages du calculateur de bolus. Avant d'utiliser cette fonctionnalité, vérifiez que vous avez une trace écrite des informations dont vous avez besoin pour reprogrammer votre PDM. Vous devrez également activer un nouveau Pod après avoir réinitialisé votre PDM.

Pour réinitialiser votre PDM :

1. Dressez la liste de vos réglages personnalisés, de sorte à pouvoir les redéfinir après la réinitialisation de votre PDM. Consultez votre professionnel de santé pour vous assurer que les réglages sont appropriés pour votre cas spécifique.

Conseil : Vous pouvez utiliser les pages à la fin de ce guide de l'utilisateur pour consigner vos réglages.

2. Si vous avez un Pod actif, désactivez-le : **Accueil > Plus d'options > Remplacer**.
3. Accédez à : **Accueil > Réglages > Configuration système > Diagnostic > Réinitialiser PDM**
4. Appuyez sur **Confirm** pour effacer vos réglages utilisateur actuels et rétablir tous les réglages utilisateur sur leur valeur d'usine par défaut.

Remarque : Les historiques et les données sur l'InA ne sont pas supprimés.

5. Suivez les consignes de configuration du PDM à partir de « Nom d'utilisateur et couleur de l'écran », page 15 pour redéfinir vos informations personnalisées.

Réglages du débit basal et du débit basal temp

Les sections suivantes décrivent comment modifier les réglages contrôlant l'administration d'insuline basale (débit basal maximum, programmes basaux et débits basaux temp).

Débit basal maximum

Le débit basal maximum définit une limite supérieure pour tout débit basal dans vos programmes basaux et vos débits basaux temp. Consultez votre professionnel de santé avant de modifier ce réglage.

Pour modifier votre débit basal maximum :

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Bolus/basal/calculs > Débit basal max**
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour définir votre débit basal maximum, puis appuyez sur **Entrer**.

Remarque : Vous ne pouvez pas définir un débit basal maximum inférieur au débit basal le plus élevé d'un programme basal existant, d'un préréglage de débit basal temp ou du débit basal temp en cours.

Programmes basaux

Vous pouvez définir entre un et sept programmes basaux. Chaque programme basal peut contenir de 1 à 24 débits basaux.

Attention : Consultez votre professionnel de santé avant de modifier ces réglages.

L'écran **Programme basaux** affiche vos programmes basaux existants. Un losange (◆) apparaît en regard du programme basal actif.

Création d'un nouveau programme basal

Conseil : Si votre nouveau programme basal est similaire à un programme basal existant, vous pouvez gagner du temps en utilisant la fonction « Copier » et en modifiant le programme copié (reportez-vous à « Création d'un nouveau programme basal à partir d'un programme basal existant », page 69).

Pour créer un nouveau programme basal :

1. **Accueil > Réglages > Programmes basaux > [ajouter nvl données]**

Remarque : L'option **[ajouter nvl données]** n'est pas disponible si vous avez déjà défini sept programmes basaux. Le cas échéant, vous devez d'abord supprimer un programme basal existant avant de pouvoir en créer un nouveau (reportez-vous à « Suppression d'un programme basal », page 70).

2. Appuyez sur **Nouv**.
3. Entrez un nom évocateur (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6). Appuyez sur **Suite**.


Vous pouvez sinon utiliser la nomenclature par défaut, qui ajoute simplement un suffixe numérique, comme basal 1, basal 2, basal 3.

15:00 11.11	
Programmes basaux:	
+basal 1	
[ajouter nvl données]	
Retour	Nouv

7 Ajustement des réglages

- Les étapes suivantes sont identiques à celles que vous avez effectuées lorsque vous avez configuré votre premier programme basal. Suivez les instructions à l'écran ou reportez-vous à « Définir un programme basal », page 16 pour des instructions pas-à-pas.

Une fois que vous avez confirmé votre nouveau programme basal, le PDM l'enregistre pour une utilisation ultérieure.



Programme basal sous forme de graphique

Segment	U/h
00:00-08:00	0,60
08:00-15:00	0,80
15:00-24:00	0,70

Débit basal quotidien: 16,70 u

Programme basal sous forme de liste

Affichage d'un programme basal

Pour examiner les détails d'un programme basal :

- Accueil > Réglages > Programmes basaux**
- Mettez en surbrillance le programme basal que vous souhaitez afficher, puis appuyez sur **Sélect**.
- Mettez en surbrillance **Afficher**, puis appuyez sur **Sélect**.
- Un écran non modifiable s'affiche avec les segments basaux pour le programme basal sélectionné. Appuyez sur **Liste** ou sur **Graphe** pour afficher le programme sous forme de texte ou de graphique.

Weekend:
Afficher
Modif
Renommer
Copier
Suppr
Termin
Sélect

Modification d'un programme basal

Pour modifier un programme basal :

- Accueil > Réglages > Programmes basaux**
- Mettez en surbrillance le programme basal que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Sélect**.
Remarque : Pour modifier le programme basal actif, vous devez suspendre l'administration d'insuline (**Accueil > Suspend**) ou le modifier lorsque vous n'avez aucun Pod actif pendant un remplacement du Pod.
- Mettez en surbrillance **Modif**, puis appuyez sur **Sélect**. Un écran s'affiche avec tous les segments basaux pour le programme basal sélectionné.
- Pour ajouter ou retirer des segments, suivez les instructions à l'écran ou reportez-vous à « Ajout de segments », page 19 pour des instructions pas-à-pas.

5. Pour supprimer un segment :
 - a. Sélectionnez un segment adjacent et appuyez sur **Modif**.
 - b. Modifiez l'heure de début ou l'heure de fin de sorte que le segment adjacent couvre le segment que vous effacez.
 - c. Vous pouvez également modifier la valeur du segment plus long ainsi obtenu.
 - d. Appuyez sur **Enregist**, puis sur **Enregist** et enfin sur **Termin**.

Modification du nom d'un programme basal

Pour renommer un programme basal :

1. **Accueil > Réglages > Programmes basaux**
2. Mettez en surbrillance le programme basal que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur **Sélect**.
3. Mettez en surbrillance **Renommer**, puis appuyez sur **Sélect**.
4. Entrez un nouveau nom (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6) et appuyez sur **Enregist**.

Création d'un nouveau programme basal à partir d'un programme basal existant

Pour créer un nouveau programme basal en copiant un existant :

1. **Accueil > Réglages > Programmes basaux**
2. Mettez en surbrillance le programme basal que vous souhaitez copier, puis appuyez sur **Sélect**.
3. Mettez en surbrillance **Copier**, puis appuyez sur **Sélect**.

Remarque : Si vous avez déjà sept programmes basaux, vous devez d'abord supprimer un programme basal existant avant de pouvoir créer une copie (reportez-vous à « Suppression d'un programme basal », page 70).

4. Entrez un nom unique pour le nouveau programme basal (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6) et appuyez sur **Suite**. Un écran s'affiche avec le programme basal renommé et les segments basaux d'origine.
5. Pour modifier ou ajouter de nouveaux segments pour créer un nouveau programme basal, suivez les instructions à l'écran ou reportez-vous à « Ajout de segments », page 19.

7 Ajustement des réglages

Suppression d'un programme basal

Vous pouvez uniquement supprimer un programme basal qui n'est pas en cours ; vous ne pouvez pas supprimer le programme basal actif. Pour supprimer un programme basal :

1. **Accueil > Réglages > Programmes basaux**
2. Mettez en surbrillance le programme basal que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Sélect**.
3. Mettez en surbrillance **Suppr**, puis appuyez sur **Sélect** et enfin sur **Suppr**.

Configuration du débit basal temp

Pour désactiver la fonction débit basal temp ou modifier la configuration de votre débit basal temp :

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Bolus/basal/calculs > Débit basal temp**
2. Sélectionnez une configuration pour votre débit basal temp :

%	Spécifiez vos débits basaux temp comme pourcentage du programme basal actuellement actif.
U/h	Spécifiez vos débits basaux temp comme débit fixe pour la durée du débit basal temp.
Arrêt	Désactivez la possibilité d'utiliser les débits basaux temp ou les pré-réglages de débit basal temp.

3. Appuyez sur **Sélect**.

Reportez-vous à « Débits basaux temporaires », page 143 pour une description du fonctionnement des débits basaux temp.

Préréglages de débit basal temp

Si vous utilisez régulièrement un débit basal temp, vous pouvez créer un « Préréglage de débit basal temp » pour une activation rapide à l'avenir. Pour activer un pré-réglage de débit basal temp, reportez-vous à « Activation d'un pré-réglage de débit basal temp », page 59.

Création d'un nouveau préréglage de débit basal temp

1. **Accueil > Réglages > Préréglages > Préréglages débit basal temp**
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour faire défiler jusqu'à [**ajouter nvl données**] au bas de la liste. Appuyez sur **Nouv.**

Remarque : Vous pouvez uniquement définir sept préréglages de débit basal temp. Si vous en avez déjà défini sept, [**ajouter nvl données**] n'apparaît pas. Au besoin, vous pouvez en supprimer un.

3. Entrez un nom pour le nouveau préréglage de débit basal temp (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6). Appuyez sur **Suite**.
4. Si les débits basaux temp sont configurés en pourcentage (%), sélectionnez **Augmentation** ou **Diminution** pour définir si ce préréglage administre plus ou moins d'insuline que le programme basal actif.
5. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour définir le changement temporaire souhaité du débit d'administration d'insuline. Appuyez sur **Suite**.
6. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour définir la durée du préréglage de débit basal temp. Appuyez sur **Suite**.


Remarque : Vous pourrez modifier la durée d'un préréglage de débit basal temp lorsque vous appelez ce préréglage.

7. Appuyez sur **Enregist.**

Modification ou modification du nom d'un préréglage de débit basal temp

Remarque : Vous ne pouvez pas modifier un préréglage de débit basal temp actuellement actif.

1. **Accueil > Réglages > Préréglages > Préréglages débit basal temp**
2. Mettez en surbrillance le préréglage de débit basal temp à modifier en faisant défiler la liste, si celle-ci est longue. Appuyez sur **Modif**.
3. Pour renommer le préréglage de débit basal temp, sélectionnez **Renommer**, puis saisissez le nouveau nom (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6). Appuyez sur **Enregist.**
4. Pour modifier le préréglage de débit basal temp :
 - a. Sélectionnez **Modif**.
 - b. Changez le débit basal temporaire, si vous le souhaitez. Appuyez sur **Suite**.
 - c. Changez la durée du débit basal temp, si vous le souhaitez. Appuyez sur **Enregist.**
5. Appuyez sur **Termin** pour revenir à l'écran **Préréglages débit basal temp**.



7 Ajustement des réglages

Suppression d'un préréglage de débit basal temp

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer un préréglage de débit basal temp actuellement actif.

1. **Accueil > Réglages > Préréglages > Préréglages débit basal temp**
2. Mettez en surbrillance le préréglage de débit basal temp à supprimer en faisant défiler la liste, si celle-ci est longue. Appuyez sur **Modif**.
3. Mettez en surbrillance **Suppr**, puis appuyez sur **Sélect**.
4. Appuyez sur **Suppr**. Le préréglage de débit basal temp est supprimé.

Réglages du calculateur de bolus

Avertissement : Le calculateur de bolus affiche la dose de bolus suggéré d'après les réglages personnalisés que vous avez programmés sur le PDM. Consultez votre professionnel de santé avant de modifier les réglages du calculateur de bolus.

Les sections suivantes décrivent comment modifier les réglages individuels du calculateur de bolus.

Remarque : Pour passer en revue les réglages du calculateur de bolus l'un après l'autre, accédez à

- Accueil > Réglages**
- > Configuration système**
- > Bolus/basal/calculs**
- > Rapports/facteurs/cibles**
- > Voir tous les réglages**

et suivez les instructions à l'écran.

15:00 11.11
Calculs bolus: Marche
Rapports/facteurs/cibles
Débit basal temp: U/h
Prolongé: Unités
Incrément bolus: 0,05 u
Bolus max: 8,00 u
Débit basal max: 1,50 U/h
Retour Sélection

15:00 11.11
Revoir tous les réglages
GL cible
GL min pour calculs: 3,9mmol/L
Rapport IG
Facteur de correction
Correction inverse: Marche
Retour Sélection

Activation et désactivation du calculateur de bolus

Pour activer et désactiver le calculateur de bolus :

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Bolus/basal/calculs > Calculs bolus**
2. Pour désactiver le calculateur de bolus, sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **Termin**.

3. Pour désactiver le calculateur de bolus, sélectionnez **Marche** et appuyez sur **Termin**. Les écrans suivants vous guident dans les réglages personnalisés du calculateur de bolus. Pour des instructions détaillées, reportez-vous aux pages suivantes ou accédez à « Glycémie cible et valeurs « Corriger si supérieur à » », page 18.

Remarque : Si vous n'avez pas encore configuré le calculateur de bolus, reportez-vous à « Réglages du calculateur de bolus », page 18 pour des instructions pas-à-pas.

Glycémie cible et Corriger si supérieur à

Le calculateur de bolus vise à maintenir votre glycémie à votre valeur de glycémie cible lors du calcul d'un bolus de correction. Toutefois, le calculateur de bolus calcule uniquement un bolus de correction si votre glycémie est supérieure à votre réglage « Corriger si supérieur à ». Votre glycémie cible peut être comprise entre 3,9 et 11,1 mmol/L, et votre réglage « Corriger si supérieur à » peut être compris entre votre glycémie cible et 11,1 mmol/L.

Vous pouvez définir différentes glycémies cibles et valeurs « Corriger si supérieur à » selon les heures de la journée. Pour modifier ou ajouter une glycémie cible ou des segments « Corriger si supérieur à » :

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Bolus/basal/calculs > Rapports/facteurs/cibles > GL cible**
2. Suivez les instructions à l'écran ou reportez-vous à « Ajout de segments », page 19 pour des instructions détaillées.
3. Appuyez sur **Termin**, puis sur **Enregist** lorsque vous avez terminé de modifier les segments.

GL minimale pour les calculs

La GL minimale pour les calculs est un seuil que vous définissez. Si votre relevé de glycémie est inférieur à votre GL minimale pour les calculs, le calculateur de bolus est désactivé et ne calcule pas de bolus. Cette valeur peut être comprise entre 2,8 et 3,9 mmol/L et elle est fixe tout au long de la journée.

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Bolus/basal/calculs > Rapports/facteurs/cibles > GL min pour calculs**
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour définir la glycémie minimale à utiliser par le calculateur de bolus, puis appuyez sur **Suite**.

7 Ajustement des réglages

Rapport I/G

Le rapport I/G (rapport insuline/glucides) définit le nombre de grammes de glucides gérés par une unité d'insuline. Le calculateur de bolus utilise votre rapport I/G pour calculer un bolus repas lorsque vous êtes sur le point de manger. Votre rapport I/G peut être compris entre 1 et 150 unités.

Vous pouvez définir jusqu'à huit rapports I/G différents selon les heures de la journée. Pour modifier des segments existants ou ajouter des segments :

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Bolus/basal/calculs > Rapports/facteurs/cibles > Rapport IG**
2. Suivez les instructions à l'écran ou reportez-vous à « Ajout de segments », page 19 pour des instructions détaillées.
3. Appuyez sur **Termin**, puis sur **Enregist** lorsque vous avez terminé de modifier les segments.

Facteur de correction

Le calculateur de bolus utilise votre facteur de correction pour calculer un bolus de correction lorsque votre glycémie est supérieure à votre réglage « Corriger si supérieur à » (reportez-vous à « Calculateur de bolus », page 148). Votre facteur de correction peut être compris entre 0,1 et 22,2 mmol/L.

Vous pouvez définir jusqu'à huit facteurs de correction différents selon les heures de la journée. Pour modifier des segments existants ou ajouter des segments :

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Bolus/basal/calculs > Rapports/facteurs/cibles > Facteur de correction**
2. Suivez les instructions à l'écran ou reportez-vous à « Ajout de segments », page 19 pour des instructions détaillées.
3. Appuyez sur **Termin**, puis sur **Enregist** lorsque vous avez terminé de modifier les segments.

Correction inverse

Le réglage de correction inverse détermine la manière dont le calculateur de bolus gère les bolus repas lorsque votre glycémie est inférieure à votre glycémie cible (reportez-vous à « Correction inverse », page 151 pour plus de détails).

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Bolus/basal/calculs > Rapports/facteurs/cibles > Correction inverse**
2. Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**, puis appuyez sur **Suite**.

Durée d'action de l'insuline

Le calculateur de bolus utilise votre réglage de la durée d'action de l'insuline pour calculer la quantité d'insuline active (InA) provenant d'un bolus précédent (reportez-vous à « Insuline active », page 150 pour plus de détails). Votre durée d'action de l'insuline peut être réglée entre 2 et 6 heures par incréments de 30 minutes. Il s'agit d'une valeur fixe tout au long de la journée.

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Bolus/basal/calculs > Rapports/facteurs/cibles > Action de l'insuline**
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour spécifier votre durée d'action de l'insuline, puis appuyez sur **Termin**.
3. Si vous avez passé en revue tous les réglages du calculateur de bolus, l'écran vous informe que la configuration est terminée et que le calculateur de bolus est en marche. Appuyez sur **OK**.

Préréglages de glucide

Les préréglages de glucide permettent d'enregistrer la teneur en glucides des collations ou des repas que vous mangez souvent. Vous pouvez rapidement sélectionner un préréglage de glucide lorsque le calculateur de bolus demande la quantité de glucides que vous vous apprêtez à manger. Vous pouvez créer jusqu'à 36 préréglages de glucide.

Création d'un nouveau préréglage de glucide

Pour enregistrer un aliment que vous consommez fréquemment en tant que préréglage de glucide :

1. **Accueil > Réglages > Préréglages > Préréglages glucides**
2. Sélectionnez **Favoris**, **Collation** ou **Repas** comme catégorie pour ce préréglage de glucide, puis appuyez sur **Sélect**.
3. Sélectionnez [**ajouter nvl données**], puis appuyez sur **Nouv**.
4. Entrez un nom unique pour identifier facilement ce préréglage de glucide à l'avenir (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6), puis appuyez sur **Suite**.
Sinon, vous pouvez utiliser le nom par défaut en appuyant sur **Suite**.
5. Entrez le nombre de grammes de glucides contenus dans les aliments, puis appuyez sur **Suite**.
6. La prochaine étape (facultative) consiste à spécifier le nombre de grammes de fibres dans le repas. Consultez votre professionnel de santé pour déterminer si vous devez ou non saisir des informations sur les fibres.

Remarque : Si vous saisissez le nombre de grammes de fibres dans votre préréglage de glucide, le calculateur de bolus soustrait le poids en fibres du poids en glucides. Sinon, à l'étape 5 plus haut, vous pouvez saisir vous-même le nombre total de grammes de glucides moins le nombre de grammes de fibres.

7 Ajustement des réglages

- Appuyez sur **Suite**.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir le nombre de grammes de lipides et de protéines, ainsi que le nombre total de calories dans le repas. Appuyez sur **Suite** après chaque saisie. La saisie de ces nombres supplémentaires est facultative. Le calculateur de bolus ne les utilise pas.
- Appuyez sur **Enregist** pour ajouter le nouveau préréglage de glucide dans la catégorie sélectionnée.

Changement de catégorie d'un préréglage de glucide

- Accueil > Réglages > Préréglages > Préréglages glucides**
- Sélectionnez la catégorie contenant le préréglage de glucide que vous souhaitez changer, puis appuyez sur **Sélect**.
- Mettez en surbrillance le préréglage de glucide à déplacer, puis appuyez sur **Marqu**.
- Sélectionnez la nouvelle catégorie, puis appuyez sur **Sélect**.

Modification ou modification du nom d'un préréglage de glucide

- Accueil > Réglages > Préréglages > Préréglages glucides**
- Sélectionnez la catégorie contenant le préréglage que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Sélect**.
- Mettez en surbrillance le préréglage de glucide à modifier, puis appuyez sur **Modif**.
- Appuyez à nouveau sur **Modif** dans l'écran suivant.
- Pour renommer un préréglage, saisissez un nouveau nom (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6).
- Entrez le nombre de grammes de glucides contenus dans les aliments, puis appuyez sur **Suite**.
- La prochaine étape (facultative) consiste à spécifier le nombre de grammes de fibres dans le repas. Consultez votre professionnel de santé pour déterminer si vous devez ou non saisir des informations sur les fibres.

Remarque : Si vous saisissez le nombre de grammes de fibres dans votre préréglage de glucide, le calculateur de bolus soustrait le poids en fibres du poids en glucides. Sinon, à l'étape 6 plus haut, vous pouvez saisir vous-même le nombre total de grammes de glucides moins le nombre de grammes de fibres.

- Appuyez sur **Suite**.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir le nombre de grammes de lipides et de protéines, ainsi que le nombre total de calories dans le repas. Appuyez sur **Suite** après chaque saisie. La saisie de ces nombres supplémentaires est facultative.
- Appuyez sur **Termin** pour enregistrer les modifications.

Suppression d'un préréglage de glucide

1. **Accueil** > **Réglages** > **Préréglages** > **Préréglages glucides**
2. Sélectionnez la catégorie contenant le préréglage que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Sélect.**
3. Mettez en surbrillance le préréglage de glucide à modifier, puis appuyez sur **Modif.**
4. Appuyez sur **Suppr.**
5. Appuyez à nouveau sur **Suppr** pour supprimer définitivement le préréglage de glucide.

Réglages de l'administration du bolus

Configuration du bolus prolongé

Un bolus prolongé est administré sur une période prolongée. Seule la portion repas d'un bolus peut être prolongée. Un bolus de correction ne peut pas être prolongé. Pour désactiver la fonction de bolus prolongé ou modifier la configuration de votre bolus prolongé :

1. **Accueil** > **Réglages** > **Configuration système** > **Bolus/basal/calculs** > **Prolongé**
2. Sélectionnez une configuration pour votre bolus prolongé :

%	Définissez la quantité de la portion immédiate du bolus en pourcentage du bolus total. Le reste sera prolongé.
----------	--

Unités	Spécifiez le nombre d'unités d'insuline devant être administrées immédiatement. Le reste sera prolongé.
---------------	---

Arrêt	Désactivez la possibilité de prolonger un bolus.
--------------	--

3. Appuyez sur **Sélect.**

Bolus maximum

Le bolus maximum définit la limite supérieure d'un bolus calculé manuellement. Le calculateur de bolus vous avertit s'il calcule un bolus supérieur à cette quantité. La valeur maximale autorisée pour le bolus maximum est de 30 unités.

Attention : Le bolus maximum par défaut est de 10 unités. Consultez votre professionnel de santé avant de modifier ce réglage.

1. **Accueil** > **Réglages** > **Configuration système** > **Bolus/basal/calculs** > **Bolus max**
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour définir le bolus maximum, puis appuyez sur **Entrer.**

7 Ajustement des réglages

Incrément bolus

Le réglage de l'incrément bolus définit de combien chaque pression sur le bouton **Haut/Bas** modifie la quantité de bolus affichée à l'écran. Cela détermine la précision avec laquelle vous pouvez régler la quantité de bolus spécifiée. Les options de réglage sont 0,05, 0,1, 0,5 ou 1,0 U. Par exemple, si vous définissez ce réglage sur 1,0 U, vous pourrez demander un bolus de 2 U ou de 3 U, mais pas de 2,5 U.

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Bolus/basal/calculs > Incrément bolus**
2. Mettez en surbrillance l'incrément bolus souhaité et appuyez sur **Sélect**.

Préréglages bolus

Les préréglages bolus vous permettent d'enregistrer les quantités de bolus les plus fréquemment utilisées pour une récupération rapide à l'avenir. Les préréglages bolus sont uniquement utilisés si le calculateur de bolus est désactivé.

Un préréglage bolus enregistre uniquement le nombre total d'unités d'insuline d'un bolus. Vous indiquez si le bolus doit ou non être prolongé au moment où vous l'activez.

Vous pouvez définir jusqu'à sept préréglages bolus. Un préréglage bolus ne peut pas être supérieur à votre bolus maximum.

Création d'un nouveau préréglage bolus

1. **Accueil > Réglages > Préréglages > Préréglages bolus**
2. Sélectionnez [**ajouter nvl données**], puis appuyez sur **Nouv**.
3. Entrez un nom pour le nouveau préréglage bolus (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6) et appuyez sur **Suite**.
4. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour entrer la quantité du bolus, puis appuyez sur **Suite**.
5. Appuyez sur **Enregist**.

Modification ou modification du nom d'un préréglage bolus

1. **Accueil > Réglages > Préréglages > Préréglages bolus**
2. Mettez en surbrillance le préréglage bolus à modifier, puis appuyez sur **Modif**.
3. Pour renommer le préréglage, mettez en surbrillance **Renommer**, puis appuyez sur **Sélect**. Entrez ensuite un nouveau nom (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6) et appuyez sur **Suite**.
4. Pour changer la valeur du préréglage, mettez en surbrillance **Modif**, puis appuyez sur **Sélect**.
5. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour entrer la nouvelle valeur du bolus, puis appuyez sur **Enregist**.

Suppression d'un préréglage bolus


1. **Accueil > Réglages > Préréglages > Préréglages bolus**
2. Mettez en surbrillance le préréglage bolus à supprimer, puis appuyez sur **Modif.**
3. Mettez en surbrillance **Suppr.**, puis appuyez sur **Sélect.**
4. Appuyez sur **Suppr.**

Réglages des rappels et des notifications

Les rappels et les notifications permettent d'attirer votre attention sur des éléments en lien avec le fonctionnement du système (reportez-vous à « Notifications », page 102 et à « Bips d'information », page 103).

Rappels de GL

Si les rappels de GL sont activés, un écran est ajouté dans le flux de bolus pour vous demander si vous souhaitez définir un rappel pour vérifier votre glycémie. Vous pouvez répondre oui ou non à ce stade.



Pour définir un rappel de GL :

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Indicateurs/rappels > Rappel GL**
2. Sélectionnez **Marche** pour inclure la demande de rappel de GL dans le flux de bolus. Sélectionnez **Arrêt** pour passer le rappel de GL.
3. Appuyez sur **Sélect.**

Péremption du Pod

La notification de péremption du Pod vous avertit lorsque ce dernier est bientôt périmé afin que vous puissiez prévoir un remplacement du Pod à un moment pratique. Cette notification peut être comprise entre 1 et 24 heures avant l'émission de l'alerte de péremption du Pod. Au moment sélectionné, le Pod et le PDM émettent un bip et le PDM affiche un message.

Pour définir le moment de la notification de péremption du Pod :

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Indicateurs/rappels > Péremption**
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour spécifier combien de temps avant la péremption du Pod vous souhaitez être averti(e), puis appuyez sur **Entrer.**

7 Ajustement des réglages

Niveau de réservoir bas

Le Pod et le PDM émettent une alarme d'alerte lorsque le niveau d'insuline dans votre Pod atteint le réglage « Réservoir bas ». Ce réglage peut être compris entre 10 et 50 unités.

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Indicateurs/rappels > Réservoir bas**
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour spécifier le niveau d'insuline dans le Pod auquel vous souhaitez être averti(e), puis appuyez sur **Entrer**.

Arrêt automatique du Pod

Consultez votre professionnel de santé avant de modifier le réglage « Arrêt automatique ». Cette fonction exige votre participation active. Reportez-vous à « Arrêt automatique », page 141 pour vous familiariser avec le fonctionnement de cette fonction.

Pour activer ou désactiver l'arrêt automatique :

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Indicateurs/rappels > Arrêt automatique**
2. Pour désactiver l'arrêt automatique, sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **Entrer**.
3. Pour activer l'arrêt automatique, utilisez le bouton **Haut/Bas** pour définir la durée du compte à rebours. Ce réglage peut être compris entre 1 et 24 heures.

Par exemple, si vous choisissez trois heures, vous devez activer votre PDM toutes les trois heures, de jour comme de nuit, pour éviter que l'alerte Arrêt automatique ne se déclenche.

4. Appuyez sur **Entrer**.

Avertissement : Vous devez utiliser le PDM dans les 15 minutes suivant l'alarme d'alerte Arrêt automatique. Dans le cas contraire, le PDM et le Pod émettent une alarme de danger et votre Pod interrompt l'administration d'insuline.

Rappels de bolus

Les rappels de bolus vous indiquent de manger. Si les rappels de bolus sont activés et que le PDM n'a pas administré de bolus pendant un intervalle donné, le PDM émet un bip et affiche un message. L'intervalle peut être compris entre 1 et 4 heures, et vous pouvez définir jusqu'à six intervalles de rappel de bolus distincts.

Activation ou désactivation des rappels de bolus

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Indicateurs/rappels > Rappels bolus**
2. Pour activer tous les rappels de bolus, sélectionnez **Marche** et appuyez sur **Sélect**.
3. Pour désactiver tous les rappels de bolus, sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **Sélect**. Le PDM mémorise tous les rappels de bolus définis précédemment pour une utilisation ultérieure.

Ajout d'un nouveau rappel de bolus

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Indicateurs/rappels > Rappels bolus**
2. Mettez en surbrillance **Marche**, puis appuyez sur **Sélect**.
3. Sélectionnez [**ajouter nvl données**], puis appuyez sur **Nouv**.
4. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour entrer l'heure de début de l'intervalle, puis appuyez sur **Suite**.
5. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour entrer l'heure de fin de l'intervalle, puis appuyez sur **Enregist**.
6. Appuyez sur **Termin**, puis appuyez sur **Enregist**.

Modification d'un rappel de bolus

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Indicateurs/rappels > Rappels bolus**
2. Mettez en surbrillance **Marche**, puis appuyez sur **Sélect**.
3. Mettez en surbrillance l'intervalle que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Modif**.
4. Mettez en surbrillance **Modif**, puis appuyez sur **Sélect**.
5. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour entrer l'heure de début de l'intervalle, puis appuyez sur **Suite**.
6. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour entrer l'heure de fin de l'intervalle, puis appuyez sur **Enregist**.
7. Appuyez sur **Termin**, puis appuyez sur **Enregist**.

Suppression d'un rappel de bolus

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Indicateurs/rappels > Rappels bolus**
2. Mettez en surbrillance **Marche**, puis appuyez sur **Sélect**.
3. Mettez en surbrillance l'intervalle que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Modif**.

7 Ajustement des réglages

4. Mettez en surbrillance **Suppr**, puis appuyez sur **Sélect**.
5. Appuyez sur **Suppr**, puis appuyez sur **Termin** et enfin sur **Enregist**.

Rappels de programme

Si les rappels de programme sont activés, le Pod émet un bip toutes les 60 minutes lorsqu'un débit basal temp ou un bolus prolongé est en cours. Reportez-vous à page 103 pour plus d'informations sur les rappels de programme.

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Indicateurs/rappels > Rappels de programme**
2. Pour activer les rappels de programme, sélectionnez **Marche** et appuyez sur **Sélect**.
3. Pour désactiver les rappels de programme, sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **Sélect**.

Exception : Vous ne pouvez pas désactiver les bips survenant pendant un débit basal temp défini pour n'administrer aucune (zéro) insuline.

Rappels de confiance

Activez les rappels de confiance pour que le Pod émette un bip au début et à la fin d'un bolus, d'un bolus prolongé et d'un débit basal temp. Les notifications de confiance sont particulièrement utiles lorsque vous êtes en train de vous familiariser avec votre PDM et votre Pod. Reportez-vous à page 103 pour plus d'informations sur les rappels de confiance.

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Indicateurs/rappels > Rappels de confiance**
2. Pour activer les rappels de confiance, sélectionnez **Marche** et appuyez sur **Sélect**.
3. Pour désactiver les rappels de confiance, sélectionnez **Arrêt** et appuyez sur **Sélect**.

Exception : Vous ne pouvez pas désactiver les bips survenant au début d'un débit basal temp défini pour n'administrer aucune (zéro) insuline.

Rappels personnalisés

Un rappel personnalisé comprend un nom et une heure de la journée. Vous pouvez définir un rappel personnalisé ponctuel ou régler le rappel pour qu'il se répète chaque jour. Les rappels personnalisés se répètent toutes les 15 minutes jusqu'à leur acquittement. Vous pouvez définir jusqu'à quatre rappels personnalisés. Reportez-vous à page 103 pour plus d'informations sur les rappels personnalisés.

Ajout d'un nouveau rappel personnalisé

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Indicateurs/rappels > Rappels personnalisés**
2. Sélectionnez [**ajouter nvl données**], puis appuyez sur **Nouv.**
3. Si vous le souhaitez, entrez un nom unique pour le rappel personnalisé (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6). Appuyez sur **Suite**.
4. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour entrer l'heure à laquelle vous souhaitez que le rappel survienne, puis appuyez sur **Suite**.
5. Sélectionnez **Quotidien** ou **Une fois seulement** pour spécifier si le rappel doit se répéter, puis appuyez sur **Sélect**.

Affichage, modification ou désactivation d'un rappel personnalisé

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Indicateurs/rappels > Rappels personnalisés**
2. Mettez en surbrillance le rappel concerné et appuyez sur **Modif**.
3. L'écran suivant affiche les détails de ce rappel.
 - a. Si vous ne souhaitez apporter aucune modification, appuyez sur **Termin**.
 - b. Pour renommer le rappel, mettez en surbrillance **Renommer** et appuyez sur **Sélect**. Entrez le nouveau nom ou la nouvelle heure du rappel (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6) et appuyez sur **Suite**.
 - c. Pour changer l'heure ou la fréquence d'un rappel, ou pour activer ou désactiver un rappel, mettez en surbrillance **Modif** et appuyez sur **Sélect**. Entrez l'heure du rappel, puis appuyez sur **Suite**. Choisissez une fréquence ou sélectionnez **Arrêt**, puis appuyez sur **Sélect**.
4. Appuyez sur **Termin**.

Suppression d'un rappel personnalisé

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Indicateurs/rappels > Rappels personnalisés**
2. Mettez en surbrillance le rappel à supprimer, puis appuyez sur **Modif**. L'écran suivant affiche les détails de ce rappel.
3. Mettez en surbrillance **Suppr**, puis appuyez sur **Sélect**.
4. Appuyez sur **Suppr**.

7 Ajustement des réglages

Réglages des relevés de glycémie

Limites supérieure et inférieure de la plage d'objectif glycémique

Les limites supérieure et inférieure de votre plage d'objectif glycémique sont utilisées dans les graphiques d'historique et dans les statistiques pour déterminer quels relevés de glycémie sont dans l'objectif et lesquels sont au-dessus ou en dessous de votre objectif.

Attention : Consultez votre professionnel de santé avant de modifier ces réglages.

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Lecteur de GL**
2. Mettez en surbrillance **Objectif GL**, appuyez sur **Sélect**, puis appuyez sur **Modif**.
3. Entrez la limite inférieure souhaitée pour la plage d'objectif glycémique, puis appuyez sur **Suite**.
4. Entrez la limite supérieure souhaitée pour la plage d'objectif glycémique, puis appuyez sur **Suite**.
5. Appuyez sur **Enregist**.


ST	15:00 11.11
Objectif GL:	5,6 - 8,2 mmol/L
Gérer la liste des marqueurs GL	▶
Tonalité GL:	Marche
Retour	Sélect

Marqueurs GL

Les marqueurs GL permettent de noter des informations utiles sur les relevés de glycémie. Vous pouvez créer jusqu'à 15 marqueurs personnalisés (qui s'affichent en bas de la liste de marqueurs) et masquer les marqueurs standard que vous ne prévoyez pas d'utiliser.

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Lecteur de GL**
2. Mettez en surbrillance **Gérer la liste des marqueurs GL**, puis appuyez sur **Sélect.**
3. Pour afficher ou masquer un marqueur standard dans la liste **Marqueurs GL standard**, mettez en surbrillance le marqueur en question et appuyez sur **Affich** ou **Cacher**. Vous pouvez avoir besoin de faire défiler vers le bas pour trouver le marqueur qui vous intéresse. Appuyez sur **Termin** lorsque vous avez terminé.

Une coche indique que le marqueur apparaîtra dans la liste de marqueurs utilisés pour marquer des relevés de glycémie.
4. Pour ajouter un marqueur GL personnalisé, utilisez le bouton **Haut/Bas** pour faire défiler jusqu'à la section **Marqueurs GL personnalisés**, mettez en surbrillance **[ajouter nvl données]** et appuyez sur **Nouv.** Entrez un nom (reportez-vous à « Saisie de texte », page 6), puis appuyez sur **Enregist.** Appuyez ensuite sur **Termin.**
5. Pour supprimer un marqueur GL personnalisé, faites défiler pour mettre en surbrillance le marqueur en question, puis appuyez sur **Suppr.** Appuyez ensuite à nouveau sur **Suppr.**, puis appuyez sur **Termin.**



Tonalité du lecteur de glycémie intégré

Vous pouvez définir si le lecteur de glycémie intégré doit émettre un bip lorsque la bandelette de test est pleine de sang ou de solution de contrôle.

1. **Accueil > Réglages > Configuration système > Lecteur de GL**
2. Mettez en surbrillance **Tonalité GL**, puis appuyez sur **Sélect.**
3. Sélectionnez **Marche** pour activer les bips ou **Arrêt** pour les désactiver. Appuyez ensuite sur **Sélect.**

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

CHAPITRE 8

Navigation dans vos historiques

Les historiques du PDM contiennent des informations sur vos relevés de glycémie, l'administration d'insuline, les entrées de glucides et l'historique des alarmes. Les historiques peuvent conserver plus de 90 jours d'informations. Une fois que la mémoire est pleine, les nouvelles entrées remplacent les plus anciennes. Vous pouvez consulter les informations dans vos historiques, mais pas les modifier.

Remarque : Les données mémorisées ne sont pas menacées si les piles du PDM se déchargent. Il peut être nécessaire de réinitialiser la date et l'heure, mais les historiques ne sont pas affectés.

Vue d'ensemble des écrans d'historique

Cette section décrit comment accéder à vos historiques et explique la signification des symboles utilisés dans les écrans d'historique.


Menu des historiques


Pour accéder au menu des historiques, accédez à :

Accueil > Mes historiques

Le menu des historiques vous permet de sélectionner une catégorie d'historique à afficher (administration d'insuline, relevés de glycémie, alarmes ou glucides). Vous pouvez également afficher toutes vos entrées d'historique dans une longue liste chronologique.

Le menu des historiques vous donne également accès à toutes les notes personnelles que vous avez enregistrées.



	23:00 11.11
Administration d'insuline	
Historique de GL	
Historique des alarmes	
Historique des glucides	
Tous les historiques	
Mes infos	
Retour	Sélect


8 Navigation dans vos historiques

Sélection d'une liste d'événements ou de dates

Dans de nombreux écrans d'historique, la touche contextuelle du milieu permet de basculer entre **Événem** et **Jour**. La sélection d'**Événem** ou de **Jour** détermine ce qu'il advient lorsque vous appuyez sur le bouton **Haut/Bas**, comme expliqué dans les sections suivantes.

Sélection de l'option Événem


Le fait de sélectionner l'option **Événem** bascule la mise en surbrillance de la date vers la liste d'événements.



23:00 11.11	
GL:	11.11.11
16:54	7,5 mmol/L
15:54	5,0 mmol/L
14:54	5,5 mmol/L
13:54	6,9 mmol/L
12:53	7,0 mmol/L
11:53	5,9 mmol/L
Retour Événem Graphe	

Lorsque la mise en surbrillance se trouve dans la liste d'événements, le bouton **Haut/Bas** vous permet de :

- faire défiler vers le haut ou le bas pour afficher les événements hors écran.
- faire défiler jusqu'à un événement avec une icône « plus d'infos » (?) en regard. Une fois l'événement mis en surbrillance, vous pouvez afficher des détails supplémentaires sur cet événement en appuyant sur le bouton **Infos** :




23:00 11.11	
GL:	11.11.11
19:56	4,8 mmol/L
15:35	5,3 mmol/L
11:46	5,0 mmol/L
07:55	8,4 mmol/L
Retour Jour Graphe	

Sélection de l'option Jour

Le fait de sélectionner l'option **Jour** bascule la mise en surbrillance de la liste vers la date, située dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Lorsque la date est mise en surbrillance, le bouton **Haut/Bas** permet de changer la date vers le jour précédent ou suivant. Vous pouvez ainsi accéder à toutes les entrées quotidiennes enregistrées dans votre historique.



Signification des icônes utilisées dans les écrans d'historique

Les symboles suivants apparaissent en regard de certaines des entrées dans les écrans d'historique :

Icône	Signification
-------	---------------

- | | |
|--|---|
| | Des détails supplémentaires sont disponibles pour cette entrée. Mettez l'entrée en surbrillance et appuyez sur le bouton Infos pour afficher les détails. |
| | Programme basal actif, débit basal temp actif ou bolus prolongé en cours. |
| | Bolus prolongé. |
| | Administration d'insuline avant et après minuit. L'entrée est enregistrée pour les deux jours. |
| | L'entrée de l'administration d'insuline n'est pas confirmée. Le cas échéant, un changement d'administration d'insuline basale ou bolus a été initié, mais le PDM n'a pas reçu de mise à jour sur l'état depuis le Pod pour confirmer l'état en cours. Si le PDM reçoit une mise à jour de l'état confirmant l'administration, le PDM retire la coche de l'entrée. |
| | L'entrée de l'administration d'insuline est considérée perdue. Si le Pod est mis au rebut sans que le PDM ait reçu de mise à jour sur l'état, toute entrée marquée non confirmée est classée comme perdue. Le cas échéant, le PDM ignore à quel moment l'administration basale ou bolus a été interrompue. Cela signifie qu'il ne peut pas calculer la quantité d'insuline réellement administrée. Par conséquent, le PDM n'affiche pas l'insuline totale pour les jours contenant des entrées perdues. |

8 Navigation dans vos historiques

Historiques d'administration d'insuline

Vous pouvez afficher les historiques d'administration de l'insuline basale et bolus sous forme (1) de résumé combiné ou (2) de liste d'événements individuels pour chaque jour.

Résumé basal et bolus combiné

1. Pour afficher un résumé de votre administration quotidienne d'insuline basale et bolus, accédez à :

Accueil > Mes historiques > Administration d'insuline

L'écran affiche le nombre total d'unités d'insuline administrées sous forme de bolus et via le débit basal. Le pourcentage de chaque est également indiqué.

2. Pour afficher le résumé pour un autre jour, utilisez le bouton **Haut/Bas** pour changer la date qui apparaît dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Remarque : Le PDM n'affiche pas l'insuline totale pour les jours contenant des entrées perdues, car il ne peut pas calculer la quantité d'insuline réellement administrée les jours en question. (Reportez-vous à « Signification des icônes utilisées dans les écrans d'historique », page 89.)

	23:00 11.11
	11.11.11
Insuline totale:	
Bolus (52%)	23,90 U
Basal (48%)	22,30 U
Total	46,20 U
quotidien	
Retour	Bolus Basal

Historique des bolus


L'écran d'historique des bolus affiche une liste quotidienne des heures et des unités d'insuline administrées pour chaque bolus. Si une portion d'un bolus a été prolongée, la portion immédiate et la portion prolongée (identifiée par la lettre « e ») s'affichent sur deux lignes distinctes. Une entrée de bolus prolongé indique la durée, ainsi que les unités et l'heure de début. Si un bolus a été annulé, seule la quantité administrée avant l'annulation s'affiche.

1. Pour consulter votre historique de bolus pour un jour donné, accédez à :

Accueil > Mes historiques > Administration d'insuline > Bolus

	23:00 11.11
	11.11.11
Historique des bolus:	
14:37 2,90 U 2:00 p	
14:37 1,35 U	
13:37 1,25 U	
11:36 2,65 U 1:00 p	
11:36 1,40 U	
Retour	Événem Basal

Un bolus unique a commencé à 14 h 56. La portion prolongée apparaît dans la ligne supérieure ; la portion immédiate se trouve en dessous.

- Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour afficher les données sur les bolus pour d'autres dates ou pour faire défiler les événements répertoriés à l'écran (reportez-vous à « Sélection d'une liste d'événements ou de dates », page 88).
- Pour afficher des détails supplémentaires sur un événement ayant une icône  en regard, utilisez le bouton **Haut/Bas** en mode Événem pour mettre en surbrillance l'événement, puis appuyez sur le bouton **Infos**.

Remarque : Les bolus administrés avec une seringue ne sont pas inclus dans ces historiques.


Les écrans d'historique bolus et basal incluent des informations sur les éventuelles suspensions et reprises d'administration d'insuline, ainsi que les remplacements du Pod.


Historique des débits basaux

L'écran d'historique des débits basaux affiche l'administration d'insuline basale pour le jour sélectionné. Cela inclut des informations sur les débits basaux temp et toute modification apportée au programme basal actif. Le programme basal actif est identifié par un losange (◆).

- Pour afficher votre historique d'administration d'insuline basale pour une journée donnée, accédez à :

Accueil > Mes historiques > Administration d'insuline > Basal

- Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour afficher les données sur les débits basaux pour d'autres dates ou pour faire défiler les événements répertoriés à l'écran (reportez-vous à « Sélection d'une liste d'événements ou de dates », page 88).
- Pour afficher des détails supplémentaires sur un événement ayant une icône  en regard, utilisez le bouton **Haut/Bas** en mode Événem pour mettre en surbrillance l'événement. Appuyez ensuite sur le bouton **Infos**.

	23:00 11.11
	11.11.11 ◆
Historique des débits de base:	
◆ 17:00	1,00 U/h
15:00 temp	1,10 U/h (+10%)
14:43	1,00 U/h
14:43	Pod activé
Retour Événem Bolus	

Les débits basaux temp portent la mention « temp ». Si un débit basal temp est défini comme pourcentage (%) du programme basal actif, le pourcentage d'augmentation ou de diminution est indiqué. Par exemple, une entrée indiquant « temp 1,10 U/h (+10 %) » signifie que vous avez administré un débit basal temporaire de 1,10 unité par heure qui était supérieur de 10 % au débit basal du programme basal actif pour la période en question.

8 Navigation dans vos historiques

Historique de GL

Le PDM enregistre l'historique de glycémie (GL) sur les 90 derniers jours. Vous pouvez afficher des relevés individuels, des résumés quotidiens et des résumés sur plusieurs jours.

Remarque : Les relevés de GL ÉLEVÉ et BAS sont inclus dans le nombre de relevés de GL mais pas dans les calculs ou les moyennes.

Remarque : Les relevés que vous avez marqués comme étant effectués avec une solution de contrôle (reportez-vous à page 38) apparaissent dans la liste des relevés du jour en cours. Toutefois, les relevés de solution de contrôle ne sont pas inclus dans le nombre de relevés de GL, les moyennes ou les calculs.

Affichage de l'historique de GL pour une journée


Votre plage d'objectif glycémique définit la plage souhaitée pour votre glycémie. Pour consulter un résumé de votre historique de glycémie pour un jour donné :

1. Accédez à :

Accueil > Mes historiques > Historique de GL

L'écran de résumé affiche :


- le nombre total de relevés, sous la forme « (n=x) ».
- le relevé glycémique moyen pour ce jour.
- les relevés glycémiques maximum et minimum pour ce jour.
- votre plage d'objectif glycémique et le pourcentage de relevés de GL dans la plage, au-dessus de la plage et en dessous de la plage.


	23:00 11.11
1 jour (n=7)	11.11.11 ▾
GL moy: 6,2 mmol/L	
Min/max: 4,0/9,3 mmol/L	
Objectif: 4,5/8,4 mmol/L	
Dans l'objectif: 71%	
Sup à l'objectif: 14%	
Inf à l'objectif: 14%	
Retour	Tendan
Liste	

Écran de résumé

2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour changer la date affichée (reportez-vous à « Sélection d'une liste d'événements ou de dates », page 88).

3. Pour afficher une liste de chaque relevé de GL pour le jour sélectionné, appuyez sur **Liste** (ou, depuis l'écran État, accédez à **Accueil > Mes historiques > Historique de GL > Liste**).

	23:00 11.11
GL:	11.11.11 ▾
16:54	7,5 mmol/L
15:54	5,0 mmol/L
14:54	5,5 mmol/L
13:54	6,9 mmol/L
12:53	7,0 mmol/L
11:53	5,9 mmol/L
Retour	Événem
Graphe	


- Pour afficher des détails supplémentaires sur un événement ayant une icône  en regard, appuyez sur **Événem** et utilisez le bouton **Haut/Bas** pour mettre en surbrillance l'événement, puis appuyez sur le bouton **Infos**. Appuyez sur **Fermer** lorsque vous avez terminé.

L'écran des détails supplémentaires affiche les éventuels marqueurs GL. Il inclut également des informations sur les relevés de GL ayant été saisis manuellement et indique s'il y a eu des problèmes avec le lecteur de glycémie intégré.

- Pour afficher un graphique de tous les relevés de GL pour le jour sélectionné, appuyez sur **Graphe**. (Sinon, depuis l'écran État, accédez à : **Accueil** > **Mes historiques** > **Historique de GL** > **Graphe**).

Les deux lignes horizontales pointillées sur le graphique représentent les limites supérieure et inférieure de votre plage d'objectif glycémique. L'axe vertical (ordonnées) a une valeur maximale de 16,6 mmol/L si tous les relevés de GL étaient inférieurs à 16,6 ou de 27,8 mmol/L si au moins un relevé de GL était supérieur à 16,6 mmol/L.

Les marqueurs de données utilisés sur le graphique ont les significations suivantes :



Marqueur	Signification
----------	---------------

- | | |
|---|--|
| ▲ | Relevé ÉLEVÉ (supérieur à 27,8 mmol/L) |
| × | Relevé numérique |
| ▼ | Relevé ÉLEVÉ (inférieur à 1,1 mmol/L) |

Affichage de l'historique de GL pour plusieurs jours

Pour consulter un résumé de votre historique de glycémie sur sept jours :

- Appuyez sur **Tendan** dans la liste ou le graphique pour un seul jour (ou, depuis l'écran État, accédez à : **Accueil** > **Mes historiques** > **Historique de GL** > **Tendan**).

L'écran de résumé pour plusieurs jours est assez proche de celui pour un jour (reportez-vous à l'écran de résumé de la page précédente). L'écran de résumé affiche :


- le nombre de jours inclus dans le résumé.
- le nombre total de relevés de GL pour la période de plusieurs jours, sous la forme « (n=x) ».
- le nombre moyen de relevés de GL par jour
- la glycémie moyenne pour la période de plusieurs jours.
- les relevés glycémiques maximum et minimum sur la période de plusieurs jours.
- votre plage d'objectif glycémique et le pourcentage de relevés de GL dans la plage, au-dessus de la plage et en dessous de la plage.


8 Navigation dans vos historiques

2. Pour afficher une période plus longue ou plus courte, appuyez sur la touche contextuelle du milieu. Cela vous permet de sélectionner successivement un résumé sur 7, 14, 30, 60 et 90 jours.
3. Appuyez sur **Graph** pour afficher un graphique de la période de plusieurs jours. Les graphiques ne sont pas disponibles pour les périodes de 60 et 90 jours.
4. Appuyez sur **Statist** pour afficher le résumé de la période de plusieurs jours sous forme de texte.
5. Appuyez sur **Retour** pour revenir à l'affichage des données pour un seul jour.

Historique des alarmes

Le PDM répertorie tout l'historique des alarmes sur un seul écran. Cet historique peut contenir plus de 90 jours d'entrées d'alarmes.



1. Pour afficher l'historique des alarmes, accédez à :
Accueil > Mes historiques > Historique des alarmes
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour faire défiler la liste.
3. Pour afficher des détails supplémentaires sur un événement ayant une icône  en regard, appuyez sur **Événem** et utilisez le bouton **Haut/Bas** pour mettre en surbrillance l'événement, puis appuyez sur le bouton **Infos**. Appuyez sur **Fermer** lorsque vous avez terminé.

	23:00 11.11
Historique des alarmes:	
11.11.11	
15:02	Vérifier pod 
9.11.11	
18:00	Suspension terminée 
Retour	

Historiques des glucides


L'historique des glucides enregistre la date, l'heure et le nombre de grammes de glucides saisis.


1. Pour afficher l'historique pour une journée d'entrées de glucides, accédez à :
Accueil > Mes historiques > Historique des glucides
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour afficher les entrées de glucides pour d'autres dates ou pour faire défiler les éléments de la liste (reportez-vous à « Sélection d'une liste d'événements ou de dates », page 88).

	23:00 11.11
	11.11.11 
Historique des glucides:	
18:32	86g
15:30	25g
12:30	51g
07:29	33g
Retour	Événem

Liste combinée de toutes les données d'historique

Le PDM peut afficher toutes vos entrées d'historique sur un seul écran :

1. Pour afficher l'historique combiné de toutes vos entrées d'historique pour une journée, accédez à :
Accueil > Mes historiques > Tous les historiques
2. Utilisez le bouton **Haut/Bas** pour afficher les entrées d'historique pour d'autres dates ou pour faire défiler les éléments de la liste (reportez-vous à « Sélection d'une liste d'événements ou de dates », page 88).
3. Pour afficher des détails supplémentaires sur un événement ayant une icône  en regard, utilisez le bouton **Haut/Bas** en mode Événem pour mettre en surbrillance l'événement, puis appuyez sur le bouton **Infos**. Appuyez sur **Fermer** lorsque vous avez terminé.



Mes infos

Pour afficher des notes succinctes que vous avez saisies avec la fonction Mes infos (reportez-vous à « Enregistrement de notes succinctes », page 64) :

1. Accédez à :
Accueil > Mes historiques > Mes infos
2. Appuyez sur le bouton **Retour** ou **Accueil** lorsque vous avez terminé.

Remarque : Vous pouvez aussi afficher des notes Mes infos en appuyant sur le bouton **Accueil/Marche**, puis sur le bouton **Infos**.

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

CHAPITRE 9

Alarmes, notifications et autres messages

Vue d'ensemble

Avertissements :

Réagissez le plus rapidement possible aux alarmes de danger. Les alarmes de danger du Pod indiquent que l'administration d'insuline est interrompue. L'absence de réaction à une alarme de danger peut entraîner une hyperglycémie.

Si vous devez renvoyer le PDM aux fins de remplacement, contactez votre professionnel de santé pour obtenir des instructions sur le recours à des injections.

Le système Omnipod® génère les types suivants d'alarmes et de messages :

- Les **alarmes de danger** sont des alarmes prioritaires qui indiquent qu'un problème sérieux est survenu et que le Pod doit être retiré.
- Les **alarmes d'alerte** sont des alarmes de moindre priorité qui indiquent une situation nécessitant votre attention.
- Les **notifications** vous rappellent une action à effectuer.
- Les **bips d'information** sont uniquement pour votre information et n'exigent aucune action.
- Les **erreurs de communication** surviennent lorsque le PDM ne parvient pas à communiquer avec le Pod.
- Les **erreurs de lecteur de glycémie** surviennent lorsque le lecteur de glycémie ne parvient pas à réaliser un test précis.

Pour vous avertir d'une alarme, d'une notification ou d'un autre message, le Pod émet une tonalité et le PDM peut émettre une tonalité ou vibrer. Le PDM peut également afficher un message à l'écran. Ce chapitre explique ces tonalités et ces messages.

Pour vérifier le bon fonctionnement des tonalités et des vibrations, reportez-vous à page 65.

Priorité des alarmes, des notifications et des bips d'information

Les alarmes de danger sont prioritaires par rapport aux alarmes d'alerte. Les alarmes d'alerte sont prioritaires par rapport aux notifications et aux bips d'information. Si plusieurs alarmes d'alerte surviennent, les messages correspondants s'affichent dans l'ordre de leur survenue. Si plusieurs notifications surviennent, les messages correspondants s'affichent également dans l'ordre de leur survenue.

9 Alarmes, notifications et autres messages

Alarmes de danger

Les alarmes de danger vous avertissent de situations graves. En cas d'alarme de danger provenant du Pod, ce dernier émet une tonalité continue interrompue périodiquement par une série de bips et le PDM émet une tonalité continue. En cas d'alarme de danger provenant du PDM, ce dernier émet une tonalité continue et le Pod reste silencieux.

Lorsque vous entendez une tonalité continue, allumez votre PDM pour lire le message d'alarme.

Message du PDM	Description	Action à réaliser
Pod périmé. Administration d'insuline arrêtée. Remplacer pod maintenant.	Le Pod a atteint la fin de sa vie utile. Le Pod et le PDM émettent une alarme sonore.	Appuyez sur OK . Remplacez le Pod. Vérifiez votre glycémie.
Réservoir vide. Administration d'insuline arrêtée. Remplacer pod maintenant.	Le réservoir d'insuline du Pod est vide. Le Pod et le PDM émettent une alarme sonore.	Appuyez sur OK . Remplacez le Pod. Vérifiez votre glycémie.
Arrêt automatique. Enlever le pod maintenant.	L'administration d'insuline est arrêtée. Cette alarme peut être activée ou désactivée. Le Pod et le PDM émettent une alarme sonore.	Appuyez sur OK . Remplacez le Pod. Vérifiez votre glycémie.
Occlusion détectée. Administration d'insuline arrêtée. Remplacer pod maintenant.	La canule du Pod est obstruée, empêchant le passage de l'insuline. Le Pod et le PDM émettent une alarme sonore.	Appuyez sur OK . Remplacez le Pod. Vérifiez votre glycémie.
Erreur du Pod. Administration d'insuline arrêtée. Remplacer pod maintenant.	Le Pod détecte une erreur inattendue. Le Pod et le PDM émettent une alarme sonore.	Appuyez sur OK . Remplacez le Pod. Vérifiez votre glycémie.

Message du PDM	Description	Action à réaliser
<p>Erreur du système. Enlever le pod maintenant. Appeler le service clients.</p>	<p>Une erreur inattendue est détectée au niveau du Pod ou du PDM. Le Pod, le PDM ou les deux émettent une alarme sonore.</p>	<p>Appuyez sur OK. Enlevez le Pod. Appelez immédiatement le Service clients. Vérifiez votre glycémie.</p>
<p>Erreur du PDM. Enlever le pod maintenant. Appeler le service clients.</p>	<p>Le PDM détecte une erreur inattendue. Le PDM émet une alarme sonore.</p>	<p>Appuyez sur OK. Enlevez le Pod. Appelez immédiatement le Service clients. Vérifiez votre glycémie.</p>
<p>Erreur du PDM. Mémoire endommagée. Appuyer sur « OK » pour réinitialiser le PDM et supprimer tous les réglages utilisateur. Les historiques ne sont pas supprimés.</p>	<p>Une erreur de mémoire endommagée est survenue après la réinitialisation du PDM. Le PDM émet une alarme sonore.</p>	<p>Appuyez sur OK. Remplacez le Pod. Vérifiez votre glycémie.</p>
<p>Erreur du PDM. Appuyer sur « OK » pour réinitialiser l'horloge.</p>	<p>L'heure et la date doivent être redéfinies après une erreur du PDM. Le PDM émet une alarme sonore.</p>	<p>Appuyez sur OK. Réinitialisez l'horloge. Remplacez le Pod. Vérifiez votre glycémie.</p>
<p>Désactivation du pod nécessaire. Appuyer sur « OK » pour désactiver.</p>	<p>Si un Pod est actif pendant une erreur du PDM exigeant une réinitialisation de l'horloge, vous devez remplacer le Pod. Le PDM émet une alarme sonore.</p>	<p>Appuyez sur OK. Remplacez le Pod. Vérifiez votre glycémie.</p>

Si un débit basal temp ou un bolus prolongé était en cours lorsque l'alarme est survenue, le PDM vous le rappelle.

Conseil : Si vous suivez les instructions du PDM mais ne parvenez pas à arrêter l'alarme, reportez-vous à « Arrêt d'une alarme », page 111.

9 Alarmes, notifications et autres messages


Alarmes d'alerte

Les alarmes d'alerte vous informent d'une situation nécessitant votre attention dans un proche avenir.

Avertissements :

Trois alarmes d'alerte (alerte de péremption du pod, réservoir bas et arrêt automatique) finissent par interrompre l'administration d'insuline si elles sont ignorées. Assurez-vous de réagir à toutes les alarmes d'alerte lorsqu'elles surviennent.

L'alarme d'alerte de réservoir bas se transforme en alarme de danger de réservoir vide lorsque l'insuline est épuisée. Assurez-vous de réagir à l'alarme d'alerte lorsqu'elle survient.

Message du PDM	Bips	Description	Action à réaliser
Alerte de péremption du pod. Remplacer pod maintenant.	2 séries de 4 bips se répétant périodiquement. Répétition toutes les 15 minutes pendant la dernière heure de vie du Pod. Le Pod et le PDM émettent des bips.	Alarme d'alerte de péremption du pod. Votre Pod sera bientôt périmé. Se transforme en alarme de danger Pod périmé si elle est ignorée.	Appuyez sur OK . Remplacez le Pod.
Réservoir bas. Remplacer le pod dès que possible.  < x > U	2 séries de 4 bips toutes les minutes pendant 3 minutes. Se répète toutes les 60 minutes jusqu'à son acquittement. Le Pod et le PDM émettent des bips.	Alarme d'alerte de réservoir bas. Le volume d'insuline dans le réservoir du Pod est inférieur à la valeur que vous avez définie.	Appuyez sur OK . Remplacez le Pod.

Message du PDM	Bips	Description	Action à réaliser
Arrêt automatique	<p>§ 2 séries de 4 bips toutes les minutes pendant 15 minutes.</p> <p>Le Pod et le PDM émettent des bips.</p>	<p>Votre PDM n'a pas communiqué avec votre Pod pendant la durée que vous avez sélectionnée.</p> <p>Se transforme en alarme de danger Arrêt automatique si elle n'est pas acquittée dans les 15 minutes.</p>	<p>Appuyez sur OK.</p> <p>Cela réinitialise le compte à rebours Arrêt automatique.</p>
<p>Fin de suspension d'insuline.</p> <p>Appuyer sur « Ok » pour recommencer l'administration du débit basal.</p>	<p>2 séries de 4 bips toutes les minutes pendant 3 minutes.</p> <p>Se répète toutes les 15 minutes jusqu'à la reprise de l'administration d'insuline.</p> <p>Le Pod et le PDM émettent des bips.</p>	<p>La période de suspension de l'insuline est dépassée. Si vous ne reprenez pas l'administration d'insuline, vous pouvez développer une hyperglycémie.</p>	<p>Appuyez sur OK pour relancer le programme basal planifié.</p>
<p>Touche bloquée détectée. Vérifier <button> pour dépanner.</p> <p>Pour le service technique, consulter le guide d'utilisation.</p>	<p>2 séries de 4 bips toutes les 5 minutes.</p> <p>Le PDM émet des bips.</p>	<p>Le bouton indiqué du PDM est bloqué.</p>	<p>Appuyez sur le bouton pour le débloquent.</p> <p>Si cela ne fonctionne pas, appelez le Service clients.</p>
<p>Appareil USB prêt.</p> <p>Les fonctions du PDM sont désactivées quand l'USB est branché.</p>	<p>2 séries de 4 bips toutes les 5 minutes.</p> <p>Le PDM émet des bips.</p>	<p>Un câble USB est branché sur votre PDM.</p>	<p>Débranchez le câble USB pour rétablir la fonctionnalité du PDM.</p>

§ Pour l'activation ou la désactivation, reportez-vous à « Arrêt automatique du Pod », page 80.

9 Alarmes, notifications et autres messages

Notifications

Les notifications vous rappellent différentes actions à effectuer.

Message du PDM	Bips	Description	Action à réaliser
Indicateur de péremption. Péremption du pod à <heure, date>.	2 séries de 4 bips toutes les minutes pendant 3 minutes. Se répète toutes les 15 minutes jusqu'à son acquittement. Le Pod et le PDM émettent des bips.	Notification de péremption du Pod définie par l'utilisateur. Vous indique quand l'alarme d'alerte de péremption du Pod surviendra.	Appuyez sur OK . Remplacez le Pod.
Rappel : Aucun pod actif.	* 2 séries de 4 bips toutes les 15 minutes. Le PDM émet des bips.	Vous devez également activer un nouveau Pod pour commencer l'administration d'insuline.	Appuyez sur OK . Activez un nouveau Pod.
Rappel : Vérifiez toujours la glycémie après un remplacement de pod. Vérifier le site de perfusion et s'assurer que la canule est correctement introduite.	* 2 séries de 3 bips toutes les 5 minutes. Le PDM émet des bips.	Vous rappelle de vérifier votre glycémie 90 minutes après un remplacement de Pod.	Appuyez sur OK . Vérifiez votre glycémie.
Rappel : Vérifier la GL.	* § 2 séries de 3 bips toutes les 5 minutes. Le PDM émet des bips.	Vous rappelle de vérifier votre glycémie après un bolus.	Appuyez sur OK . Vérifiez votre glycémie.
Rappel : Bolus oublié. Bolus repas non administré pendant la période de rappel <heure de début> – <heure de fin>	* § 2 séries de 3 bips toutes les 15 minutes. Le PDM émet des bips.	Vous n'avez pas administré de bolus pendant la période que vous avez définie.	Appuyez sur OK pour acquitter le rappel de bolus.

Message du PDM	Bips	Description	Action à réaliser
Piles du PDM faibles. Remplacer les piles dès que possible.	Aucun bip.	Les piles du PDM sont vides.	Remplacez les piles dès que possible.
<Message personnalisé défini par l'utilisateur>	* § 2 séries de 3 bips toutes les 15 minutes. Le PDM émet des bips.	Rappel personnalisé avec le message de votre choix.	Appuyez sur OK.

* Pour définir sur vibreur et/ou bip, reportez-vous à « Options vibreur et tonalité », page 64.

§ Pour l'activation ou la désactivation, reportez-vous à « Rappels de GL », page 79, « Rappels de bolus », page 80, « Rappels personnalisés », page 82.

Bips d'information

Les bips d'information vous informent d'événements normaux survenant comme prévu. Le PDM n'affiche aucun message explicatif.

Événement	Bip du Pod PDM	Séquence de bips	Commentaire
Début du débit basal temp, du bolus ou du bolus prolongé	✓	Deux bips	Pour l'activation ou la désactivation de ces bips, reportez-vous à « Rappels de confiance », page 82.
Fin du débit basal temp, du bolus ou du bolus prolongé	✓	Un seul bip	
Débit basal temp, en cours	✓	Un seul bip toutes les 60 minutes	Pour l'activation ou la désactivation de ces bips, reportez-vous à « Rappels de programme », page 82.
Bolus prolongé, en cours	✓	Un seul bip toutes les 60 minutes	
Annulation du débit basal temp	✓	Un seul bip	Il est impossible de désactiver ces bips.
Annulation du bolus	✓	Un seul bip	
Annulation du bolus prolongé	✓	Un seul bip	

9 Alarmes, notifications et autres messages


Événement	Bip du		Séquence de bips	Commentaire
	Pod	PDM		
Pod désactivé		✓	Deux bips	Il est impossible de désactiver ces bips.
Activation du Pod en cours	✓		2 séries de 4 bips toutes les 5 minutes	
Pod activé	✓		Deux bips	
Amorçage du Pod terminé		✓	Deux bips	
Programme basal activé, mis à jour ou repris		✓	Deux bips	Il est impossible de désactiver ces bips.
Début de la suspension d'insuline		✓	Deux bips	Il est impossible de désactiver ces bips.
Suspension d'insuline, en cours	✓		Un seul bip toutes les 15 minutes	
Bandelette de test pleine		✓	Un seul bip	Pour l'activation ou la désactivation de ces bips, reportez-vous à « Tonalité du lecteur de glycémie intégré », page 85.
Mesure de GL terminée		✓	Deux bips	
Un bouton non actif est appuyé		✓	Un seul bip	Il est impossible de désactiver ces bips.

Erreurs de communication du Pod

Lorsque vous allumez votre PDM ou que vous l'utilisez pour envoyer une commande à votre Pod, le PDM transmet la demande au Pod. Si cette demande de communication échoue, le PDM tente de rétablir la communication.


Les sections suivantes décrivent les situations pouvant provoquer des erreurs de communication et les mesures à prendre.

Échec de réception de l'état d'un Pod

Message du PDM	Action à réaliser
	<p>Si le PDM n'obtient pas de mise à jour d'état provenant du Pod rapidement après que vous avez allumé le PDM ou appuyé sur État, le PDM continue d'envoyer la demande.</p> <p>Deux choix s'offrent à vous : attendre pendant que le PDM tente de communiquer ou appuyer sur Suite.</p>
<p>État du pod non disponible.</p> <p>Dernier état : ce jour <heure></p>	<p>Après que vous avez appuyé sur Suite ou si le délai pour la tentative de communication expire, « État du pod non disponible. » s'affiche en bas de l'écran État.</p> <p>Appuyez sur État pour envoyer une autre demande d'état.</p> <p>Appuyez sur Accueil pour accéder à l'écran Accueil.</p>

9 Alarmes, notifications et autres messages

Échec lors de l'activation ou de l'envoi d'une commande à un Pod

Message du PDM	Action à réaliser
Erreur de communication.  Placer le PDM près du pod.	Pendant l'activation, placez le PDM de sorte qu'il touche le Pod. Après l'activation, gardez le PDM dans un rayon de 5 pieds (1,5 m) autour du Pod.

Si le problème de communication persiste :

Erreur de communication. Se déplacer vers un autre lieu, puis appuyer sur « Relance ».	Déplacez-vous dans la pièce ou allez dans un autre endroit. Appuyez sur Relance . Le PDM tente à nouveau d'envoyer la commande.
Délai de communication expiré. Appuyer sur « Ok » pour vérifier l'état du pod.	Appuyez sur OK . Le PDM demande une mise à jour de l'état du Pod.
Délai de communication expiré. Appuyer sur « Ok » pour vérifier l'état du pod ou sur « Éliminer » pour le désactiver.	Appuyez sur OK pour renvoyer la demande d'état du Pod, ou appuyez sur Éliminer pour commencer le processus de désactivation. Si vous appuyez sur Éliminer , accédez à « Échec lors de la désactivation d'un Pod », page 108.

Si la communication est rétablie avant la temporisation :

Communication réussie.	Votre dernière commande a bien été envoyée au Pod. Appuyez sur OK .
------------------------	---

Si la communication est rétablie après la temporisation :

Erreur de communication. Dernière commande bolus non reçue. Consulter les réglages ou écrans d'historique pour revoir la dernière action.	Étant donné le délai pour établir la communication, votre dernière commande n'a pas été envoyée au Pod. (Remarque : Si votre dernière commande ne concernait pas un bolus, le mot « bolus » est remplacé par la dernière commande émise.) Appuyez sur OK . Émettez à nouveau votre dernière commande, si vous le souhaitez.
---	--

Échec lors de l'annulation d'un bolus

Message du PDM	Action à réaliser
<p>Erreur de communication.</p> <p style="text-align: center;">((•)) ▲</p> <p>Placer le PDM près du pod.</p>	<p>Lorsqu'une tentative d'annulation d'un bolus ne réussit pas immédiatement, le PDM affiche cet écran.</p> <p>Rapprochez votre PDM de votre Pod.</p>
<p>Erreur de communication. État du bolus inconnu. Se déplacer vers un autre lieu puis appuyer sur « Relance », ou sur « Éliminer » pour désactiver le pod.</p>	<p>Si le PDM ne parvient toujours pas à communiquer avec le Pod, le PDM affiche ce message.</p> <p>Déplacez-vous vers un autre lieu, puis appuyer sur Relance.</p> <p>Si l'erreur de communication persiste, appuyez sur Éliminer pour désactiver le Pod.</p> <p>Enlevez votre ancien Pod et activez un nouveau Pod.</p>
<p>Délai de communication expiré. État du bolus inconnu. Appuyer sur « Ok » pour vérifier l'état du pod ou sur « Éliminer » pour le désactiver.</p>	<p>Si vous avez appuyé sur Relance dans l'écran précédent et que le PDM ne parvient toujours pas à communiquer avec le Pod, le PDM affiche ce message.</p> <p>Appuyez sur OK pour vérifier l'état du Pod. Si la communication est rétablie, reportez-vous à page 106.</p> <p>Appuyez sur Éliminer pour désactiver le Pod et accédez à « Échec lors de la désactivation d'un Pod », page 108.</p>

Si, à un moment ou à un autre de ce processus, le PDM parvient à communiquer à nouveau avec le Pod, il affiche un message « Communication réussie ». Après que vous avez appuyé sur **OK**, le PDM vous indique la quantité de bolus administrée avant son annulation.

Avvertissement : Si votre PDM est endommagé ou ne fonctionne pas comme prévu, appelez le Service clients pour obtenir de l'aide. Veillez à vérifier fréquemment votre glycémie. Retirez votre Pod et contactez votre professionnel de santé pour connaître les directives de traitement.

Échec lors de la désactivation d'un Pod

Message du PDM	Action à réaliser
Erreur de communication. Enlever le pod. Pour relancer la désactivation, appuyer sur « Relance ». Sinon, appuyer sur « Éliminer ».	Une tentative de désactivation du Pod a échoué. Enlevez votre Pod. Appuyez sur Relance pour tenter à nouveau de désactiver le Pod, ou appuyez sur Éliminer pour rompre le lien entre le PDM et le Pod qui ne répond pas. Activez un nouveau Pod.

Avertissement : Si vous ne parvenez pas à désactiver un Pod, il continue d'administrer de l'insuline. Afin d'éviter une hypoglycémie, assurez-vous de retirer le Pod défaillant avant d'activer un nouveau Pod.

Situation spéciale

Une situation spéciale survient si un bolus était en cours d'administration lorsque la communication a été perdue, car le PDM ne connaît pas la quantité de bolus administrée. Cela désactive temporairement le calculateur de bolus car il ne peut pas calculer correctement l'InA (insuline active). Le calculateur de bolus est réactivé lorsqu'il n'y a plus d'insuline résiduelle dans votre organisme provenant de l'ancien bolus. Cette durée est fonction de la durée d'action de l'insuline.

Message du PDM	Action à réaliser
Impossible d'utiliser les calculs de bolus avant <heure> en raison d'une réinitialisation d'horloge récente ou d'infos de bolus non confirmées.	Le calculateur de bolus est désactivé jusqu'à l'heure indiquée. Appuyez sur OK . Vous pouvez administrer un bolus calculé manuellement si vous le souhaitez.

Erreurs au niveau du lecteur de glycémie intégré

En cas de problème au niveau du lecteur de glycémie intégré, de la bandelette de test, de l'échantillon ou des résultats, le PDM émet trois bips et affiche un numéro d'erreur de lecteur. Utilisez le numéro d'erreur du lecteur pour rechercher les mesures correctives dans le tableau suivant.

Message du PDM	Causes possibles	Action à réaliser
<p>Erreur du lecteur 1</p> <p>Voir le manuel de l'utilisateur pour des instructions supplémentaires.</p>	<p>4 possibilités :</p> <p>Échantillon de sang trop petit.</p> <p>Problème au niveau de la bandelette de test.</p> <p>Problème au niveau du lecteur.</p> <p>Glycémie très basse : moins de 1,1 mmol/L.</p>	<p>Si vous ressentez des symptômes tels que faiblesse, transpiration, nervosité, maux de tête ou confusion, suivez les conseils de votre professionnel de santé pour traiter l'hypoglycémie.</p> <p>Effectuez un test à l'aide de la solution de contrôle sur une nouvelle bandelette de test. Si les résultats du test avec la solution de contrôle sont dans la plage imprimée sur le côté du flacon de bandelettes de test, renouvelez le test avec du sang et une nouvelle bandelette de test.</p> <p>Si le test avec la solution de contrôle ne fonctionne pas ou si l'erreur persiste, appelez le Service clients.</p>
<p>Erreur du lecteur 2</p> <p>Voir le manuel de l'utilisateur pour des instructions supplémentaires.</p>	<p>4 possibilités :</p> <p>Problème au niveau de la bandelette de test.</p> <p>Problème au niveau du lecteur.</p> <p>Glycémie très élevée : plus de 27,8 mmol/L.</p> <p>Solution de contrôle ÉLEVÉ appliquée par température trop froide.</p>	<p>Si vous ressentez des symptômes tels que soif, fatigue, miction excessive ou vision floue, suivez les conseils de votre professionnel de santé pour traiter l'hyperglycémie.</p> <p>Effectuez un test à l'aide de la solution de contrôle sur une nouvelle bandelette de test. Si les résultats du test avec la solution de contrôle sont dans la plage imprimée sur le côté du flacon de bandelettes de test, renouvelez le test avec du sang et une nouvelle bandelette de test.</p> <p>Si le test avec la solution de contrôle ne fonctionne pas ou si l'erreur persiste, appelez le Service clients.</p>


9 Alarmes, notifications et autres messages

Message du PDM	Causes possibles	Action à réaliser
<p>Erreur du lecteur 3</p> <p>Voir le manuel de l'utilisateur pour des instructions supplémentaires.</p>	<p>3 possibilités :</p> <p>Procédure de test incorrecte, par exemple si vous déposez la goutte de sang sur la bandelette de test avant que l'écran avec la goutte de sang ne s'affiche.</p> <p>Problème au niveau de la bandelette de test.</p> <p>Problème au niveau du lecteur.</p>	<p>Assurez-vous que l'écran avec la goutte de sang qui clignote s'affiche avant d'appliquer le sang ou la solution de contrôle.</p> <p>Effectuez un test à l'aide de la solution de contrôle sur une nouvelle bandelette de test. Si les résultats du test avec la solution de contrôle sont dans la plage imprimée sur le côté du flacon de bandelettes de test, renouvelez le test avec du sang et une nouvelle bandelette de test.</p> <p>Si le test avec la solution de contrôle ne fonctionne pas ou si l'erreur persiste, appelez le Service clients.</p>
<p>Erreur du lecteur 4</p> <p>Voir le manuel de l'utilisateur pour des instructions supplémentaires.</p>	<p>2 possibilités :</p> <p>Problème au niveau de la bandelette de test.</p> <p>Problème au niveau du lecteur.</p>	<p>Effectuez un test à l'aide de la solution de contrôle sur une nouvelle bandelette de test. Si les résultats du test avec la solution de contrôle sont dans la plage imprimée sur le côté du flacon de bandelettes de test, renouvelez le test avec du sang et une nouvelle bandelette de test.</p> <p>Si le test avec la solution de contrôle ne fonctionne pas ou si l'erreur persiste, appelez le Service clients.</p>
<p>Erreur du lecteur 6</p> <p>Voir le manuel de l'utilisateur pour des instructions supplémentaires.</p>	<p>L'échantillon de sang a été appliqué pendant le changement de code.</p>	<p>Renouvelez le test avec une nouvelle bandelette de test. N'appuyez sur aucun bouton pendant l'application du sang ou de la solution de contrôle sur la bandelette de test.</p> <p>Si l'erreur persiste, appelez le Service clients.</p>

Arrêt d'une alarme

Alarme du Pod : Si vous réagissez à une alarme du Pod mais que le PDM ne parvient pas à arrêter l'alarme, l'alarme du Pod continue. Pour arrêter une alarme du Pod de manière définitive :


1. Retirez le Pod de votre corps.
2. Décollez une petite partie du tampon adhésif de la partie inférieure du Pod à l'extrémité carrée (reportez-vous à l'illustration).
3. Repérez le port d'arrêt de l'alarme sur la droite du disque doré. Lorsque vous touchez le port d'arrêt de l'alarme avec l'ongle ou un trombone, cela ressemble à du plastique mou.
4. Enfoncez fermement un trombone ou un objet similaire tout droit dans le port d'arrêt de l'alarme jusqu'à ce que l'alarme s'arrête.



Remarque : *Enfoncez fermement.* Le trombone pourrait s'enfoncer un peu, puis s'arrêter. Vous devez continuer d'appuyer très fort jusqu'à ce que l'alarme s'arrête. Vous devez appliquer une force suffisante pour rompre une fine couche de plastique.

Alarme du PDM : Si vous ne parvenez pas à arrêter une alarme du PDM à l'aide des touches contextuelles du PDM, vous pouvez arrêter l'alarme du PDM comme suit :

1. Retournez le PDM et déposez le capot du compartiment des piles.
2. Sans retirer les piles, repérez le petit bouton de remise à zéro de l'alarme sur fond vert dans la découpe sous les piles.
3. Enfoncez délicatement un trombone ou un objet similaire dans le trou pour arrêter l'alarme.



Remarque : *Enfoncez délicatement.* Vous appuyez sur un petit bouton, vous n'essayez pas de rompre quoi que ce soit.

Cette action arrête l'alarme du PDM. Vos historiques et vos réglages personnalisés sont conservés.

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

CHAPITRE 10

Entretien de votre PDM et de votre Pod

Le système de gestion d'insuline Omnipod® ne comporte aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur. Si vous avez besoin d'aide pour le fonctionnement ou l'entretien du système Omnipod®, appelez le Service clients.

Avertissements :

Conservez les produits et fournitures pour le système Omnipod®, y compris les Pods non ouverts, dans un endroit frais et sec. Les fournitures ou les produits exposés à des températures extrêmes pourraient ne pas fonctionner correctement.

Entretien du Pod et de l'insuline

Pour toute commande de produits et fournitures pour le système Omnipod®, appelez le Service clients.

Stockage du Pod et de l'insuline

Les températures extrêmes peuvent endommager les Pods et entraîner leur dysfonctionnement. Si les Pods sont exposés à des températures extrêmes, inspectez-les soigneusement avant utilisation.

Il est particulièrement important de stocker votre insuline dans un environnement bien contrôlé. Inspectez l'insuline avant de l'utiliser ; n'utilisez jamais une insuline trouble ou décolorée. Une insuline trouble ou décolorée pourrait être vieille, contaminée ou inactive. Recherchez la date de péremption dans les instructions d'utilisation du fabricant.

Les Pods et l'environnement

Évitez les températures extrêmes

La température de fonctionnement du Pod doit être comprise entre 4,4 °C et 40 °C (entre 40 °F et 104 °F). En situation normale, votre température corporelle permet de maintenir le Pod dans cette plage.

Avertissement : N'exposez PAS un Pod au rayonnement direct du soleil pendant des périodes prolongées. Retirez votre Pod avant d'utiliser des jacuzzis, des bains à remous ou des saunas. Ces conditions pourraient exposer le Pod à des températures extrêmes et pourraient également affecter l'insuline contenue dans le Pod.

Si vous retirez votre Pod pour éviter de l'exposer à des températures extrêmes, n'oubliez pas de vérifier votre glycémie fréquemment. Vérifiez auprès de votre professionnel de santé les directives de retrait du Pod pour des périodes prolongées.

L'eau et votre Pod

Le Pod est étanche jusqu'à une profondeur de 7,6 mètres (25 pieds) pendant un maximum de 60 minutes (IP28). Après avoir nagé ou avoir été dans l'eau, rincez le Pod à l'eau claire et séchez-le délicatement avec une serviette.

Avertissement : N'exposez PAS votre Pod à de l'eau à des profondeurs supérieures à 7,6 mètres (25 pieds) ou pour des périodes supérieures à 60 minutes. Vérifiez régulièrement le site de perfusion pour vous assurer que le Pod et la canule souple sont bien appliqués et en place. Si la canule est mal introduite, vous risquez une hyperglycémie. Vérifiez qu'il n'y a pas d'humidité ou d'odeur d'insuline, ce qui pourrait indiquer que la canule s'est délogée.

Nettoyage de votre Pod

Les Pods sont étanches. Si vous devez nettoyer un Pod, lavez-le délicatement avec un tissu propre humidifié ou avec de l'eau et du savon doux. En revanche, les solvants et les détergents puissants sont proscrits, car ils peuvent endommager l'enveloppe du Pod ou provoquer une irritation au niveau du site de perfusion.

Attention : Maintenez fermement le Pod et faites attention lorsque vous le nettoyez, de sorte que la canule ne se torde pas et que le Pod ne se détache pas de votre peau.

Entretien du PDM

Cette section décrit l'entretien correct de votre PDM.

Stockage du PDM

Lorsque vous n'utilisez pas votre PDM, conservez-le dans un endroit frais, sec, pratique et accessible.

Attention : Ne stockez pas et ne laissez pas le PDM où il pourrait être exposé à des températures extrêmes, comme l'intérieur d'une voiture. Les températures extrêmes peuvent entraîner un dysfonctionnement du dispositif.

Si le PDM n'est pas hors de portée d'enfants ou d'autres personnes susceptibles d'appuyer sur les boutons par accident, envisagez d'utiliser l'option de verrouillage de sécurité du PDM pour éviter toute modification indésirable de vos programmes (reportez-vous à « Verrouillage ou déverrouillage des boutons du PDM », page 65).

Le PDM et l'environnement

Évitez les températures extrêmes

Des températures de fonctionnement extrêmes peuvent affecter les piles du PDM et interférer avec le fonctionnement du système Omnipod®. Évitez d'utiliser le PDM à des températures inférieures à 4,4 °C (40 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F).

L'eau et votre PDM

Le PDM n'est pas étanche. Ne le plongez pas dans l'eau et ne le laissez pas à proximité de l'eau où il risquerait de tomber par accident. S'il est mouillé :

1. Séchez l'extérieur du PDM avec un tissu propre non pelucheux.
2. Ouvrez le compartiment des piles, retirez les piles et mettez-les au rebut.
3. Utilisez un tissu propre non pelucheux pour absorber délicatement toute eau dans le compartiment des piles.

Attention : N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher le Pod ou le PDM. La chaleur extrême peut endommager les composants électroniques.

4. Laissez le capot du compartiment des piles ouvert jusqu'à ce que le PDM soit complètement sec.
5. N'insérez pas de nouvelles piles et n'essayez pas d'utiliser le PDM avant qu'il soit bien séché à l'air.
6. Appelez le Service clients si le PDM ne fonctionne pas après les étapes ci-dessus.

Attention : Le PDM n'est pas étanche. Ne le placez PAS dans ou à proximité de l'eau.

Interférences électriques

Le PDM est conçu pour résister à des interférences radio et à des champs électromagnétiques normaux, y compris les portiques de sécurité des aéroports et les téléphones portables. Toutefois, comme pour tous les dispositifs de communication sans fil, certaines conditions de fonctionnement peuvent interrompre la communication. Par exemple, des appareils électriques tels que les fours micro-ondes et les machines électriques situées dans des environnements de fabrication peuvent provoquer des interférences. Dans la plupart des cas, ces interruptions sont faciles à résoudre (reportez-vous à « Erreurs de communication du Pod », page 105).

Câble USB

Lorsque vous utilisez un câble USB pour charger vos historiques vers un autre dispositif, déconnectez le câble USB dès que vous avez terminé.

Attention : Branchez uniquement un câble USB à votre PDM lors du téléchargement de données vers un ordinateur. Ne branchez jamais de câble USB au PDM pour une quelconque autre raison. Les autres fonctions du PDM sont désactivées lorsqu'un câble USB est branché, et le PDM ne peut pas communiquer avec le Pod.

Attention : Lorsque vous branchez un câble USB au PDM, utilisez exclusivement un câble USB d'une longueur maximale de 2,7 mètres (9 pieds).

Attention : N'essayez jamais de tester votre glycémie alors que votre PDM est connecté à un autre dispositif via un câble USB. Cela pourrait provoquer un choc électrique.

Remplacement des piles du PDM

Le PDM fonctionne avec deux (2) piles alcalines AAA. Vous pouvez les acheter dans la plupart des épiceries, quincailleries et autres magasins.

Attention : Utilisez exclusivement des piles alcalines AAA pour alimenter le PDM. N'utilisez aucun autre type de piles. N'utilisez jamais de piles anciennes ou usagées ; le PDM pourrait ne pas fonctionner correctement. L'utilisation de piles non alcalines pourrait réduire la durée de vie des piles et endommager le PDM. N'utilisez pas de piles rechargeables.

En utilisation normale, deux piles alimentent le PDM pendant au moins trois semaines. L'indicateur de niveau des piles sur le PDM affiche la puissance des piles (reportez-vous à « Indicateur de niveau des piles du PDM », page 7).


Le PDM vous avertit automatiquement lorsque le niveau des piles devient faible. Lorsque vous voyez le message « Piles du PDM faibles. », appuyez sur **OK** pour supprimer le message. Remplacez les piles dès que possible.

Lorsque votre PDM vous avertit que les piles deviennent faibles, le PDM optimise la durée de vie restante des piles en :

- désactivant le vibreur (s'il était défini).
- désactivant le mode lumineux.
- désactivant l'éclairage du port de bandelette de test.

Ces fonctions sont rétablies une fois que les piles sont remplacées.

Remarque : Les données d'historique sont conservées en mémoire même si les piles se déchargent.



Avvertissement : Le PDM mémorise la date et l'heure jusqu'à deux heures après le déchargement ou le retrait des piles. Après cela, la date et l'heure peuvent devoir être redéfinies. Si un Pod est actif, il devra être remplacé.

Pour remplacer les piles :

1. Retournez le PDM.
2. Ouvrez le compartiment des piles au dos du PDM en poussant le loquet du compartiment vers l'intérieur, puis en le soulevant. Aucun outil spécial n'est requis.
3. Insérez deux piles alcalines AAA neuves dans le compartiment. Le schéma à l'intérieur du compartiment vous montre dans quel sens insérer les piles.
4. Remettez en place le capot des piles.
5. Retournez le PDM vers le haut. Le PDM s'allume automatiquement.



Le PDM est maintenant prêt à l'emploi. Mettez les anciennes piles au rebut conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

Nettoyage et désinfection du PDM

Principes de base

Le nettoyage sert à maintenir votre PDM exempt de saleté, de taches, d'impuretés ou autres souillures. La désinfection est le processus par lequel les organismes pathogènes sont détruits ou rendus inertes. Les directives validées ci-dessous portent sur le nettoyage et la désinfection du PDM.

Veillez toujours à ce que le port de bandelette de test et le port USB soient exempts de débris et de liquides. La saleté, la poussière, le sang et la solution de contrôle peuvent nuire au bon fonctionnement de votre PDM ou l'endommager.

Attention : N'utilisez pas de lingettes IV Prep, de lingettes alcooliques, de savon, de détergent ou de solvant. Le PDM n'est pas étanche. Ne l'immergez pas et ne le placez pas dans ou à proximité de l'eau.

Attention : Si le lecteur de glycémie intégré est manipulé par une seconde personne qui aide l'utilisateur lors des tests, le lecteur de glycémie et le dispositif de piqûre doivent être désinfectés avant toute utilisation par la seconde personne.

Remarque : Après avoir nettoyé ou désinfecté votre PDM, effectuez un test avec la solution de contrôle pour vérifier le bon fonctionnement du système Omnipod® (reportez-vous à « Test de glycémie ou de la solution de contrôle », page 41).

Remarque : Lavez-vous soigneusement les mains après toute manipulation du lecteur de glycémie, du dispositif de piqûre ou des bandelettes de test.

Nettoyage du PDM

Si le compartiment des piles est souillé, secouez-le délicatement pour en faire sortir les débris ou utilisez un tissu non pelucheux sec pour éliminer la saleté.

1. Éteignez votre PDM avant de le nettoyer ou de le désinfecter.
2. Utilisez des lingettes Dispatch® Hospital Cleaner Disinfectant Towel with Bleach pour essuyer les surfaces externes du PDM afin d'éliminer toute saleté ou souillure.

Remarque : Les lingettes Dispatch® Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach sont disponibles en ligne auprès des principaux revendeurs, notamment Amazon (www.amazon.com) et Clorox Professional Products Co. (healthcare@clorox.com, 1-800-234-7700).

3. Laissez la surface humide pendant une minute avant utilisation.

Attention : Pendant le nettoyage, évitez que des débris ou du liquide ne pénètrent dans le port de bandelette de test, le port USB, le haut-parleur ou le bouton Marche.

Désinfection du PDM

Vous devez désinfecter votre PDM une fois par semaine comme suit :

1. Effectuez un nettoyage, comme décrit dans la section précédente.
2. Désinfectez la surface du PDM en l'essuyant avec une lingette Dispatch® Hospital Cleaner Disinfectant Towel with Bleach neuve.
3. Laissez la surface humide pendant une minute avant d'utiliser le dispositif.

Remarque : Le nettoyage et la désinfection du PDM n'ont été validés qu'en utilisant des lingettes Dispatch® Hospital Cleaner Disinfectant Towel with Bleach. D'autres agents de nettoyage pourraient ne pas assurer un nettoyage ou une désinfection efficace, ou pourraient endommager le PDM.

Un cycle comprend un nettoyage et un essuyage de désinfection. Les directives de nettoyage et de désinfection ont été validées en exposant des PDM de test au nombre de cycles qui seraient réalisés à raison d'un cycle par semaine pendant la durée de vie garantie du dispositif (4 ans).

En outre, le test inclut deux nettoyages supplémentaires par semaine sur les 4 années de durée de vie du dispositif :

	Procédure recommandée	Nb. de lingettes testées
Nettoyage	2 nettoyages x 52 semaines x 4 ans	416 lingettes
Cycle	1 cycle/semaine x 52 semaines x 4 ans	416 lingettes
Total		832 lingettes

Recherche de détérioration au niveau du PDM

Chaque fois que vous nettoyez ou désinfectez votre PDM, vous devez également examiner l'ensemble du PDM à la recherche de décoloration, de fissures ou de cassures. Recherchez également toute détérioration des performances, comme la présence de messages illisibles, le dysfonctionnement de boutons ou des échecs de communication récurrents. Si vous observez le moindre signe de détérioration, cessez d'utiliser le dispositif et appelez le Service clients pour toute question ou tout renseignement sur le remplacement du dispositif.

Références

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

« FDA Public Health Notification : Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens : Initial Communication » (2010) <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm234889.htm>

« CDC Clinical Reminder : Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens » (2010) <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

En cas de chute du PDM

Le PDM est conçu pour supporter une usure quotidienne normale, mais tout choc ou impact sévère peut l'endommager. Si vous faites tomber le PDM ou s'il subit un impact sévère :

1. Inspectez l'extérieur du PDM à la recherche de signes visibles de dégradation.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Accueil/Marche** pour vérifier que le PDM s'allume et recherchez des dommages au niveau de l'écran LCD.
3. Inspectez l'intérieur du compartiment des piles à la recherche de signes visibles de dégradation.

Attention : N'utilisez pas le PDM s'il semble endommagé ou s'il ne fonctionne pas comme il le devrait.

10 Entretien de votre PDM et de votre Pod

Si vous ne pouvez pas utiliser le lecteur de glycémie intégré de votre PDM, utilisez un autre lecteur de glycémie pour vérifier votre glycémie.

Avertissement : Si votre PDM est endommagé ou ne fonctionne pas comme il le devrait, veuillez appeler le Service clients pour obtenir de l'aide. Veillez à vérifier fréquemment votre glycémie. Retirez votre Pod et contactez votre professionnel de santé pour connaître les directives de traitement.

CHAPITRE 11

Vivre avec le diabète

Avertissement : Si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser le système Omnipod® conformément aux instructions, vous risquez de compromettre votre santé et votre sécurité. Parlez avec votre professionnel de santé si vous avez des inquiétudes concernant l'utilisation correcte du système Omnipod®.

Avant d'opter pour le système Omnipod®, vous et votre professionnel de santé avez discuté des avantages du système Omnipod®, ainsi que des responsabilités inhérentes au traitement avec une pompe à insuline. N'oubliez pas qu'une utilisation sûre repose entièrement sur vous. Si vous avez des questions ou des doutes sur votre capacité à utiliser le système Omnipod® en toute sécurité, consultez immédiatement votre professionnel de santé.

Activités du quotidien

Pour garantir le bon fonctionnement du système Omnipod® et préserver votre santé, vérifiez fréquemment le site de votre Pod, les messages de votre PDM et votre glycémie.

Vérifications du site de perfusion

Au moins une fois par jour, utilisez la fenêtre de visualisation du Pod pour inspecter le site de perfusion. Vérifiez le site en recherchant :

- une fuite ou une odeur d'insuline, ce qui pourrait indiquer que la canule s'est délogée
- tout signe d'infection, tel que douleur, gonflement, rougeur, sécrétions ou chaleur.

Avertissements :

Si vous suspectez une infection, retirez immédiatement le Pod et appliquez un nouveau Pod à un emplacement différent. Appelez ensuite votre professionnel de santé.

Si vous voyez du sang dans votre canule, testez plus fréquemment votre glycémie pour vous assurer que l'administration d'insuline n'est pas affectée. Si vous constatez une glycémie élevée inattendue, remplacez votre Pod.

Conseil : Envisagez d'intégrer les vérifications du site de perfusion dans votre routine quotidienne, à l'instar de la douche ou du brossage de dents.

Vérifiez fréquemment votre glycémie

Lorsque vous vérifiez votre glycémie dans le cadre d'une routine, vous pouvez identifier et traiter une glycémie élevée ou basse avant que cela ne devienne problématique.

Testez votre glycémie :

- au moins 4 à 6 fois par jour : au lever, avant chaque repas et avant le coucher
- dès que vous avez des nausées ou que vous vous sentez mal
- avant de prendre le volant
- chaque fois que votre glycémie a atteint des niveaux inhabituellement élevés ou bas, ou si vous suspectez que votre glycémie est élevée ou basse
- avant, pendant et après une activité physique
- selon les instructions de votre professionnel de santé.

Soyez prêt(e) en cas d'urgence

Conseil : Demandez à votre professionnel de santé de vous aider à établir des plans pour gérer les situations d'urgence, notamment la conduite à tenir si vous ne pouvez pas joindre votre professionnel de santé.

Avertissement : Gardez toujours sur vous un kit d'urgence pour réagir rapidement en cas d'urgence diabétique.

Préparez un kit d'urgence à garder sur vous en permanence. Ce kit doit inclure les éléments suivants :

- Plusieurs nouveaux Pods non ouverts
- Des piles neuves supplémentaires pour le PDM (au moins deux piles alcalines AAA ; n'utilisez pas de piles rechargeables)
- Un flacon d'insuline U-100 à action rapide (reportez-vous à l'Introduction pour connaître les insulines approuvées pour une utilisation dans le système Omnipod®)
- Des seringues ou des stylos pour l'injection d'insuline
- Des bandelettes de test de glycémie
- Un lecteur de glycémie supplémentaire
- Des bandelettes de test de cétones
- Un dispositif de piqûre et des lancettes
- Des tablettes de glucose ou une autre source de glucides à action rapide
- Des compresses imprégnées d'alcool prêtes à l'emploi

- Les instructions de votre professionnel de santé concernant la quantité d'insuline à injecter si l'administration depuis le Pod est interrompue
- Une lettre signée par votre professionnel de santé expliquant que vous avez besoin d'avoir sur vous les fournitures d'insuline et l'équipement du système Omnipod®
- Les numéros de téléphone de votre professionnel de santé et/ou de votre médecin en cas d'urgence
- Un kit de glucagon et des instructions écrites pour vous faire une injection si vous êtes inconscient(e) (reportez-vous à « Évitez les hypoglycémies, les hyperglycémies et l'ACD », page 125)

Voyages et vacances

Anticipez le décalage horaire

Si vous prévoyez des vacances ou un voyage d'affaires dans un autre fuseau horaire, vous pouvez être amené(e) à adapter vos programmes basaux. Pour un décalage de quelques heures seulement, les ajustements du débit basal sont mineurs et faciles à calculer. En revanche, pour les voyages lointains, il peut être plus difficile de déterminer le programme basal correct. Votre professionnel de santé peut vous aider à apporter ces ajustements.

Emportez suffisamment de fournitures

Gardez votre kit d'urgence avec vous pendant les voyages ou les vacances (reportez-vous à « Soyez prêt(e) en cas d'urgence », page 122). Il peut être difficile, voire impossible de se procurer de l'insuline ou des fournitures dans un lieu que l'on ne connaît pas. Si vous prenez l'avion, assurez-vous de mettre vos fournitures dans votre bagage de cabine. Lorsque vous faites vos bagages pour un voyage, prenez plus de fournitures que ce dont vous pensez avoir besoin. N'oubliez pas d'inclure un lecteur de glycémie supplémentaire et les ordonnances écrites pour tous les médicaments et les fournitures. À l'étranger, les médicaments génériques peuvent être plus faciles à trouver que les marques.

Avertissement : Lorsque vous voyagez à l'étranger pour une période prolongée, assurez-vous d'emporter des réserves de Pods supplémentaires. Avant le départ, appelez le Service clients afin de vous renseigner sur les fournitures supplémentaires pour le système Omnipod® pour votre voyage.

Problèmes à l'aéroport

Si vous prenez l'avion, familiarisez-vous avec les procédures de sécurité de l'aéroport et préparez vos fournitures pour les contrôles de sécurité.

Préparez votre voyage :

- Les contrôles de sécurité et les procédures de vérification à l'aéroport sont susceptibles d'évoluer. Consultez le site Web de l'aéroport pour prendre connaissance des dernières informations avant votre voyage.
- Emportez des traitements contre l'hypoglycémie et des fournitures supplémentaires.
- Munissez-vous des coordonnées de votre médecin.
- Arrivez à l'aéroport 2–3 heures avant votre vol.

Afin de fluidifier les contrôles de sécurité, assurez-vous que les articles suivants sont facilement accessibles.

- Toutes les fournitures pour le diabète doivent être dans votre bagage de cabine.
- Munissez-vous d'une lettre signée par votre professionnel de santé expliquant que vous avez besoin d'avoir sur vous les fournitures d'insuline et l'équipement du système Omnipod®.
- Apportez les ordonnances pour tous les médicaments et les fournitures, avec leur étiquette de prescription d'origine.

L'aéroport peut vous proposer de demander une inspection visuelle de vos fournitures médicales plutôt que de les passer aux rayons X. Vous devez en faire la demande avant le début du processus de vérification. Vos fournitures médicales doivent être dans un sac distinct lorsque vous vous présentez à l'agent de sécurité.

Pour éviter la contamination ou la dégradation de vos fournitures lors des contrôles de sécurité, il devrait vous être demandé de présenter, de manipuler et de remettre vous-même dans votre bagage vos fournitures au moment de l'inspection visuelle. Tous les médicaments et/ou toutes les fournitures associées ne pouvant pas être contrôlé(e)s visuellement doivent passer aux rayons X.

Si vous avez des inquiétudes concernant le passage par le portique détecteur de métal, indiquez à l'agent de sécurité que vous portez une pompe. Avertissez l'agent de sécurité que la pompe à insuline ne peut pas être retirée car elle est insérée avec un cathéter (tube) sous la peau.

Consultez le site Web de votre aéroport si vous avez d'autres questions ou inquiétudes.

Remarque : Les Pods et les PDM peuvent passer aux rayons X des aéroports en toute sécurité (reportez-vous à « Avis concernant les interférences et le système Omnipod® », page 167).

Gardez les fournitures accessibles

Dans les avions, les trains et les bus, gardez les articles suivants avec vous plutôt que de les mettre en soute ou dans les espaces dédiés aux bagages :

- Le PDM (Personal Diabetes Manager, Gestionnaire personnel de diabète)
- Un kit d'urgence
- Des flacons d'insuline (la température en soute pourrait affecter l'insuline)
- Une lettre signée par votre professionnel de santé expliquant que vous avez besoin d'avoir sur vous les fournitures d'insuline et l'équipement du système Omnipod®
- Les ordonnances pour l'insuline et les fournitures
- Des collations s'il n'y a pas de nourriture disponible
- De l'eau en bouteille (surtout en avion) pour prévenir la déshydratation
- Le nom et le numéro de téléphone d'un médecin à votre destination finale, en cas d'urgence.

Évitez les hypoglycémies, les hyperglycémies et l'ACD

Vous pouvez prévenir la plupart des risques liés à l'utilisation du système Omnipod® en déployant les bonnes techniques et en agissant rapidement aux premiers signes d'hypoglycémie, d'hyperglycémie ou d'acidocétose diabétique. La manière la plus simple et la plus fiable d'éviter ces situations est de vérifier fréquemment votre glycémie.

Précautions d'ordre général

- Consignez soigneusement les résultats et discutez de tout changement ou ajustement avec votre professionnel de santé.
- Informez votre professionnel de santé de résultats extrêmement élevés ou extrêmement bas, ou si des niveaux élevés ou bas surviennent plus fréquemment qu'à l'accoutumée.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec votre système Omnipod® et que vous ne parvenez pas à les résoudre, n'hésitez pas à appeler le Service clients.

Hypoglycémie (glycémie basse)

Une hypoglycémie peut survenir même lorsqu'un Pod fonctionne correctement. N'ignorez jamais les signes d'hypoglycémie, si discrets soient-ils. En l'absence de traitement, une hypoglycémie sévère peut provoquer des convulsions ou entraîner la perte de connaissance. Si vous suspectez que votre glycémie est basse, vérifiez votre glycémie pour le confirmer.

Symptômes d'hypoglycémie (glycémie basse)

N'ignorez jamais les symptômes suivants, car ils pourraient être le signe d'une hypoglycémie :

- Tremblements
- Fatigue
- Sudation inexpliquée
- Peau froide, moite
- Faiblesse
- Vision floue ou maux de tête
- Fringale
- Tachycardie
- Confusion
- Fourmillements dans les lèvres ou la langue
- Anxiété

Avertissements :

L'hypoglycémie asymptomatique est une situation dans laquelle vous ne réalisez pas que votre glycémie est basse. Si vous êtes sujet(te) à l'hypoglycémie asymptomatique, il peut être judicieux d'utiliser le rappel de glycémie du PDM et de vérifier plus souvent votre glycémie (reportez-vous à « Rappels de GL », page 79).

Vérifiez que votre glycémie est d'au moins 5,6 mmol/L avant de prendre le volant ou de travailler avec des machines ou des équipements dangereux. Une hypoglycémie peut entraîner la perte de contrôle de votre voiture ou d'un équipement dangereux. De plus, lorsque vous vous concentrez fortement sur une tâche, vous pouvez ne pas reconnaître les symptômes d'une hypoglycémie.

Même si vous ne pouvez pas vérifier votre glycémie, ne repoussez PAS le traitement des symptômes d'hypoglycémie, surtout si vous êtes seul(e). Le fait de repousser le traitement des symptômes pourrait engendrer une hypoglycémie sévère pouvant provoquer un choc, un coma ou la mort.

Apprenez à des personnes en qui vous avez confiance (comme les membres de votre famille et vos amis proches) à vous faire une injection de glucagon. Vous devez pouvoir compter sur elles pour vous l'administrer si vous êtes en hypoglycémie sévère et que vous perdez connaissance. Incluez une copie des instructions du glucagon dans votre kit d'urgence et révisez régulièrement la procédure avec votre famille et vos amis.

Pour éviter une hypoglycémie (glycémie basse)

- Travaillez avec votre professionnel de santé pour définir des cibles de glycémie et des instructions personnalisées.
- Pour réagir rapidement en cas de glycémie basse, ayez toujours sur vous des glucides à action rapide, comme des tablettes de glucose, des bonbons ou une boisson sucrée.
- Apprenez à vos amis, aux membres de votre famille et à vos collègues à reconnaître les signes d'hypoglycémie, de sorte qu'ils puissent vous aider si vous développez une hypoglycémie asymptomatique ou une réaction indésirable grave.
- Gardez un kit d'injection de glucagon dans vos fournitures d'urgence. Apprenez à vos amis et aux membres de votre famille à vous faire une injection de glucagon si vous êtes en hypoglycémie sévère et que vous perdez connaissance.

Vérifiez régulièrement la date de péremption de votre kit de glucagon pour vous assurer qu'il n'est pas périmé.

Remarque : Ayez toujours sur vous une identification médicale (comme une carte d'urgence à garder dans votre portefeuille) et portez un collier ou un bracelet médical d'urgence comme l'identifiant MedicAlert.

Une fois encore, ***des vérifications fréquentes de la glycémie sont essentielles pour prévenir les problèmes.*** L'identification précoce d'une glycémie basse permet de la traiter avant qu'elle ne devienne problématique.

Demandez conseil à votre professionnel de santé concernant tous les points évoqués plus haut.

11 Vivre avec le diabète

Pour traiter une hypoglycémie (glycémie basse)

Dès lors que votre glycémie est basse, traitez-la immédiatement selon les instructions de votre professionnel de santé. Vérifiez votre glycémie toutes les 15 minutes au cours du traitement afin d'éviter un traitement excessif entraînant une hausse démesurée de la glycémie. Contactez votre professionnel de santé si vous avez besoin d'instructions.

Causes possibles d'hypoglycémie	Action suggérée
Programme basal incorrect	Confirmez que le programme basal approprié est actif. Confirmez que l'heure du PDM est correctement réglée. Consultez votre professionnel de santé concernant l'ajustement de vos programmes basaux ou l'utilisation d'un débit basal temp.
Timing du bolus incorrect ou Bolus excessif	Prenez le bolus avec les repas. Vérifiez votre glycémie avant d'administrer un bolus repas. Au besoin, ajustez le bolus. Vérifiez la quantité et le timing du bolus. Évitez de corriger excessivement la glycémie post-repas. Vérifiez les glucides ingérés. Demandez conseil à votre professionnel de santé.
Niveau de glycémie cible incorrect ou Facteur de correction incorrect ou Rapport I/G incorrect	Consultez votre professionnel de santé pour affiner ces réglages.
Sujet(te) à hypoglycémie sévère ou Hypoglycémie asymptomatique	Consultez votre professionnel de santé au sujet de l'hypoglycémie asymptomatique et pour relever les niveaux de la glycémie cible.
Activité physique imprévue	Consultez votre professionnel de santé concernant l'utilisation d'un débit basal temp (débit basal temporaire).

Causes possibles d'hypoglycémie	Action suggérée
Activité physique longue ou intensive	<p>Ajustez l'administration d'insuline comme indiqué par votre professionnel de santé.</p> <p>Vérifiez la glycémie avant, pendant et après l'activité physique et traitez-vous en conséquence.</p> <p>Remarque : Les effets de l'activité physique peuvent durer plusieurs heures (voire toute la journée) après l'activité physique.</p> <p>Consultez votre professionnel de santé concernant l'ajustement de vos programmes basaux ou l'utilisation d'un débit basal temp.</p>
Ingestion insuffisante de glucides avant une activité physique	<p>Vérifiez votre glycémie avant toute activité physique.</p> <p>Demandez conseil à votre professionnel de santé.</p>
Consommation d'alcool	<p>Vérifiez votre glycémie avant le coucher.</p> <p>Demandez conseil à votre professionnel de santé.</p>

Hyperglycémie (glycémie élevée)

Les Pods utilisent de l'insuline à action rapide. Vous n'avez donc pas d'insuline à action prolongée dans votre organisme. En cas d'occlusion (interruption de l'administration d'insuline par le Pod), votre glycémie peut augmenter rapidement.

Avertissements :

Une occlusion peut être la conséquence d'une obturation, d'un dysfonctionnement du Pod ou de l'utilisation d'insuline ancienne ou inactive (reportez-vous à « Détection d'occlusion », page 163). Si l'administration d'insuline est interrompue par une occlusion, vérifiez votre glycémie et suivez les instructions de traitement établies par votre professionnel de santé. Une hyperglycémie peut survenir si les mesures appropriées ne sont pas prises.

Les symptômes d'hyperglycémie peuvent porter à confusion. Vérifiez toujours votre glycémie avant de traiter une hyperglycémie.

Symptômes d'hyperglycémie (glycémie élevée)

N'ignorez jamais les symptômes suivants, car ils pourraient être le signe d'une hyperglycémie :

- Fatigue
- Miction fréquente, surtout la nuit
- Soif ou faim inhabituelle
- Perte de poids inexplicquée
- Vision floue
- Cicatrisation lente des coupures ou des plaies

Pour éviter une hyperglycémie (glycémie élevée)

Testez votre glycémie

- au moins 4 à 6 fois par jour (au lever, avant chaque repas et avant le coucher)
- si vous avez des nausées ou que vous vous sentez mal
- avant de prendre le volant
- chaque fois que votre glycémie a atteint des niveaux inhabituellement élevés ou bas
- si vous suspectez que votre glycémie est élevée ou basse
- avant, pendant et après une activité physique
- selon les instructions de votre professionnel de santé.

Pour traiter une hyperglycémie (glycémie élevée)

Vérifiez fréquemment votre glycémie lorsque vous traitez une hyperglycémie. Vous devez éviter de traiter la situation de manière excessive, ce qui ferait trop baisser votre glycémie.

1. Vérifiez votre glycémie. Le résultat vous aidera à déterminer la quantité d'insuline requise pour ramener votre glycémie à votre objectif glycémique.
2. Si votre glycémie est supérieure ou égale à 13,9 mmol/L, contrôlez les corps cétoniques. En présence de corps cétoniques, suivez les directives de votre professionnel de santé.
3. En l'absence de corps cétoniques, prenez un bolus de correction comme prescrit par votre professionnel de santé.
4. Vérifiez de nouveau votre glycémie 2 heures plus tard.
5. Si la glycémie ne diminue pas, injectez-vous un second bolus à l'aide d'une seringue stérile. Demandez à votre professionnel de santé si vous devez injecter la même quantité d'insuline qu'à l'étape 3.
6. Si vous ressentez des nausées à un moment quelconque, contrôlez les corps cétoniques et appelez immédiatement votre professionnel de santé (reportez-vous à « Acidocétose diabétique (ACD) », page 133).
7. Si la glycémie reste élevée après encore 2 heures (soit 4 heures au total), remplacez le Pod. Utilisez un nouveau flacon d'insuline pour remplir le nouveau Pod. Demandez ensuite conseil à votre professionnel de santé.

Avertissement : Si vous avez besoin d'une prise en charge urgente, demandez à un ami ou à un membre de votre famille de vous conduire aux urgences ou d'appeler une ambulance. Ne prenez PAS le volant vous-même.

8. Recherchez les causes possibles d'hyperglycémie afin d'éviter des problèmes similaires à l'avenir (reportez-vous au tableau suivant).

Causes possibles d'hyperglycémie	Action suggérée
Insuline périmée ou Insuline exposée à des températures extrêmes	Désactivez et enlevez le Pod usagé. Appliquez un nouveau Pod rempli à partir d'un nouveau flacon d'insuline.
Site de perfusion sur ou à proximité d'une cicatrice ou d'un grain de beauté	Désactivez et enlevez le Pod usagé. Appliquez un nouveau Pod à un autre endroit.

11 Vivre avec le diabète

Causes possibles d'hyperglycémie	Action suggérée
Site de perfusion infecté	Désactivez et enlevez le Pod usagé. Appliquez un nouveau Pod à un emplacement différent et consultez votre professionnel de santé.
Canule délogée	Désactivez et enlevez le Pod usagé. Appliquez un nouveau Pod à un autre endroit. Remarque : Évitez les sites à proximité d'une taille, d'une ceinture ou d'autres zones où des frottements pourraient déloger la canule.
Pod vide	Désactivez et enlevez le Pod usagé. Appliquez un nouveau Pod à un autre endroit.
Programme basal incorrect	Confirmez que le programme basal approprié est actif. Confirmez que l'heure du PDM est correctement réglée. Consultez votre professionnel de santé concernant l'ajustement de vos programmes basaux ou l'utilisation d'un débit basal temp.
Timing du bolus incorrect ou Bolus insuffisant	Vérifiez les glucides ingérés. Prenez le bolus avec les repas. Vérifiez votre glycémie avant d'administrer un bolus repas. Au besoin, ajustez le bolus. Demandez conseil à votre professionnel de santé.
Repas très protéiné ou très gras	Calculez la quantité de protéines/lipides ingérées et tenez-en compte dans le timing et le type de bolus. Consultez votre professionnel de santé concernant l'utilisation de l'option de bolus prolongé.
Activité physique inférieure à la normale	Consultez votre professionnel de santé concernant l'ajustement de vos programmes basaux ou l'utilisation d'un débit basal temp.

Causes possibles d'hyperglycémie	Action suggérée
Glycémie supérieure à 13,9 mmol/L (avec présence de corps cétoniques) avant une activité physique.	<p>Ne faites pas d'activité physique en présence de corps cétoniques.</p> <p>Remarque : La glycémie augmente en présence de corps cétoniques.</p> <p>Demandez conseil à votre professionnel de santé.</p>
Infection ou maladie ou Changement de traitement médicamenteux	<p>Reportez-vous à « Maladie », page 135.</p> <p>Consultez votre professionnel de santé concernant les directives pour les jours où vous êtes malade et les changements de traitement médicamenteux.</p>
Perte ou gain de poids ou Cycle menstruel ou Grossesse	<p>Demandez conseil à votre professionnel de santé.</p>

Acidocétose diabétique (ACD)

Les Pods utilisent de l'insuline à action rapide. Vous n'avez donc pas d'insuline à action prolongée dans votre organisme. En cas d'interruption de l'administration d'insuline par le Pod (occlusion), votre glycémie peut augmenter rapidement et provoquer une acidocétose diabétique (ACD). L'ACD est une urgence grave (mais évitable) pouvant survenir si vous ignorez une glycémie élevée.

Avertissements :

Non traitée, une ACD peut engendrer des difficultés respiratoires, un choc, un coma, voire la mort.

Si vous avez besoin d'une prise en charge urgente, demandez à un ami ou à un membre de votre famille de vous conduire aux urgences ou d'appeler une ambulance. Ne prenez pas le volant vous-même.

Symptômes de l'ACD

- Nausées et vomissements
- Douleurs abdominales
- Déshydratation
- Haleine fruitée
- Sécheresse de la peau ou de la langue
- Somnolence
- Tachycardie
- Gêne respiratoire

Les symptômes de l'ACD ressemblent fortement à ceux de la grippe. Avant de conclure que vous avez la grippe, vérifiez votre glycémie et contrôlez les corps cétoniques afin d'éliminer l'ACD.

Pour éviter une ACD

La manière la plus simple et la plus fiable d'éviter une ACD est de vérifier votre glycémie au moins 4 à 6 fois par jour. Des vérifications de routine vous permettent d'identifier et de traiter une glycémie élevée avant de développer une ACD.

Pour traiter une ACD

- Une fois que vous avez commencé à traiter une glycémie élevée, contrôlez les corps cétoniques. Contrôlez les corps cétoniques dès lors que votre glycémie est supérieure ou égale à 13,9 mmol/L.
- Si les corps cétoniques sont négatifs ou que seules des traces sont présentes, continuez de traiter la glycémie élevée.
- Si des corps cétoniques sont présents et que vous avez des nausées ou que vous vous sentez malade, appelez immédiatement votre professionnel de santé pour obtenir des instructions.
- Si les corps cétoniques sont positifs, mais que vous n'avez pas de nausées et que vous ne vous sentez pas malade, remplacez le Pod en utilisant un nouveau flacon d'insuline.
- Vérifiez de nouveau votre glycémie 2 heures plus tard. Si la glycémie n'a pas diminué, appelez immédiatement votre professionnel de santé pour obtenir des instructions.

Gestion des situations spéciales

Maladie

Tout stress physique peut entraîner une augmentation de votre glycémie. La maladie est un stress physique. Votre professionnel de santé peut vous aider à mettre en place un plan pour les jours où vous êtes malade. Voici quelques recommandations générales.

Lorsque vous êtes malade, vérifiez votre glycémie plus fréquemment afin d'éviter une ACD. Les symptômes de l'ACD ressemblent fortement à ceux de la grippe. Avant de conclure que vous avez la grippe, vérifiez votre glycémie afin d'éliminer l'ACD (reportez-vous à « Acidocétose diabétique (ACD) », page 133).

Conduite à tenir lorsque vous êtes malade :

- Traitez la maladie sous-jacente pour une guérison plus rapide.
- Mangez aussi normalement que possible.
- Si nécessaire, ajustez les doses bolus en fonction des changements dans les repas et les collations.
- Poursuivez l'administration d'insuline basale, même si vous ne parvenez pas à manger. Contactez votre professionnel de santé concernant les ajustements suggérés du débit basal les jours où vous êtes malade.
- Vérifiez votre glycémie toutes les 2 heures et consignez soigneusement les résultats.
- Contrôlez les corps cétoniques si votre glycémie est supérieure ou égale à 13,9 mmol/L.
- Consultez votre professionnel de santé concernant la prise éventuelle d'insuline supplémentaire les jours où vous êtes malade.
- Buvez beaucoup pour éviter la déshydratation.
- Appelez votre professionnel de santé si les symptômes persistent.

Activité physique, pratique sportive ou travail intensif

Vérifiez votre glycémie avant, pendant et après toute activité physique ou pratique sportive ou tout travail physique inhabituellement intensif.

L'adhésif du Pod le maintient en place en toute sécurité jusqu'à 3 jours. Toutefois, si nécessaire, plusieurs produits sont disponibles pour augmenter l'adhérence. Renseignez-vous sur ces produits auprès de votre professionnel de santé.

Évitez d'appliquer de la lotion pour le corps, des crèmes ou des huiles à proximité du site de perfusion, car ces produits peuvent favoriser le retrait de l'adhésif.

Pour certains sports de contact, il peut être recommandé de retirer le Pod.

11 Vivre avec le diabète

Veillez à vérifier votre glycémie avant de retirer le Pod et après en avoir appliqué un nouveau. Les Pods sont conçus pour un usage unique. N'essayez pas de ré-appliquer un Pod que vous avez retiré.

Conseil : *Si possible, prévoyez les heures de retrait de sorte qu'elles coïncident avec les remplacements de Pod planifiés.*

Si vous avez besoin de retirer le Pod pendant plus d'une heure, demandez à votre professionnel de santé de vous donner les recommandations appropriées.

Radiographies, IRM et scanners (TDM)

Le Pod et le PDM peuvent tolérer des interférences électromagnétiques et électrostatiques classiques, y compris les portiques de sécurité des aéroports et les téléphones portables.

Avertissement : Le Pod et le PDM peuvent être affectés par des radiations ou des champs magnétiques forts. Avant de subir un examen par radiographie, IRM ou scanner (TDM) (ou tout autre test ou procédure similaire), retirez votre Pod et mettez-le au rebut et placez votre PDM en dehors de la zone de traitement. Vérifiez auprès de votre professionnel de santé les directives de retrait du Pod.

Chirurgie ou hospitalisation

En cas d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale planifiée, informez le médecin/chirurgien ou le personnel de l'hôpital que vous portez un Pod. Il peut être nécessaire de le retirer pour certaines procédures ou certains traitements. N'oubliez pas de remplacer l'insuline basale non administrée pendant que le Pod est retiré. Votre professionnel de santé peut vous aider à vous préparer pour ces situations.

CHAPITRE 12

Compréhension du fonctionnement du PDM et du Pod

Interactions entre le PDM et le Pod

Cette section décrit la manière dont le PDM contrôle le Pod, ainsi que ce que peut faire le Pod sans commande du PDM.

Actions du Pod contrôlées par le PDM

Le Pod a besoin de recevoir une commande du PDM pour :

- être activé ou désactivé
- changer de programme basal
- lancer un bolus ou un débit basal temp
- annuler un bolus ou un débit basal temp
- suspendre ou reprendre l'administration d'insuline.

Activation du Pod

Les Pods sont en veille jusqu'à être activés par un PDM. Une fois activé, le Pod et le PDM l'ayant activé sont associés, ce qui signifie qu'ils peuvent uniquement communiquer entre eux, même si d'autres Pods ou PDM sont à portée. Pendant l'activation du Pod, le PDM transfère les détails du programme basal actif au Pod.

La portée de communication du PDM est réduite pendant l'activation. Par conséquent, le PDM doit toucher le Pod (à l'intérieur ou à l'extérieur de son plateau) pendant l'activation du Pod. Pour plus de sécurité, n'activez pas votre Pod à proximité d'une autre personne en train d'activer un Pod.

Distance maximale entre le PDM et le Pod après activation

Après activation, la portée de communication du PDM passe à 1,5 mètre (5 pieds). Si vous souhaitez administrer un bolus, changer le débit basal ou recevoir des mises à jour sur l'état du Pod, assurez-vous que le PDM se trouve à moins de 1,5 mètre (5 pieds) du Pod.

Lorsque vous n'utilisez pas activement le PDM, conservez-le à proximité, par exemple dans une poche de chemise ou dans un tiroir, une mallette ou un sac à main.

Vérifications de l'état : vérification du fonctionnement du Pod par le PDM

Le PDM vérifie régulièrement si le Pod fonctionne correctement. Ces « vérifications de l'état » sont réalisées dans les situations suivantes :

- Lorsque vous activez le PDM et que vous appuyez sur **Confirm** dans l'écran **ID**.

Remarque : L'activation du PDM en insérant une bandelette de test dans le lecteur de glycémie intégré ne déclenche pas de vérification de l'état.

- Lorsque vous accédez à l'écran **État**.
- Lorsque le PDM envoie une instruction au Pod ; par exemple, le lancement ou l'annulation d'un bolus ou d'un débit basal temp.
- Après 30 minutes d'inactivité, même si le PDM est éteint. En d'autres termes, après 30 minutes d'inactivité, le PDM se réveille et envoie une demande de vérification de l'état au Pod.

Remarque : Si le Pod est hors de portée, le PDM retourne en veille. Il n'émet aucune alarme, même si le Pod en émet une.

Remarque : Si l'arrêt automatique est activé, cette vérification de l'état après 30 minutes d'inactivité est désactivée. Cela empêche la vérification de l'état de réinitialiser le compte à rebours Arrêt automatique (reportez-vous à « Arrêt automatique », page 141).

Résultats de la vérification de l'état

Lors d'une vérification de l'état, le PDM recueille des informations du Pod sur les administrations de bolus, les débits basaux temp, le programme basal actif, le volume du réservoir, le délai avant péremption du Pod et toute alarme.

Le PDM affiche les résultats de la vérification de l'état comme suit :

- Si le Pod émet une alarme, le PDM affiche un message d'alarme au lieu de l'écran **État**.
- La barre d'en-tête de l'écran **État** affiche le niveau des piles du PDM et le volume actuel du réservoir du Pod (reportez-vous à « Indicateur de niveau d'insuline », page 7).
- L'écran **État** affiche des informations sur un bolus en cours ou terminé, la quantité d'insuline actuellement administrée (débit basal et bolus), la date et l'heure de péremption du Pod, ainsi que toute notification en cours.
- Si le PDM ne parvient pas à communiquer avec le Pod pour réaliser une vérification de l'état, le PDM affiche un message d'erreur de communication (reportez-vous à « Erreurs de communication du Pod », page 105).

Timing des alarmes et des notifications provenant du Pod


Si le Pod émet une alarme, le PDM émet également une alarme dès qu'il en prend connaissance. Il peut toutefois y avoir un délai avant que le PDM n'émette une alarme provenant du Pod.

- Si le PDM et le Pod sont à portée l'un de l'autre et si :
 - vous utilisez le PDM, celui-ci vérifie l'état du Pod. Si le PDM détecte que le Pod émet une alarme, le PDM émet une alarme dès que la vérification de l'état est terminée.
 - vous n'utilisez pas le PDM, l'alarme du PDM est retardée jusqu'à son réveil pour effectuer une vérification de l'état, soit jusqu'à 30 minutes.
- Si le PDM est hors de portée, il n'émet aucune alarme provenant du Pod, même si le Pod en émet une.

Par conséquent, si vous entendez une alarme du Pod, approchez votre PDM à portée de votre Pod et allumez votre PDM. Cela déclenche une vérification de l'état qui déclenche un message expliquant l'alarme.

Tout comme pour les alarmes, si une notification provient de votre Pod, il peut se passer jusqu'à 30 minutes avant qu'un PDM à portée commence à bipper.

Lorsque le PDM ne peut pas communiquer avec le Pod

Lorsque vous allumez votre PDM, il tente d'établir la communication avec le Pod actif. Habituellement, la communication est établie rapidement. Il arrive que la communication prenne plus de temps ; la barre d'en-tête de l'écran du PDM affiche l'icône de communication pendant ce délai : 

Le PDM ne peut pas communiquer avec le Pod dans les situations suivantes :

- Un câble USB est branché sur le port USB du PDM.
- Le PDM et le Pod sont distants de plus de 1,5 mètre (5 pieds).
- Les piles du PDM sont déchargées.
- Il y a trop d'interférences externes (reportez-vous à « Avis concernant les interférences et le système Omnipod® », page 167).

Pour des instructions concernant la gestion des problèmes de communication, reportez-vous à « Erreurs de communication du Pod », page 105.

Désactivation du Pod

La « désactivation » dissocie un PDM et un Pod. La désactivation a les conséquences suivantes :

- Cela interrompt l'administration d'insuline du Pod actuel.
- Cela arrête toute alarme de ce Pod de manière définitive.
- Cela libère le PDM pour l'activation d'un nouveau Pod.

Remarque : La désactivation n'a pas lieu automatiquement lorsque le Pod est périmé ou n'a plus d'insuline. Dans ces situations, vous devez également utiliser le PDM pour désactiver le Pod en cours avant que le PDM puisse activer un nouveau Pod.

Mise au rebut d'un Pod

Si le PDM ne parvient pas à « désactiver » le Pod, il vous demande si vous souhaitez « éliminer » le Pod. L'« élimination » rompt le lien entre le PDM et le Pod, de sorte que le PDM puisse en activer un nouveau, mais cela n'empêche pas le Pod d'administrer de l'insuline.

Si vous « éliminez » un Pod, assurez-vous de retirer et de mettre au rebut l'ancien Pod avant d'activer un nouveau Pod. Afin d'empêcher le Pod « éliminé » d'émettre une alarme par la suite, suivez les instructions pour arrêter l'alarme du Pod à la page 111. Si un Pod « éliminé » émet une alarme, celle-ci s'arrête au bout de 15 heures.

Actions du Pod entre les instructions du PDM

Une fois activé, le Pod peut réaliser les actions suivantes sans recevoir de commande du PDM :

- Administrer de l'insuline selon le programme basal actif. Le Pod a une horloge intégrée qui lui permet de suivre le minutage du programme basal.
- Arrêter l'administration d'un débit basal temp à l'heure prévue et reprendre l'administration du programme basal actif.
- Mener à bien l'administration d'un bolus ou d'un bolus prolongé.
- Suivre la quantité d'insuline restante à l'intérieur du Pod.
- Suivre le temps restant jusqu'à la péremption du Pod.
- Réaliser des autotests pour identifier un dysfonctionnement tel qu'une occlusion dans la canule. Émettre une alarme, au besoin.
- Arrêter l'administration d'insuline si la fonction Arrêt automatique est activée et si vous n'avez pas utilisé le PDM pendant la période définie (reportez-vous à « Arrêt automatique », page 141).

Autotests du PDM

Le PDM recherche des erreurs à chaque utilisation. Par ailleurs, une fois par jour, le PDM se réveille et réalise une série de tests d'autodiagnostic. Si les tests d'autodiagnostic détectent une erreur, le PDM émet une alarme de danger et affiche un message explicatif (reportez-vous à « Alarmes de danger », page 98).

Arrêt automatique

L'option Arrêt automatique est utile si vous êtes sujet(te) à l'hypoglycémie asymptomatique. Lorsque vous activez la fonction Arrêt automatique, vous définissez une durée pour le compte à rebours Arrêt automatique, qui déclenchera une alarme si vous n'utilisez pas votre PDM pendant cette période. (Pour activer ou désactiver l'arrêt automatique, reportez-vous à « Arrêt automatique du Pod », page 80.)

Réinitialisation du compte à rebours Arrêt automatique

Si n'importe quelle action déclenchant la communication entre le PDM et le Pod réinitialise le compte à rebours Arrêt automatique, une vérification de l'état reste la manière la plus simple de le faire. Une vérification de l'état est déclenchée chaque fois que vous allumez votre PDM et confirmez votre écran **ID**. Par conséquent, si Arrêt automatique est activé, assurez-vous que le PDM est à portée du Pod, puis allumez votre PDM et confirmez votre écran **ID** fréquemment pour réinitialiser le minuteur et empêcher l'alarme de se déclencher.

Conseil : Si Arrêt automatique est activé, lancez vos tests de glycémie en allumant le PDM plutôt qu'en insérant une bandelette de test dans le port de bandelette de test. L'activation de votre PDM en insérant une bandelette de test de glycémie dans le port de bandelette de test ne réinitialise pas le compte à rebours Arrêt automatique et n'empêche donc pas le déclenchement de l'alarme Arrêt automatique.

Alarme d'alerte Arrêt automatique

Si vous n'avez pas utilisé votre PDM dans le délai spécifié par le compte à rebours Arrêt automatique, le Pod et le PDM émettent une alarme d'alerte chaque minute pendant 15 minutes. Le PDM affiche également un message à l'écran.

Avertissement : L'alarme d'alerte Arrêt automatique se transforme en alarme de danger Arrêt automatique si elle est ignorée, entraînant la désactivation de votre Pod. Assurez-vous de réagir à l'alarme d'alerte lorsqu'elle survient.

Alarme de danger Arrêt automatique

Si vous n'utilisez pas votre PDM dans les 15 minutes du déclenchement de l'alarme d'alerte Arrêt automatique, le Pod cesse d'administrer de l'insuline et émet une alarme de danger. Appuyez sur **OK** pour arrêter l'alarme et désactiver votre Pod.

Administration d'insuline basale

Même en dehors des repas, notre organisme a besoin d'une petite quantité constante d'insuline pour vivre normalement au quotidien. On parle d'insuline « basale ». Chez les personnes non diabétiques, le pancréas sécrète cette insuline basale en permanence. Pour les personnes utilisant le système de gestion d'insuline Omnipod®, le Pod simule un pancréas en bonne santé en administrant l'insuline basale au débit programmé sur le PDM.

Environ 50 % de la dose d'insuline quotidienne d'une personne provient généralement de l'insuline basale ; les 50 % restants proviennent des doses bolus.


Cette section décrit les deux modes d'administration continue d'insuline basale du système de gestion d'insuline Omnipod® : les programmes basaux et les débits basaux temp.

Programmes basaux

Un débit basal est le nombre d'unités d'insuline administrées par heure.

Un segment basal définit la période de la journée pendant laquelle un segment basal donné est administré.

Un ensemble de segments basaux couvrant une période qui va de minuit à minuit est appelée « programme basal ». En d'autres termes, un programme basal décrit le débit d'administration d'insuline sur 24 heures.




Les besoins en insuline varient au cours de la journée. Par conséquent, la plupart des personnes définissent leurs débits basaux de sorte à administrer plus ou moins d'insuline à certains moments de la journée. Par exemple, vous pouvez administrer un débit d'insuline plus faible pendant la nuit et un débit plus élevé pendant la journée. Ce graphique représente un programme basal avec trois segments basaux.

Pour créer le programme basal illustré dans le graphique précédent, vous devez programmer les segments basaux suivants sur le PDM :

Segment	Débit basal	
1: Minuit–10 h 00	0,20 U/h	Entre minuit et 10 h 00, le Pod administre 0,20 unité d'insuline par heure.
2: 10:00–14:00	0,60 U/h	Entre 10 h 00 et 14 h 00, le Pod administre 0,60 unité d'insuline par heure.
3: 14 h 00–minuit	0,30 U/h	Entre 14 h 00 et minuit, le Pod administre 0,30 unité d'insuline par heure.

Vous pouvez avoir différentes routines selon les jours de la semaine ; par exemple, votre routine du week-end peut être différente de votre routine des jours de semaine. Pour tenir compte de ces changements prévisibles dans votre routine, vous pouvez créer jusqu'à sept programmes basaux différents (reportez-vous à « Programmes basaux », page 67). Ce graphique présente deux programmes basaux possibles, l'un pour les jours de semaine et l'autre pour les week-ends.



Débits basaux temporaires

La possibilité de définir des débits basaux temporaires, ou « débits basaux temp », est une fonction importante du système de gestion d'insuline Omnipod®. Un débit basal temp vous permet de remplacer le programme basal actuellement actif en définissant un débit basal différent pour une durée prédéterminée.

Par exemple, si vous partez faire du ski de randonnée pendant plusieurs heures, vous pouvez définir un débit basal temp qui réduit votre débit basal pendant et après cette activité physique (reportez-vous à « Utilisation des débits basaux temporaires », page 57).

Les débits basaux temp peuvent durer de 30 minutes à 12 heures. Au terme de la durée définie, le Pod revient automatiquement au programme basal actif.


12 Compréhension du fonctionnement du PDM et du Pod

Réglages du débit basal temp : unités par heure (U/h) ou pourcentage (%)

Les débits basaux temp peuvent être définis en pourcentage (%) ou en unités par heure (U/h).

Si les débits basaux temp sont définis en unités par heure (U/h), le Pod administre l'insuline à un débit fixe pour toute la durée du débit basal temp. En d'autres termes, les détails du programme basal actuellement planifié sont ignorés pendant ces débits basaux temp (reportez-vous aux deux graphiques du haut dans la figure suivante).

Si les débits basaux temp sont définis en pourcentage (%), l'administration d'insuline suit le schéma défini par le programme basal actuellement planifié en augmentant ou en diminuant l'administration d'insuline selon le pourcentage spécifié. Par exemple, la figure suivante montre qu'une augmentation de 50 % relève l'administration d'insuline du programme basal de 50 %, tandis qu'une diminution de 50 % l'abaisse de 50 %.



L'augmentation de 50 % du débit basal temp dans la figure précédente est calculée comme suit :

Limites des segments*	Débit basal du programme basal (U/h)	Augmentation de 50 % (U/h)	Débit basal temp résultant : (U/h)
Minuit–7 h 00	0,20		
7:00–10:00	0,20	$0,20 \times 50 \% = 0,10$	$0,20 + 0,10 = 0,30$
10:00–14:00	0,60	$0,60 \times 50 \% = 0,30$	$0,60 + 0,30 = 0,90$
14:00–16:30	0,30	$0,30 \times 50 \% = 0,15$	$0,30 + 0,15 = 0,45$
Minuit–16 h 30	0,30		

* Les segments sont définis par le programme basal actuellement planifié.

Limites du débit basal temp

Débits basaux temp interdits (%) : en mode pourcentage (%), vous ne pouvez pas définir un débit basal temp entraînant un débit inférieur à 0,05 U/h. Par exemple, si le débit d'un segment basal est de 0,10 U/h, vous ne pouvez pas créer un débit basal temp de 60 % de moins, car cela donnerait un débit de 0,04 U/h.

Vous ne pouvez pas non plus définir un débit basal temp de 0 %, car cela ne modifierait pas du tout le programme basal actif.

Débit basal temp maximum (%) : En mode pourcentage (%), vous pouvez définir le débit basal temp jusqu'à 95 % de plus que le débit de votre programme basal actif, à l'exception suivante : vous ne pouvez pas définir un débit basal temp qui dépasserait votre débit basal maximum dans n'importe quel segment couvert par la période du débit basal temp.

Débit basal temp maximum (U/h) : Avec un débit fixe (U/h), vous ne pouvez pas définir de débit basal temp supérieur à votre débit basal maximum.

Utilisation de débits basaux temp pour désactiver l'administration d'insuline basale

basale : Vous pouvez définir un débit basal temp pour désactiver l'administration d'insuline basale pendant une période donnée. Cela survient si vous réduisez le débit basal temp jusqu'à ce que l'écran affiche « Arrêt ». Le Pod émet des bips au début et à la fin d'une période de débit basal temp sans insuline basale. Vous pouvez toujours administrer des bolus lorsque vous utilisez un débit basal temp pour désactiver l'administration d'insuline basale.

***Conseil :** Le fait de désactiver l'administration d'insuline basale de cette façon, plutôt qu'en utilisant les fonctions Suspendre et Recommencer, est utile si vous souhaitez que votre programme basal reprenne automatiquement au terme du débit basal temp (reportez-vous à « Méthodes d'interruption temporaire de l'administration d'insuline », page 146).*

Préréglages de débit basal temp

Certains changements temporaires dans votre routine quotidienne sont faciles à prévoir, et vous savez peut-être d'expérience comment ils affectent vos besoins en insuline. Par exemple, vous pouvez participer à un championnat de football pendant l'été ou assister occasionnellement à un cours de fitness. Les changements hormonaux mensuels des femmes peuvent affecter leur glycémie de manière prévisible.

Pour tenir compte des changements à court terme prévisibles, vous pouvez définir des préréglages de débit basal temp (reportez-vous à « Préréglages de débit basal temp », page 70). Une fois enregistré, un préréglage de débit basal temp peut être activé rapidement par la suite (reportez-vous à « Activation d'un préréglage de débit basal temp », page 59).

Méthodes d'interruption temporaire de l'administration d'insuline

Il peut arriver que vous souhaitiez interrompre toute administration d'insuline, ou au moins l'administration d'insuline basale, pendant une durée donnée. Si vous ne souhaitez pas éliminer votre Pod actuel, vous pouvez demander une suspension temporaire de l'administration d'insuline de l'une des deux manières suivantes :

- Suspendre l'administration d'insuline (via Accueil > Suspend)
- Sélectionner une diminution du débit basal temp jusqu'à Arrêt (via Accueil > Débit basal temp)

Le tableau suivant compare ces deux options pour interrompre temporairement l'administration d'insuline.


	Suspendre l'insuline	Débit basal temp sur « Arrêt »
Effet sur l'administration d'insuline basale et bolus	Aucune administration basale Aucune administration de bolus	Aucune administration basale Bolus autorisés
Durée minimale d'interruption de l'insuline	30 min	30 min
Durée maximale d'interruption de l'insuline	2 h	12 h
L'administration d'insuline reprend automatiquement	Non	Oui
Affichage à l'écran au terme de la durée spécifiée	« Fin de suspension d'insuline. Appuyer sur « Ok » pour recommencer l'administration du débit basal. »	L'écran État indique que le programme basal est actif.

	Suspendre l'insuline	Débit basal temp sur « Arrêt »
Émissions de bips pendant la suspension de l'insuline	Toutes les 15 min	Au début, puis toutes les 60 min
Émission de bips au terme de la durée spécifiée	Toutes les 15 min jusqu'à ce que vous appuyiez sur Recommencer	Un bip, puis l'insuline reprend automatiquement
Utilisation exigée pour	Modifier un programme basal actif Changer l'heure ou la date Tester la fonction alarme et vibreur	L'utilisation n'est jamais requise
Comment annuler	Accueil > Recommencer	Accueil > Suspendre/annuler

Bolus immédiats et prolongés

Un bolus est une dose d'insuline supplémentaire administrée en plus du débit basal continu d'insuline. Les bolus servent à faire baisser les niveaux élevés de glycémie et à gérer les glucides ingérés lors d'un repas.

Vous pouvez administrer la totalité du bolus en même temps. On parle alors de « bolus immédiat », ou simplement de « bolus ». Sinon, vous pouvez étaler l'administration de tout ou partie d'un bolus repas sur une période donnée. On parle dans ce cas de « bolus prolongé ».



Vous pouvez prolonger un bolus si votre repas était riche en lipides ou en protéines, car de tels aliments ralentissent la digestion et donc l'augmentation post-repas de votre glycémie.

Avertissement : Lors de l'utilisation de la fonction de bolus prolongé, vérifiez plus fréquemment votre glycémie pour éviter une hypoglycémie ou une hyperglycémie.

Bolus calculés manuellement

Un bolus calculé manuellement est un bolus que vous avez vous-même calculé, sans l'aide du calculateur de bolus. Les bolus calculés manuellement peuvent être utilisés lorsque le calculateur de bolus est arrêté ou désactivé (reportez-vous à « Bolus maximum », page 149). Consultez votre professionnel de santé pour avoir des instructions sur la manière de calculer un bolus.

Vous pouvez prolonger un seul ou tous les bolus calculés manuellement.

Si vous administrez fréquemment une certaine quantité de bolus, vous pouvez créer des préréglages de bolus (reportez-vous à « Préréglages bolus », page 78) qui peuvent être activés rapidement par la suite.

Remarque : Vous pouvez uniquement utiliser les préréglages de bolus si le calculateur de bolus est arrêté.

Calculateur de bolus

Le calculateur de bolus du PDM peut effectuer une bonne partie des calculs de bolus à votre place. Le calculateur de bolus utilise vos réglages personnels et tient compte de toute insuline résiduelle provenant des bolus précédents (on parle d'insuline active, ou InA).

Bolus issus du calculateur de bolus


Lors du calcul d'un bolus, le calculateur de bolus tient compte des deux composants suivants :

- **Bolus de correction :** Utilisé pour abaisser la glycémie lorsqu'elle devient trop élevée.
- **Bolus repas :** Utilisé pour gérer les glucides ingérés lors d'un repas.

Bolus prolongés

Lors de l'utilisation du calculateur de bolus, vous pouvez prolonger certains ou l'ensemble des bolus repas, mais un bolus de correction ne peut pas être prolongé. Tout bolus de correction est toujours administré en premier. Dans l'exemple suivant, trois unités d'insuline sont prolongées :

Bolus total = 5 unités (1 unité de bolus de correction + 4 unités de bolus repas)



Bolus maximum

Le PDM ne vous permet pas d'augmenter un bolus au-delà de votre réglage de bolus maximum. Toutefois, si cela est nécessaire pour couvrir votre glycémie et les glucides ingérés pendant un repas, le calculateur de bolus peut suggérer un bolus supérieur à votre bolus maximum. Le cas échéant, l'écran affiche un message vous informant que le bolus suggéré est supérieur à votre réglage de bolus maximum.

Contrôle de la quantité de bolus

Le calculateur de bolus est un outil pratique, mais c'est vous qui contrôlez au final la quantité de bolus à administrer. Une fois que le calculateur de bolus a suggéré une quantité de bolus, vous pouvez confirmer le bolus suggéré, l'augmenter ou le diminuer.

Lorsque le calculateur de bolus ne fonctionne pas

Le calculateur de bolus ne fonctionne pas lorsqu'il est « désactivé » ou « arrêté ». Vous contrôlez quand le calculateur de bolus est en marche ou arrêté, mais c'est le PDM qui contrôle quand il est désactivé. Il peut uniquement être désactivé s'il est en marche.

Si vous arrêtez le calculateur de bolus, le PDM ne suit pas l'InA et ne suggère pas de bolus.

Si vous mettez le calculateur de bolus en marche, le PDM peut le désactiver dans quelques situations. Désactivé, le calculateur de bolus est temporairement incapable de calculer un bolus suggéré. Il peut toutefois suivre l'InA lorsqu'il est désactivé.

Le calculateur de bolus est désactivé dans les situations suivantes :

- Votre relevé de glycémie est inférieur à votre GL minimale pour les calculs ou indique « ÉLEVÉ ». Le calculateur de bolus reste désactivé jusqu'à ce que votre relevé de glycémie revienne dans la plage admise ou pendant dix minutes, au premier des deux termes échu.
- Il y a un bolus non confirmé lorsque le PDM élimine un Pod. Le calculateur de bolus reste désactivé jusqu'à ce que la durée totale d'action de l'insuline se soit écoulée.
- Vous changez l'heure ou la date, ou l'horloge interne est réinitialisée. Le calculateur de bolus reste désactivé jusqu'à ce que la durée totale d'action de l'insuline se soit écoulée.
- Un câble USB est branché. Le calculateur de bolus reste désactivé jusqu'à ce que vous débranchiez le câble USB.

Le calculateur de bolus est *partiellement* désactivé dans les situations suivantes :

- Le lecteur de glycémie intégré est trop chaud ou trop froid pendant un test de glycémie. Le cas échéant, le calculateur de bolus ne calcule aucun bolus de correction tant que la température de fonctionnement du PDM n'est pas revenue dans une plage normale. Il peut toutefois calculer un bolus repas.

Facteurs utilisés dans les calculs du calculateur de bolus

Le calculateur de bolus calcule un bolus total en s'appuyant sur les facteurs suivants :

- Votre glycémie actuelle, votre glycémie cible, votre seuil « Corriger si supérieur à » et votre facteur de correction
- Les glucides que vous êtes sur le point d'ingérer et votre rapport I/G
- La durée d'action de l'insuline et votre insuline active (InA)
- Votre GL minimale pour les calculs
- La correction inverse, si elle est activée

Glycémie cible

Lorsqu'il calcule un bolus de correction, le calculateur de bolus vise à maintenir votre glycémie à votre glycémie cible.

Seuil « Corriger si supérieur à »

Le calculateur de bolus suggère uniquement un bolus de correction si votre glycémie est supérieure à votre réglage « Corriger si supérieur à ». Cette fonction peut empêcher les corrections si la glycémie n'est que légèrement supérieure à votre glycémie cible.

Insuline active

L'insuline active (InA) est la quantité d'insuline provenant de précédents bolus qui est toujours active dans votre organisme. L'InA de bolus de correction précédents est appelée InA de correction. L'InA de bolus repas précédents est appelée InA repas.

Lorsqu'il calcule un nouveau bolus, le calculateur de bolus peut réduire le bolus suggéré en fonction de l'InA.

Le temps pendant lequel l'insuline reste « active » est fonction de votre réglage de la durée d'action de l'insuline.

Remarque : Le calculateur de bolus soustrait uniquement l'InA d'un bolus suggéré si votre glycémie actuelle est connue. Vous devez toujours tester votre glycémie avant d'administrer un bolus.

Durée d'action de l'insuline

Le calculateur de bolus utilise votre réglage de la durée d'action de l'insuline pour calculer l'insuline active provenant de bolus précédents.

GL minimale pour les calculs

Le calculateur de bolus ne suggère pas de bolus si votre relevé de glycémie est inférieur à votre GL minimale pour les calculs.


Correction inverse

Si le paramètre Correction inverse est activé et que votre glycémie est inférieure à votre glycémie cible, le calculateur de bolus soustrait une quantité de correction de la portion repas du bolus. Cette fonction permet d'allouer une portion d'un repas à venir pour relever une glycémie basse.

Si le paramètre Correction inverse est désactivé, le calculateur de bolus suggère la totalité du bolus repas, même si votre glycémie est inférieure à votre glycémie cible.

Limites des suggestions du calculateur de bolus

Le graphique ci-dessous illustre les limites entre les types de calculs réalisés par le calculateur de bolus. Par exemple, le calculateur de bolus suggère un bolus repas mais pas de bolus de correction si votre glycémie est comprise entre votre glycémie cible et votre réglage « Corriger si supérieur à ». Si votre glycémie est supérieure à 27,8 mmol/L, le relevé est enregistré comme étant « ÉLEVÉ » et le calculateur de bolus ne peut pas calculer de bolus.



Équations du calculateur de bolus

Le calculateur de bolus calcule d'abord un bolus de correction et un bolus repas préliminaires. Il ajuste ensuite ces valeurs préliminaires en fonction de l'InA, le cas échéant. Le bolus suggéré final est égal à la somme du bolus de correction et du bolus repas qui en résultent.

Calculs de bolus préliminaires

$$\text{Bolus de correction préliminaire} = \frac{\text{Glycémie actuelle} - \text{Glycémie cible}}{\text{Facteur de correction}}$$

Exemple : Glycémie cible : 5,6 mmol/L, glycémie actuelle : 11,2 mmol/L,
Facteur de correction (FC) : 2,8

$$\frac{11,2 \text{ mmol/L [actuelle]} - 5,6 \text{ mmol/L [cible]}}{2,8 \text{ [FC]}} = 2 \text{ U de bolus de correction préliminaire}$$

$$\text{Bolus repas préliminaire} = \frac{\text{Glucides ingérés}}{\text{Rapport insuline/glucides (I/G)}}$$

Exemple : Glucides ingérés : 45 grammes de glucides, rapport I/G : 15

$$\frac{45 \text{ (glucides)}}{15 \text{ (rapport I/G)}} = 3 \text{ U de bolus repas préliminaire}$$

Calcul de bolus avec correction inverse : Si la fonction Correction inverse est activée et que votre glycémie actuelle est inférieure à votre glycémie cible mais supérieure à la GL minimale pour les calculs, le calculateur de bolus soustrait une quantité de correction du bolus repas préliminaire.

$$\text{Bolus repas avec correction inverse} = \text{Correction inverse} + \text{bolus repas prélim.}$$

Exemple : Glycémie cible : 5,6 mmol/L, Glycémie actuelle : 4,2 mmol/L,
Facteur de correction : 2,8, Bolus repas préliminaire : 1,5 U

$$\frac{4,2 \text{ mmol/L [actuelle]} - 5,6 \text{ mmol/L [cible]}}{2,8 \text{ [FC]}} = -0,5 \text{ U de correction inverse}$$

$$-0,5 \text{ U (correction inverse)} + 1,5 \text{ U (bolus repas prélim.)} = 1,0 \text{ U de bolus repas}$$

Une correction inverse s'applique uniquement au bolus repas. Le bolus repas est réduit de 0,5 unité.

Calculs de l'insuline active (InA)

$$\frac{\text{Durée d'action de l'insuline} - \text{temps depuis le précédent bolus}}{\text{Durée d'action de l'insuline}} \times \text{précédent bolus}$$

L'InA d'un bolus de correction précédent est appelée « InA de correction ».

L'InA d'un bolus repas précédent est appelée « InA repas ».

Exemple d'InA de correction

Durée d'action de l'insuline : 3 heures

Temps depuis le précédent bolus de correction : 1 heure

Précédent bolus de correction : 3 U

$$\frac{3 \text{ heures} - 1 \text{ heure}}{3 \text{ heures}} \times 3 \text{ U} = 2 \text{ U d'InA de correction}$$

En d'autres termes, une heure après votre précédent bolus de correction, votre organisme a seulement utilisé 1 unité du bolus de correction. La quantité restante d'insuline (2 unités) se trouve toujours dans votre organisme et agit pour corriger votre glycémie. La prise en compte de l'InA dans les calculs de bolus évite d'administrer une trop grande quantité d'insuline pour corriger une glycémie élevée ou lors d'un repas.

Exemple d'InA repas

Durée d'action de l'insuline : 3 heures

Temps depuis le précédent bolus repas : 2 heures

Précédent bolus repas : 4,5 U

$$\frac{3 \text{ heures} - 2 \text{ heures}}{3 \text{ heures}} \times 4,5 \text{ U} = 1,5 \text{ U d'InA repas}$$

En d'autres termes, deux heures après votre précédent bolus repas, votre organisme a utilisé 3 unités d'insuline du bolus repas. La quantité restante d'insuline (1,5 unité) se trouve toujours dans votre organisme et agit pour couvrir votre repas.

L'InA repas est uniquement utilisée pour réduire un bolus de correction ; elle ne réduit pas un nouveau bolus repas. Le bolus de correction est uniquement réduit jusqu'à 0 unité.

Calculs du bolus suggéré final

Bolus de correction = (bolus de correction préliminaire – InA repas) – InA de correction

Remarque : Le bolus de correction n'est jamais réduit en deçà de 0 U. Toute InA de correction non utilisée dans le calcul ci-dessus est reportée dans les calculs ultérieurs.

Bolus repas = bolus repas préliminaire – InA de correction non utilisée

Bolus suggéré = bolus de correction + bolus repas

Exemples de calculateur de bolus

Exemple 1 : Repas, glycémie supérieure à la cible, pas d'InA

Glycémie cible (cible) :	5,6 mmol/L
Glycémie actuelle (actuelle) :	8,4 mmol/L
Rapport I/G :	1:15
Facteur de correction (FC) :	2,8
Glucides ingérés :	45 grammes de glucides
InA repas :	0 U
InA de correction :	0 U

Bolus de correction

$$\frac{8,4 \text{ mmol/L [actuelle]} - 5,6 \text{ mmol/L [cible]}}{2,8 \text{ [FC]}} = 1 \text{ U de bolus de correction préliminaire}$$

Bolus repas

$$\frac{45 \text{ (glucides)}}{15 \text{ (rapport I/G)}} = 3 \text{ U de bolus repas préliminaire}$$

Remarque : Il n'y a pas d'InA, si bien que le bolus de correction et le bolus repas préliminaires ne sont pas réduits.

Dose du bolus suggéré

$$= 1 \text{ U de bolus de correction} + 3 \text{ U de bolus repas} = 4 \text{ U d'insuline}$$

Exemple 2 : Pas de repas, glycémie supérieure à la cible, 1 U d'InA repas, 1 U d'InA de correction

Glycémie cible (cible) :	5,6 mmol/L
Glycémie actuelle (actuelle) :	8,4 mmol/L
Rapport I/G :	1:15
Facteur de correction (FC) :	2,8
Glucides ingérés :	0 gramme de glucides
InA repas :	1 U
InA de correction :	1 U

Bolus de correction préliminaire

$$\frac{8,4 \text{ mmol/L [actuelle]} - 5,6 \text{ mmol/L [cible]}}{2,8 \text{ [FC]}} = 1 \text{ U de bolus de correction préliminaire}$$

Bolus repas préliminaire

$$\frac{0 \text{ (glucides)}}{15 \text{ (rapport I/G)}} = 0 \text{ U de bolus repas préliminaire}$$

Bolus de correction

$$= 1 \text{ U de correction préliminaire} - 1 \text{ U d'InA repas} - 1 \text{ U d'InA de correction} \\ = 0 \text{ U}$$

Remarque : Un bolus ne peut jamais être inférieur à zéro, c'est pourquoi le bolus de correction est de zéro (et non -1). Toutefois, il y a une unité d'InA de correction non utilisée (restante).

Bolus repas

$$= 0 \text{ U de bolus repas préliminaire} - 1 \text{ U d'InA de correction non utilisée} \\ = 0 \text{ U (car un bolus ne peut jamais être inférieur à zéro)}$$

Dose du bolus suggéré

$$= 0 \text{ U de bolus de correction} - 0 \text{ U de bolus repas} \\ = 0 \text{ U d'insuline}$$

Exemple 3 : Repas, glycémie dans la cible, 1 U d'InA repas

Glycémie cible (cible) :	5,6 mmol/L
Glycémie actuelle (actuelle) :	5,6 mmol/L
Rapport I/G :	1:15
Facteur de correction (FC) :	2,8
Glucides ingérés :	45 grammes de glucides
InA repas :	1 U
InA de correction :	0 U

Bolus de correction préliminaire

$$\frac{5,6 \text{ mmol/L [actuelle]} - 5,6 \text{ mmol/L [cible]}}{2,8 [\text{FC}]} = 0 \text{ U de bolus de correction préliminaire}$$

Bolus repas préliminaire

$$\frac{45 (\text{glucides})}{15 (\text{rapport I/G})} = 3 \text{ U}$$

Bolus de correction

$$\begin{aligned} &= 0 \text{ U de correction préliminaire} - 1 \text{ U d'InA repas} - 0 \text{ U d'InA de correction} \\ &= 0 \text{ U (car un bolus ne peut jamais être inférieur à zéro)} \end{aligned}$$

Bolus repas

$$\begin{aligned} &= 3 \text{ U de bolus repas préliminaire} - 0 \text{ U d'InA de correction non utilisée} \\ &= 3 \text{ U} \end{aligned}$$

Remarque : Une InA repas n'est jamais soustraite d'un bolus repas. Elle est uniquement soustraite d'un bolus de correction.

Dose du bolus suggéré

$$\begin{aligned} &= 0 \text{ U de bolus de correction} + 3 \text{ U de bolus repas} \\ &= 3 \text{ U d'insuline} \end{aligned}$$

Exemple 4 : Repas, glycémie supérieure à la cible, 1 U d'InA de correction

Glycémie cible (cible) :	5,6 mmol/L
Glycémie actuelle (actuelle) :	8,4 mmol/L
Rapport I/G :	1:15
Facteur de correction (FC) :	2,8
Glucides ingérés :	60 grammes de glucides
InA repas :	0 U
InA de correction :	1 U

Bolus de correction préliminaire

$$\frac{8,4 \text{ mmol/L [actuelle]} - 5,6 \text{ mmol/L [cible]}}{2,8 \text{ [FC]}} = 1 \text{ U de bolus de correction préliminaire}$$

Bolus repas préliminaire

$$\frac{60 \text{ (glucides)}}{15 \text{ (rapport I/G)}} = 4 \text{ U}$$

Bolus de correction

$$\begin{aligned} &= 1 \text{ U de correction préliminaire} - 0 \text{ U d'InA repas} - 1 \text{ U d'InA de correction} \\ &= 0 \text{ U} \end{aligned}$$

Bolus repas

$$\begin{aligned} &= 4 \text{ U de bolus repas préliminaire} - 0 \text{ U d'InA de correction non utilisée} \\ &= 4 \text{ U} \end{aligned}$$

Dose du bolus suggéré :

$$\begin{aligned} &= 0 \text{ U de bolus de correction} + 4 \text{ U de bolus repas} \\ &= 4 \text{ U d'insuline} \end{aligned}$$

Règles du calculateur de bolus

Le calculateur de bolus applique les règles suivantes aux doses de bolus suggéré :

- Les doses de bolus suggéré sont arrondies au multiple de 0,05 U inférieur le plus proche.
- Si le résultat du calcul du bolus suggéré (bolus de correction plus bolus repas) est inférieur à zéro, la dose de bolus suggéré est de 0,00 U.
- Le calculateur de bolus ne suggère pas de dose de bolus si votre relevé de glycémie actuel est inférieur à votre GL minimale pour les calculs.
- Le calculateur de bolus suggère un bolus de correction uniquement lorsque votre glycémie est supérieure à votre seuil « Corriger si supérieur à ».
- L'InA repas, qui correspond à l'insuline active d'un précédent bolus repas, est d'abord soustraite du bolus de correction actuel (le cas échéant) jusqu'à ce que le bolus de correction soit nul. Toutefois, une InA repas résiduelle n'est *jamais* soustraite du bolus repas actuel.
- L'InA de correction, qui correspond à l'insuline active d'un précédent bolus de correction, est ensuite soustraite du bolus de correction actuel (s'il n'est pas nul à ce stade) jusqu'à ce que le bolus de correction soit nul. À ce stade, toute InA de correction résiduelle est soustraite du bolus repas actuel.
- L'insuline active calculée est arrondie au multiple de 0,05 U supérieur le plus proche.
- Une correction inverse s'applique uniquement si le bolus repas est supérieur à 0,00 U.
- Si votre glycémie est inférieure à votre glycémie cible et si la correction inverse est activée, le bolus de correction inverse est soustrait du bolus repas suggéré. Si la correction inverse est désactivée, le calculateur de bolus ne soustrait pas l'insuline de la dose de bolus repas suggéré.

Si vous augmentez ou réduisez manuellement le bolus suggéré, les règles suivantes s'appliquent :

- Si vous augmentez un bolus suggéré, l'augmentation est appliquée au bolus repas. En l'absence de bolus repas, elle est appliquée au bolus de correction.
- Si vous réduisez un bolus suggéré, la réduction est appliquée au bolus repas jusqu'à ce qu'il atteigne zéro, puis elle est appliquée au bolus de correction. En l'absence de bolus repas, la réduction s'applique au bolus de correction.

Annexe

Résumé des réglages et des options

Les options pour les différents réglages du système de gestion d'insuline Omnipod® sont présentées ci-après :

Heure	Horloge 12 heures ou 24 heures
Date	MM/JJ/AA JJ/MM/AA MM.JJ.AA JJ.MM.AA AA-MM-JJ
Débit basal maximum	0,05-30 U/h. Le réglage par défaut est 3,00 U/h.
Débit basal	U/h. Plage : De 0,05 U/h au débit basal maximum par incrément de 0,05 U/h.
Programmes basaux	7
Segments de débit basal	24 par programme
Débit basal temp	%, U/h ou Arrêt. Le réglage par défaut est Arrêt Durée : De 30 min à 12 h par incrément de 30 min
Débit basal temp (défini sur %)	Plage : De 0 U/h (« Arrêt ») à 95 % de PLUS que le débit basal actuel par incrément de 5 %. Ne peut pas être supérieur au débit basal maximum.
Débit basal temp (défini sur U/h)	Plage : De 0 U/h (« Arrêt ») au débit basal maximum
Préréglages de débit basal temp	7
Plage d'objectif glycémique pour l'historique de glycémie	Limites inférieure et supérieure : de 3,9 à 11,1 mmol/L par incrément de 0,1 mmol/L
Rappel de GL	Marche ou Arrêt. Le réglage par défaut est Arrêt. Maximum de 4 actifs simultanément Le rappel peut survenir entre 30 min et 4 h après le début du bolus. Défini par incrément de 15 minutes.
Rappel personnalisé	Maximum de 4. Défini sur Quotidien, Une fois seulement, Arrêt
Tonalité du lecteur de glycémie	Marche ou Arrêt. Le réglage par défaut est Marche.
Calculateur de bolus	Marche ou Arrêt. Le réglage par défaut est Marche.
Valeur de glycémie cible	8 segments ; de 3,9 à 11,1 mmol/L par incrément de 0,1 mmol/L
Seuil « Corriger si supérieur à »	8 segments ; de la glycémie cible à 11,1 mmol/L par incrément de 0,1 mmol/L

GL minimale pour les calculs	de 2,8 à 3,9 mmol/L par incrément de 0,1 mmol/L Le réglage par défaut est 3,9 mmol/L
Rapport insuline/glucides (I/G)	8 segments ; de 1 à 150 g de glucides/U par incrément de 1 g de glucides/U
Facteur de correction (sensibilité)	8 segments ; de 0,1 à 22,2 mmol/L par incrément de 0,1 mmol/L
Correction inverse	Marche ou Arrêt. Le réglage par défaut est Marche.
Durée d'action de l'insuline	De 2 à 6 heures par incrément de 30 minutes
Incrément bolus	0,05, 0,1, 0,5 ou 1,0 U. Le réglage par défaut est 0,1 U.
Bolus maximum	De 0,10 à 30 U par incrément de 0,05 U. Le réglage par défaut est 10 U.
Bolus prolongé	%, Unités ou Arrêt. Le réglage par défaut est Arrêt De 30 minutes à 8 heures par incrément de 30 minutes
Préréglage bolus	Max de 7. Ne peut pas être supérieur au bolus maximum.
Préréglage de glucide	Max de 36. Plage : 0-300 g
Suspend	De 30 minutes à 2 heures
Alerte de réservoir bas	De 10 à 50 U par incrément de 5 unités. Le réglage par défaut est 10,0 U
Notification de péremption du Pod	De 1 à 24 heures par incrément de 1 heure. Le réglage par défaut est 4 heures
Minuteur d'arrêt automatique	Arrêt ou de 1 à 24 heures par incrément de 1 heure. Le réglage par défaut est Arrêt
Verrouillage du PDM	Marche ou Arrêt. Le réglage par défaut est Arrêt
Conservation de l'historique	5 400 entrées/90 jours

Caractéristiques du Pod

Dimensions : Largeur 3,9 cm x Longueur 5,2 cm x Hauteur 1,45 cm (1,53" x 2,05" x 0,57")

Poids (sans insuline) : 25 g (0,88 oz)

Plage de températures de fonctionnement : Environnement de fonctionnement du Pod de 4,4 °C à 40 °C (de 40 °F à 104 °F).

Remarque : La température du Pod s'équilibre entre 22,7 °C et 37 °C (entre 73 °F et 98,6 °F) lorsqu'il est porté contre le corps.

Température de démarrage : supérieure à 10 °C (50 °F)

Plage de températures de stockage : De 0 °C à 30 °C (de 32 °F à 86 °F)

Volume du réservoir (administrable) : 200 U

Profondeur d'insertion de la canule : 6–7 mm (0,24–0,28 po)

Indice d'étanchéité : IP28 (7,6 mètres (25 pieds) pendant 60 minutes maximum)

Concentration d'insuline : U-100

Type d'alarme : Audible. Puissance : ≥ 50 db(A) à 1 mètre

Plage d'humidité relative en fonctionnement : De 20 % à 85 %, sans condensation

Plage d'humidité relative pour le stockage : De 20 % à 85 %, sans condensation

Pression atmosphérique en fonctionnement : De 696 hPA à 1 060 hPA

Pression atmosphérique pour le stockage : De 696 hPA à 1 060 hPA

Apyrogène : Passage de fluide uniquement

Partie appliquée de type BF : Protection contre les chocs électriques

Pression de perfusion maximale : 10 psi

Volume maximum perfusé en condition de défaut unique : 0,0 U


Capacité de débit :

Débit basal : Programmable par l'utilisateur
par incréments de 0,05 U jusqu'à 30,0 U par heure
Bolus : 1,5 U par minute. Dose dans une plage de 0,05 à 30,0 U

Précision de l'administration (testée selon CEI 60601-2-24) :

Débit basal : $\pm 5\%$ à des débits $\geq 0,05$ U/h
Bolus : $\pm 5\%$ pour toutes les valeurs définies $\geq 0,05$ U
Un Pod a été testé dans chaque configuration.

Résultats des tests de précision : Le graphique ci-dessous représente la précision du débit du Pod sur des périodes données. Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un Pod avec un débit basal de 0,05 U/h à une température de fonctionnement élevée. Le pourcentage global moyen d'erreur de débit était de 1,40 %.



Caractéristiques du PDM

Dimensions : Largeur 6,21 cm x Longueur 11,25 cm x Hauteur 2,5 cm (2,4" x 4,4" x 0,98")

Poids : 125 g (4,41 oz)

Écran : Largeur 3,6 cm x Longueur 4,8 cm (1,4" x 1,9") ; 6,1 cm (2,4") en diagonale, LCD

Piles : 2 piles AAA

Autonomie des piles : Environ 3 semaines

Plage de températures en fonctionnement : De 4,4 °C à 40 °C (de 40 °F à 104 °F)

Plage de températures de stockage : De -29 °C à 60 °C (de -20,2 °F à 140 °F)

Plage d'humidité relative en fonctionnement : De 15 % à 90 %, sans condensation

Plage d'humidité relative pour le stockage : De 10 % à 90 %, sans condensation

Pression atmosphérique en fonctionnement : De 696 hPA à 1 062 hPA

Pression atmosphérique pour le stockage : De 703 hPA à 1 062 hPA

Distance de communication : Le PDM et le Pod doivent

- Au démarrage : être adjacents et se toucher, dans le plateau ou en dehors, pour assurer une bonne communication pendant l'amorçage.
- En fonctionnement normal : se trouver à moins de 1,5 m (5 pieds) l'un de l'autre.

Indice d'étanchéité : IP22 (éviter les liquides)

Type d'alarme : Audible. Puissance : ≥ 50 db(A) à 1 mètre

Type de notification : Sonore et vibratoire

Caractéristiques du lecteur de glycémie intégré

Méthode de dosage : Capteur coulométrique électrochimique

Étalonnage : Équivalent plasma

Hématocrites : De 15 % à 65 %

Unités de mesure : mmol/L

Plage de résultats : De 1,1 à 27,8 mmol/L

Échantillon : Sang total, capillaire

Taille de l'échantillon : 300 nanolitres (0,3 microlitre)

Temps de test : Résultats obtenus en 7 secondes ou moins

Protection contre une perfusion insuffisante ou excessive

Le logiciel du Pod surveille le débit de perfusion. Si une erreur qui provoquerait une perfusion insuffisante ou excessive est détectée et ne peut pas être corrigée, l'administration d'insuline s'arrête et une alarme est émise.

Détection d'occlusion

Une occlusion est une obturation ou une interruption de l'administration d'insuline. Si le système Omnipod® détecte une occlusion, il émet une alarme de danger et vous demande de désactiver et de remplacer votre Pod.

Une alarme de danger est émise lorsqu'une moyenne de 3 U à 5 U d'insuline manquée survient. Le tableau suivant décrit la détection d'occlusion pour trois situations différentes lors de l'utilisation d'insuline U-100. Par exemple, si la canule du Pod subit une occlusion pendant l'administration d'un bolus de 5 U, entre 153 secondes et 35 minutes pourraient s'écouler avant que le Pod n'émette une alarme de danger.

	Délai entre l'occlusion et l'alarme du Pod		
	Temps minimum	Temps habituel	Temps maximum
Bolus de 5,00 U	153 secondes	33 minutes	35 minutes
Débit basal de 1,00 U/h	1,5 h	3,0 h	5,5 h
Débit basal de 0,05 U/h	20 h	51 h	80 h (péremption du Pod)

Si une occlusion se résout d'elle-même, un volume d'insuline peut être libéré. Ce volume n'excédera jamais le volume d'insuline programmé qu'il était prévu d'administrer.

Si une occlusion est détectée pendant un bolus, le Pod émet une alarme de danger au terme du bolus.

Avvertissement : À des débits très faibles, une vérification fréquente de votre glycémie peut vous permettre d'identifier une occlusion de manière précoce.

Précision du système selon la norme internationale ISO 15197:2013

Les résultats de la glycémie capillaire ont été comparés à ceux obtenus à l'aide de l'analyseur de glucose YSI.

Précision du système pour les échantillons prélevés sur le doigt avec des résultats de glucose YSI inférieurs à 5,55 mmol/L

Fourchette ± 0,3 mmol/L	Fourchette ± 0,6 mmol/L	Fourchette ± 0,8 mmol/L
141/201 (70,1 %)	192/201 (95,5 %)	200/201 (99,5 %)

Précision du système pour les échantillons prélevés sur le doigt avec des résultats de glucose YSI supérieurs ou égaux à 5,55 mmol/L.

Fourchette ± 5 %	Fourchette ± 10 %	Fourchette ± 15 %
323/483 (66,9 %)	440/483 (91,1 %)	477/483 (98,8 %)

Précision du système pour les concentrations de glucose entre 2,22 mmol/L et 27,8 mmol/L.

Fourchette ± 0,83 mmol/L ou ± 15 %
677/684 (99,0 %)































Une étude* évaluant les valeurs de glycémie à partir d'échantillons sanguins capillaires prélevés au bout des doigts, réalisée auprès de 590 personnes novices, a donné les résultats suivants :



98,1 % dans une fourchette de ±0,83 mmol/L de la référence YSI à des concentrations de glucose inférieures à 5,55 mmol/L, et 98,4 % dans une fourchette de ±15 % de la référence YSI à des concentrations de glucose supérieures ou égales à 5,55 mmol/L.



*Données internes d'Insulet Corporation

Icônes du PDM

Cette section définit les images que l'on retrouve sur les écrans du PDM.






Icône	Signification	Icône	Signification
	Accueil/Marche		Plus d'options
	Bolus		Communication
	Remplacement du Pod		Haut/Bas
	Diagnostic/réglages		Haut/Bas (sur fond de couleur)
	Débit basal temp		État
	Suspendre/annuler		Droit de saisie de texte
	Programme basal		Sous-menu
	Alarme de danger (en alternance/image clignotante)		Écran Accueil
	Alarme d'alerte		Appliquer l'échantillon de sang/Historique de glycémie
	Alerte		Jauge d'insuline
	Piles pleines		Assistant de réglage
	Piles à 3/4 pleines		Verrouillage du PDM
	Piles à 1/2 pleines		Informations/Support
	Piles à 1/4 pleines		Mes historiques
	Piles déchargées		Entrée d'historique « perdue »











Icône	Signification
	Programme actif/par défaut ou marqueur de GL sélectionné
	Température du lecteur de glycémie intégré hors plage

Icône	Signification
	Entrée d'historique « Administration avant et après minuit »
	Entrée d'historique « non confirmée »

Symboles des étiquettes du système Omnipod®

Les symboles suivants apparaissent sur le système Omnipod® ou son emballage :

Symbole	Signification
	Usage unique
	Attention : Consulter le guide de l'utilisateur
	Suivre les instructions d'utilisation
STERILEEO	Stérilisé à l'aide de dioxyde d'éthylène
	Date de fabrication
LOT	Code de lot
	Utiliser avant
REF	Numéro de référence
SN	Numéro de série
IP28	Submersible jusqu'à 7,6 mètres (25 pieds) pendant 60 minutes maximum
IP22	Éviter les liquides
CE	Marquage de conformité

Symbole	Signification
	Incompatible RM
	Passage de fluide apyrogène
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Partie appliquée de type BF
	Fabricant
	Maintenir au sec
	Limite de température
	Humidité relative pour le stockage
	Pression atmosphérique pour le stockage
EC REP	Représentant agréé dans la Communauté européenne
	Recyclable

Directive relative aux dispositifs médicaux

Ce dispositif est conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Interlocuteur : Agent des plaintes

Adresse : HealthLink Europe BV, De Tweeling 20-225215 MC 's-Hertogenbosch, Pays-Bas

TÉL. : +31.13.5479300

FAX : +31.13.5479302

E-mail : complaints@HealthlinkEurope.com

Insulet Corporation respecte la Directive de l'UE relative à la protection des données, la réglementation HIPAA et les dispositions pertinentes de la LPRPDE.

Avis concernant les interférences et le système Omnipod®

Le système de gestion d'insuline Omnipod® (aussi bien le Pod que le PDM) est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC (Federal Communications Commission). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Ces dispositifs ne doivent pas produire d'interférences nuisibles.
2. Ces dispositifs doivent accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de produire un fonctionnement indésirable.

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par Insulet peuvent résilier l'autorisation conférée à l'utilisateur d'utiliser le dispositif.

Le Pod et le PDM génèrent, utilisent et peuvent rayonner de l'énergie radiofréquence, et peuvent provoquer des interférences susceptibles de perturber les communications radio d'autres dispositifs. Il n'existe aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si le système Omnipod® produit des interférences nuisibles pour la réception radio et télévision, ces interférences peuvent être corrigées en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez le système Omnipod®.
- Augmentez la distance entre le système Omnipod® et l'autre dispositif qui émet ou reçoit les interférences.

Insulet Corporation déclare que le système Omnipod® est conforme aux exigences essentielles et aux autres stipulations pertinentes de la Directive relative aux équipements radioélectriques (2014/53/UE). La Déclaration de conformité intégrale est disponible à l'adresse suivante : http://myomnipod.com/Red_Doc Ce dispositif ISM est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et IC-RSS-210.

Compatibilité électromagnétique

Les informations contenues dans cette section (comme les distances de séparation) sont en général rédigées spécifiquement pour le système Omnipod®. Les chiffres fournis ne garantissent pas un fonctionnement sans faute, mais devraient fournir une assurance raisonnable d'un tel fonctionnement. Ces informations peuvent ne pas être applicables aux autres équipements électromédicaux ; les équipements plus anciens peuvent être particulièrement sensibles aux interférences.

Remarques générales

Les équipements électromédicaux exigent des précautions particulières concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) et doivent être installés et mis en service conformément aux informations de CEM fournies dans le présent document et dans les instructions d'utilisation. En cas de défaillance du système Omnipod® due à des perturbations électromagnétiques, vous pouvez être amené(e) à le remplacer.

Les équipements de communication par radiofréquence (RF) portables peuvent affecter le fonctionnement des équipements électromédicaux.

Insulet Corporation déclare que le système de gestion d'insuline Omnipod® est conforme aux exigences essentielles et aux autres stipulations pertinentes de la Directive relative aux équipements radioélectriques (2014/53/UE). La Déclaration de conformité intégrale est disponible à l'adresse suivante :

http://myomnipod.com/Red_Doc

Avvertissement : Les câbles et accessoires qui ne sont pas spécifiés dans les instructions d'utilisation ne sont pas autorisés. L'utilisation d'autres câbles ou accessoires peut compromettre la sécurité, les performances et la compatibilité électromagnétique (émissions augmentées et immunité diminuée).

Prenez des précautions si le système Omnipod® est utilisé à proximité d'autres équipements électriques ; si une utilisation à proximité est inévitable, comme dans les environnements de travail, surveillez le système pour vérifier qu'il fonctionne normalement dans cet environnement.

Le système Omnipod® communique par énergie RF de faible intensité. Comme pour tous les récepteurs RF, il existe un potentiel d'interférence même avec des équipements conformes aux exigences de la FCC et du CISPR relatives aux émissions.

Le système Omnipod® communique avec les caractéristiques suivantes :

Fréquence : 433 MHz, modulation FSK, avec une puissance rayonnée effective de 13 mW

Le système Omnipod® est conforme aux exigences d'immunité de la norme générale CEI 60601-1-2 sur la compatibilité électromagnétique.

Avertissement : Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 po) d'une partie quelconque du système. Cela pourrait dégrader les performances de cet équipement.


Émissions électromagnétiques

Cet équipement est destiné à une utilisation dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. L'utilisateur de cet équipement doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Émissions	Conformité selon	Environnement électromagnétique
Émissions RF (CISPR 11)	Groupe 2	Le Pod et le PDM émettent de l'énergie électromagnétique (RF) de faible intensité pour communiquer. Bien que cela soit peu susceptible d'arriver, des équipements électroniques à proximité peuvent être affectés.
Classe d'émissions CISPR B	Classe B	Le système convient à une utilisation dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques.

Immunité électromagnétique

Le système est destiné à une utilisation dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Observez ces exigences lors de l'utilisation du système.

Immunité contre	Niveau de test CEI 60601-1-2	Niveau de conformité (de ce dispositif)	Environnement électromagnétique
Décharge électrostatique, DES (CEI 61000-4-2)	Décharge de contact : ± 6 kV Décharge à l'air : ± 8 kV	± 8 kV ± 15 kV	Si les sols sont recouverts d'un matériau synthétique, évitez les décharges électrostatiques.
Champs magnétiques à la fréquence du réseau 50/60 Hz (CEI 61000-4-8)	3 A/m	400 A/m	Convient à la plupart des environnements. Des intensités de champ magnétique dépassant 400 A/m sont peu susceptibles de se produire, sauf à proximité étroite de dispositifs magnétiques industriels.
RF rayonnées (CEI 61000-4-3)	80 MHz– 2,5 GHz	10 V/m	<p>Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés en deçà de la distance de séparation recommandée calculée avec l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, relativement à une partie quelconque du système, tel qu'indiqué ci-dessous.</p> <p>Distance de séparation recommandée :</p> $d=1,17 \sqrt{P} \text{ 150 KHz à 80 MHz}$ $d=0,35 \sqrt{P} \text{ 80 MHz à 800 MHz}$ $d=0,7 \sqrt{P} \text{ 800 MHz à 2,5 GHz}$ <p>où P est la puissance de sortie maximum nominale de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur, et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m). Les intensités de champ provenant d'émetteurs RF fixes, selon la détermination d'une étude de site électromagnétique,^a doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquences. Une interférence est possible à proximité d'équipements identifiés par le symbole suivant : </p>

Remarque 1 : À 80 et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.

Remarque 2 : Ces directives ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion de structures, d'objets et de personnes.

Immunité électromagnétique

^a Les intensités de champ provenant d'émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et les radios terrestres mobiles, les stations de radio amateur, les stations AM/FM et les stations de diffusion télévisuelle, ne peuvent pas être anticipées théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique influencé par les émetteurs RF fixes, il faut envisager une étude de site électromagnétique. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où le dispositif est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable indiqué plus haut, il faut surveiller le dispositif pour s'assurer qu'il fonctionne normalement. En cas de fonctionnement anormal, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement du dispositif.

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et le système

Vous pouvez contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le système, tel que recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale des équipements de communication.

Puissance de sortie maximale nominale de l'émetteur, en watts	Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur, en mètres		
	150 kHz à 80 MHz $d = 1,17 \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = 0,35 \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = 0,7 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,035	0,070
0,1	0,37	0,11	0,22
1	1,17	0,35	0,7
10	3,70	1,11	2,21
100	11,7	3,5	7,0

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale nominale ne figure pas dans la liste ci-dessus, les distances de séparation recommandées en mètres (m) peuvent être évaluées en utilisant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale nominale de l'émetteur en watts (W) indiquée par le fabricant de l'émetteur.

REMARQUE 1 : À 80 et 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquences la plus élevée s'applique.

REMARQUE 2 : Ces directives ne s'appliquent pas dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion de structures, d'objets et de personnes.

Garantie pour le PDM et les Pods

GARANTIE RELATIVE AUX PODS ET AU PERSONAL DIABETES MANAGER (PDM, GESTIONNAIRE PERSONNEL DE DIABÈTE) DU SYSTÈME DE GESTION D'INSULINE OMNIPOD® (Suisse)

COUVERTURE DE GARANTIE

Couverture de garantie du Personal Diabetes Manager (Gestionnaire personnel de diabète) du système Omnipod®

Si Insulet International Limited (« Insulet ») détermine que votre Personal Diabetes Manager (« PDM ») présente un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation dans les quatre (4) ans à compter de la date d'achat (ou du reçu en cas d'achat en votre nom), Insulet vous garantit, en votre qualité de principal destinataire du système de gestion d'insuline Omnipod® (« système Omnipod® »), de réparer ou de remplacer le PDM, à sa seule discrétion, sous réserve des modalités et conditions stipulées ci-dessous.

Cette période de garantie de quatre (4) ans s'applique uniquement aux PDM neufs. Elle ne peut être ni étendue ni remise à zéro lorsque le PDM est réparé ou remplacé.

Couverture de garantie des Pods du système Omnipod®

Si Insulet détermine qu'un Pod du système Omnipod® (« Pod ») présente un défaut de matériau ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation dans les dix-huit (18) mois à compter de la date de fabrication et dans les soixante-douze (72) heures à compter du moment de l'activation, Insulet vous garantit, en votre qualité de principal destinataire du système Omnipod®, de réparer ou de remplacer le Pod, à sa seule discrétion, sous réserve des modalités et conditions stipulées ci-dessous. Pour qu'une demande de remplacement soit recevable, l'activation du Pod doit avoir été réalisée dans les deux périodes indiquées (à savoir au plus tard à la date de péremption imprimée sur l'étiquette avec une date de fabrication n'étant pas antérieure de plus de dix-huit (18) mois et au maximum soixante-douze (72) heures avant de notifier la réclamation à Insulet).

Cette période de garantie de dix-huit (18) mois et de soixante-douze (72) heures s'applique uniquement aux Pods neufs. Elle ne peut être ni étendue ni remise à zéro lorsqu'un Pod est réparé ou remplacé.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

La présente garantie concerne uniquement les PDM et les Pods vendus à l'origine pour une utilisation en Suisse (le « territoire »). Insulet enverra des PDM et des Pods réparés ou remplacés et fournira des services de garantie uniquement à l'intérieur du territoire.

Procédure de réclamation

Pour qu'une réclamation soit éligible au titre de la présente garantie, vous devez notifier Insulet du défaut signalé avec le PDM ou le Pod au cours de la période de garantie en contactant le Service clients au 0800 89 76 18 | à l'adresse Omnipod-CH@insulet.com.

Pour toute réclamation impliquant le PDM, vous devez fournir le numéro de série du PDM et une description du défaut signalé. Pour toute réclamation impliquant un Pod, vous devez fournir le numéro de lot du Pod et une description du défaut signalé. Le service peut également vous inviter à vérifier la date d'achat (ou le reçu en cas d'achat en votre nom) du PDM et/ou du Pod, ainsi que l'heure d'activation du Pod.

Le non-respect de l'une des étapes ci-dessus pourrait aboutir à un rejet de la couverture au titre de cette garantie.

À moins qu'Insulet choisisse de réparer le Pod ou le PDM (qui peut inclure, sans toutefois s'y limiter, un kit de réparation ou des pièces de rechange fournies par Insulet) ou vous oriente vers un réparateur tiers, vous devez obtenir l'aval d'Insulet avant de retourner un PDM ou un Pod à Insulet. Le PDM ou le Pod doit être correctement conditionné et retourné à Insulet conformément aux instructions fournies dans l'autorisation de retour de marchandise (RMA, Return Merchandise Authorization) qui vous sera transmise par Insulet. Après autorisation préalable, Insulet paiera tous les frais raisonnables de conditionnement et d'expédition engagés le cas échéant lors de l'expédition du PDM ou du Pod à Insulet au titre de cette garantie. Pour dissiper tout doute, la présente garantie ne couvre pas les réparations ni les remplacements effectués par toute personne ou entité autre qu'Insulet, excepté celles et ceux réalisés par des tiers vers lesquels Insulet vous a explicitement orienté.

Preuve d'achat, reçu et activation

Pour vérifier la date d'achat (ou le reçu en cas d'achat en votre nom) et, dans le cas d'un Pod, l'heure d'activation, et pour déterminer si la réclamation au titre de la garantie s'inscrit au cours de la période de garantie, Insulet peut vous demander de présenter une preuve d'achat, un reçu ou une preuve d'activation valide. L'impossibilité de fournir une preuve valide telle que définie par Insulet pourrait aboutir à un rejet de la couverture au titre de cette garantie.

Exclusions

La présente garantie couvre uniquement le destinataire d'origine et vous n'êtes pas autorisé à la transférer ni à la céder avec la vente, la location ou tout autre mode de transfert du PDM et des Pods à toute autre personne ou entité.

La présente garantie s'applique uniquement si le PDM ou le Pod en cause a été utilisé conformément au guide de l'utilisateur du système Omnipod® et/ou à toute autre instruction écrite fournie par Insulet. Elle ne s'applique pas si le PDM ou les Pods ont été :

- altérés, changés ou modifiés par toute personne ou entité autre qu'Insulet ou un tiers agréé par Insulet ;
- ouverts, entretenus ou réparés par toute personne ou entité autre qu'Insulet ou un tiers agréé par Insulet ;

- endommagés par des intempéries ou un événement de force majeure ;
- endommagés suite à une mauvaise utilisation, un usage abusif, une négligence, un accident, un usage excessif ou tout entretien, manipulation ou stockage inadéquat ;
- endommagés par l'usure, des causes non liées à un défaut de matériau ou de fabrication (y compris, sans s'y limiter, des batteries inadaptées ou défectueuses), ou par toute autre circonstance en-dehors du contrôle raisonnable d'Insulet.

La présente garantie ne s'applique pas aux bandelettes de test, aux batteries, aux autres accessoires ou à des produits connexes fournis par des tiers (p. ex., outils de gestion des données, CGM).

La présente garantie ne couvre pas les défauts de conception (c.-à-d. les réclamations soutenant que le PDM ou les Pods auraient dû être conçus différemment).

Exclusion de garanties implicites et restriction des recours

Dans les limites autorisées par la législation de votre pays de résidence :

- **La présente garantie et les recours qui y sont énoncés sont les seuls garanties et recours que vous fournit Insulet en lien avec le PDM et Pods. Toutes les autres garanties légales et implicites sont expressément exclues dans toute la mesure autorisée.**
- **Insulet, ses fournisseurs, distributeurs, prestataires de services et/ou agents ne sont responsables d'aucun dommage indirect, spécial, fortuit ou consécutif résultant d'un défaut du PDM ou d'un Pod ou d'une violation de la présente garantie, qu'une telle réclamation soit fondée sur la garantie, un contrat, un délit ou toute autre base.**

Aucune section de la présente garantie n'a pour vocation d'exclure notre responsabilité en cas de décès ou de préjudice corporel résultant de notre négligence, de déclarations fausses ou frauduleuses ou d'une atteinte à vos droits légaux concernant le PDM ou les Pods.

Dispositions supplémentaires importantes

La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits légaux en fonction de votre pays ou territoire.

Vos droits légaux ne sont pas affectés par cette garantie.

Insulet ne garantit pas l'adéquation du PDM, des Pods ou du système Omnipod® pour une personne en particulier, car les traitements et les soins de santé sont des sujets complexes qui requièrent les services de professionnels de santé compétents.

La présente garantie s'entend entre vous et Insulet. Aucune autre partie ne peut faire valoir ses droits au titre de la garantie. Insulet peut transférer ses droits et obligations concernant cette garantie à toute autre partie sans votre accord.

Si une clause de la présente garantie est invalidée par un tribunal, cette clause devra être retirée de la garantie. La validité des clauses restantes n'est pas remise en cause.

Aucune autre garantie ni aucun autre accord

Sauf modification par écrit et signature commune entre Insulet et vous, les conditions stipulées dans la présente garantie sous-entendent l'accord total et exclusif entre Insulet et vous, remplaçant tous les accords et garanties antérieurs, oraux ou écrits, et toutes les autres communications concernant tout défaut, défaillance ou autre dysfonctionnement au niveau d'un PDM, d'un Pod ou du système Omnipod®. Aucun employé, agent ou autre représentant d'Insulet ni aucune autre partie n'est autorisé à appliquer un accord ou une garantie produit à un PDM, un Pod ou un système Omnipod® en plus de celles et ceux stipulés dans les sections précédentes.

Consentement avec l'exclusion de garanties implicites et la restriction des recours

Si vous ne consentez pas avec l'exclusion de garanties implicites et la restriction des recours incluses avec le système Omnipod® et souhaitez les rejeter, veuillez renvoyer tous les produits du système Omnipod® (y compris tout PDM et Pod) à Insulet contre remboursement intégral. Le non-retour des produits en question vaut acceptation et consentement à l'exclusion de garanties implicites et à la restriction des recours.

Lois et tribunaux compétents

La présente garantie (et toute obligation non contractuelle découlant ou liée à la garantie) est régie par les lois en vigueur dans le territoire. Tout tribunal compétent dans le territoire jouira de l'exclusivité de compétence et de lieu pour tout litige découlant de la présente garantie ou en lien avec celle-ci.

Insulet International Limited

Rév. : 07/2018

Cette page est laissée vierge intentionnellement.

Glossaire

A1c (voir Hémoglobine A1c)

Acidocétose (voir Acidocétose diabétique)

Acidocétose diabétique (ACD) : État très grave dans lequel des taux de glycémie extrêmement élevés et un manque d'insuline grave entraînent la décomposition des lipides et des protéines par le corps pour les transformer en énergie. Cette décomposition des lipides ou des protéines libère des corps cétoniques dans le sang et dans l'urine. Une ACD peut se développer en quelques heures ou quelques jours, avec des symptômes pouvant inclure : douleurs abdominales, nausées, vomissements, odeur fruitée de l'haleine et respiration accélérée.

Activation : Processus consistant à lier le PDM à un Pod de sorte que ce dernier réponde uniquement aux commandes de ce PDM spécifique.

Alarme de danger : Tonalité continue et message à l'écran provenant du PDM ou du Pod pour indiquer qu'une erreur est survenue et que l'administration d'insuline est interrompue. Les alarmes exigent votre attention immédiate.

Alarme d'alerte : Série de bips et message à l'écran vous informant d'une action à effectuer pour éviter un grave problème.

Bolus calculé manuellement : Bolus d'insuline que vous avez vous-même choisi (et non calculé par le calculateur de bolus).

Bolus de correction : Quantité d'insuline prise pour compenser un taux de glycémie élevé.

Bolus glucides : (voir Bolus repas)

Bolus maximum : Plus grand bolus que vous pouvez demander au PDM. Le calculateur de bolus vous avertit s'il calcule un bolus supérieur à cette quantité.

Bolus repas (également appelé Bolus glucides) : Quantité d'insuline administrée avant un repas ou une collation pour s'assurer que le taux de glycémie reste dans les limites de la plage d'objectif glycémique voulue après le repas.

Bolus prolongé : Fonction du système Omnipod® permettant d'administrer une dose de bolus repas pendant une période prolongée.

Calculateur de bolus : Fonction qui suggère des doses de bolus repas et de correction d'après votre glycémie actuelle, la quantité de glucides que vous vous apprêtez à ingérer, l'insuline active et plusieurs réglages spécifiques à l'utilisateur.

Calorie : Unité de mesure exprimant la valeur énergétique des aliments. Les calories proviennent des glucides, des protéines et des lipides dans les aliments et les boissons.

Canule : Petit tube mince introduit sous la peau, servant à injecter un médicament liquide dans le corps.

Corps cétoniques : Substances acides produites par la décomposition des lipides par le corps pour les transformer en énergie. La présence de corps cétoniques indique que le corps utilise les lipides stockés et les muscles (au lieu du glucose) pour produire de l'énergie.

Correction inverse (correction négative) : Si votre glycémie est inférieure à votre glycémie cible, le calculateur de bolus utilise votre facteur de correction pour réduire une portion d'une dose de bolus repas. Il s'agit d'une option à activer ou désactiver selon les indications de votre professionnel de santé.

Corriger si supérieur à : Seuil de glycémie au-delà duquel vous souhaitez prendre de l'insuline pour réduire une glycémie élevée.

Diabète, diabète sucré : État se caractérisant par une hyperglycémie (glycémie élevée) provoquée par l'incapacité du corps à transformer le glucose en énergie. Dans le diabète de type 1, le pancréas ne produit plus d'insuline et le glucose ne peut donc pas entrer dans de nombreux types de cellules pour être transformé en énergie. Dans le diabète de type 2, soit le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, soit le corps est incapable d'utiliser correctement l'insuline.

Dose de bolus : Dose d'insuline prise pour corriger un taux de glycémie élevé (bolus de correction) ou pour couvrir les glucides dans un repas ou une collation (bolus repas).

Durée d'action de l'insuline : Temps pendant lequel l'insuline reste active et disponible dans votre organisme après un bolus. Cette durée peut beaucoup varier en fonction du type d'insuline que vous prenez.

Débit basal maximum : Limite supérieure des débits basaux dans un programme basal ou un débit basal temp.

Débit basal temp : Débit basal temporaire utilisé pour couvrir les changements prévisibles à court terme des besoins en insuline basale. Les débits basaux temp sont souvent utilisés pendant l'exercice physique et pour les ajustements d'insuline les jours de maladie.

Débit basal : Petite quantité d'insuline qui est administrée de façon continue pendant une durée spécifiée. Les débits basaux sont mesurés en unités par heure (U/h).

Désactiver : Méthode à privilégier pour dissocier le PDM du Pod actif. La désactivation arrête l'administration d'insuline depuis le Pod, puis dissocie le PDM de ce Pod.

Facteur de correction (ou Facteur de sensibilité) : Valeur indiquant la réduction de votre glycémie produite par une unité d'insuline. Par exemple, si votre facteur de correction est de 2,8, une unité d'insuline abaisse votre glycémie de 2,8 mmol/L.

Facteur de sensibilité (voir Facteur de correction)

Fibres : Partie non digestible des aliments d'origine végétale. Les aliments à haute teneur en fibres comprennent les brocolis, les haricots, les framboises, les courges,

le pain complet et les céréales au son. Les fibres sont un type de glucides, mais ne produisent pas une élévation du taux de glycémie comme le font les autres glucides.

GL minimale pour les calculs : Relevé de glycémie minimum pour que le calculateur de bolus calcule un bolus repas. En deçà de cette valeur, le calculateur de bolus est désactivé. « Pour les calculs » signifie « pour une utilisation dans les calculs du calculateur de bolus ».

Glucides : L'une des trois principales sources d'énergie dans notre alimentation. (Les deux autres sont les protéines et les lipides.) Les aliments qui contiennent des glucides sont, entre autres, les féculents, les sucres, les fruits, les légumes et les produits laitiers.

Glucose : Sucre simple (également appelé dextrose) transformé en énergie par le corps. Sans insuline, de nombreuses cellules du corps ne peuvent pas transformer le glucose en énergie.

Glycémie : Quantité de glucose, ou de sucre, présent dans le sang.

Glycémie cible : Glycémie que le calculateur de bolus tente d'atteindre. Vous pouvez définir différentes glycémies cibles selon les périodes. Par exemple, vous pouvez avoir une glycémie cible avant les repas, une autre après les repas et encore une autre pour la nuit.

Hémoglobine A1c (HbA1c) : Test mesurant le taux de glycémie moyen d'un individu sur les deux à trois derniers mois. Également appelée hémoglobine glyquée ou glycosylée. Ce test montre la quantité de glucose qui se fixe aux globules rouges, qui est proportionnelle à la quantité de glucose dans le sang sur une période prolongée.

Hypoglycémie asymptomatique : État dans lequel un individu ne ressent pas ou ne reconnaît pas les signes de l'hypoglycémie.

Hypoglycémie (glycémie basse) : Taux de glucose dans le sang inférieur à la normale ; généralement inférieur à 3,9 mmol/L.

Hyperglycémie (glycémie élevée) : Taux de glucose dans le sang supérieur à la normale ; généralement supérieur à 13,9 mmol/L.

Insuline active (InA) : Quantité d'insuline encore « active » dans le corps et provenant d'une dose de bolus précédente. Le calculateur de bolus suit l'InA pour vous. Le temps pendant lequel l'insuline reste « active » est fonction de votre réglage de la durée d'action de l'insuline.

Insuline : Hormone qui aide le corps à utiliser le glucose pour produire de l'énergie. L'insuline est produite par les cellules bêta d'un pancréas sain.

In vitro : Signifie littéralement « dans le verre ». Se rapporte à une procédure biologique se déroulant en dehors du corps, plutôt que dans un organisme vivant.

Lecteur de glycémie : Dispositif servant à contrôler la teneur en glucose du sang.

Lipides : L'une des trois principales sources d'énergie dans notre alimentation. (Les deux autres sont les glucides et les protéines.) Les lipides procurent 9 calories par gramme. Les aliments à haute teneur en lipides incluent les huiles, la margarine, les vinaigrettes, la viande rouge et les produits laitiers à base de lait entier.

Notifications : Messages d'information ou rappels à l'écran.

Nouveau-né : Bébé de moins de quatre semaines.

Occlusion : Obturation ou interruption de l'administration d'insuline.

Perfusion : Introduction d'une substance liquide sous la peau et dans le corps.

Programme basal : Planning quotidien pour l'administration d'insuline en continu. Il comprend un ou plusieurs segments (appelés segments basaux) définissant chacun un débit basal qui, ensemble, couvrent une durée de 24 heures allant de minuit à minuit.

Protéines : L'une des trois principales sources d'énergie dans notre alimentation. (Les deux autres sont les glucides et les lipides.) Les protéines contiennent 4 calories par gramme. Les aliments à haute teneur en protéines incluent la viande, la volaille, le poisson, les légumes et les produits laitiers.

Préréglage de bolus : Dose de bolus d'insuline spécifiée à laquelle il est attribué un nom personnalisé et qui est enregistrée dans le PDM pour une utilisation ultérieure.

Préréglage de débit basal temp : Ajustement d'un débit basal, en % ou en U/h, auquel il peut être attribué un nom personnalisé et qui est enregistré dans le PDM pour une utilisation ultérieure.

Préréglage de glucide : Quantité de glucides contenus dans un aliment préféré, une collation ou un repas complet à laquelle il est attribué un nom personnalisé et qui est enregistrée dans le PDM pour une utilisation ultérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez également régler les lipides, protéines, fibres et calories totales pour chaque préréglage de glucide.

Préréglage : Définit une valeur que vous souhaitez utiliser rapidement et souvent.

Professionnel de santé : Professionnel pratiquant la médecine ou enseignant la gestion des problèmes de santé.

Rapport I/G (rapport insuline/glucides) : Nombre de grammes de glucides couverts par une unité d'insuline. Par exemple, si votre rapport I/G est de 1:15, vous devez administrer une unité d'insuline pour quinze grammes de glucides consommés.

Segment basal : Durée pendant laquelle un débit basal spécifique est administré.

Segment : Période définie pendant une journée de 24 heures. Les segments sont utilisés pour définir des segments basaux dans un programme basal, ainsi que pour définir des segments de glycémie cible, des segments de rapport I/G et des segments de facteur de correction.

Site de perfusion : Endroit sur le corps où la canule d'un Pod est introduite.

Technique aseptique : Méthode qui préserve la stérilité et empêche la contamination.

Touche contextuelle : Touche sur le PDM, dont l'intitulé ou la fonction apparaît sur l'écran directement au-dessus de la touche. L'intitulé change selon l'écran.

Plage d'objectif glycémique : Plage de valeurs de glycémie souhaitées définie par l'utilisateur. Cette plage est utilisée dans les entrées d'historique pour indiquer les valeurs de glycémie conformes à cette plage.

Index

A

ACD 23, 133, 177
acidocétose. *Voir* ACD
acidocétose diabétique. *Voir* ACD
action de l'insuline.
 Voir durée d'action de l'insuline
activer
 débit basal temp 57
 Pod 27, 137, 177
 portée de communication 27, 137
 programme basal 60
activité physique 135
adhésif 2, 23, 25, 32
alarme de réservoir vide 98
alarmes 177
 alerte 100–101, 177
 danger 98–99
 entrées d'historique 94
 mode silencieux 111
 temporisation de 139
 vérifier le fonctionnement 64
alarmes d'alerte 100, 177
alarmes de danger 98
alarmes de test 65
alerte de réservoir bas 80
allergie aux adhésifs acryliques 23
allumer/éteindre le PDM 4
annuler
 bolus 54
 débit basal temp 60
arrêt automatique 80, 101, 141
arrêter
 administration d'insuline 61, 146
 alarme 111
 bolus 54
 débit basal temp 60
arrêter l'alarme 111

arrêt manuel de l'alarme 111
assistance produits. *Voir* service clients

B

bandelettes de test x, 37, 39
 code 40
barre d'en-tête 7
bolus
 annuler 54
 avec calculateur de bolus 49–52
 calculé manuellement 52, 177
 débit 161
 dose 147, 178
 historiques 90
 immédiat 147
 incrément 78
 prolongé 77, 147, 177
 avec calculateur de bolus 51
 bolus calculé manuellement 53
 rappels 80, 102
bolus calculé manuellement 52
bolus calculé par l'utilisateur.
 Voir bolus calculé manuellement
bolus de correction 148–158, 177
bolus en cours, modification 53
bolus immédiat 147
bolus maximum 77, 149, 177
bolus prolongé 77, 147, 177
 avec calculateur de bolus 51, 148
 bolus calculé manuellement 53, 148
bolus repas 50, 152–155, 177.
 Voir bolus repas
bouton
 Accueil/Marche 4
 Haut/Bas 4
 Infos 5
 touches contextuelles 4

bouton Accueil/Marche 4
bouton Haut/Bas 4
bouton Infos 5
bulles d'air 27

C

câble USB 101, 116
calculateur de bolus 148–158, 177
administration de bolus avec 49
désactivé 52, 149
réglages 72–74
calculateur de bolus suggéré.
 Voir calculateur de bolus
calorie 177
canule xiii, 2, 33, 160, 178
caractéristiques
 lecteur de glycémie 162
 PDM 162
 Pod 160
changement de programme basal 60
chirurgie 136
choix du site du Pod 29
chute du PDM 119
code, flacon de bandelettes de test 40
communication
 échec 105
 portée 27, 137–140
compatibilité électromagnétique 168
conditions de stockage 113, 114, 160,
 162
configuration, PDM 14–21
coordonnées personnelles 95
corps cétoniques 134, 178
correction inverse 74, 151, 152, 158,
 178

D

date et heure 63
débit
 débit 161
 précision 161
débit basal 142, 178
 débit 161
 maximum 67
 temporaire 57–60, 143

Débit basal maximum 67, 178
débit basal temp 178
 activer 57
 annuler 60
 à propos 143–147
 configuration 70
 défini sur zéro 146
 préréglages 70, 180
désactiver le Pod 25, 140, 178
déverrouillage de l'écran 65, 115
diabète 178
distance entre Pod et PDM 27, 137–140
données, visualisation. *Voir* historiques
durée d'action de l'insuline 75, 150,
 153–154, 178

E

eau 114, 115
échec. *Voir* communication: échec
écran
 Accueil 9
 couleur 64
 État 10
 ID 8
 InA 11
 mode lumineux 5
 Plus d'options 9
 temporisation 65
 verrouillage ou déverrouillage 65, 115
écran Accueil 9
écran État 10
écran ID 8
éliminer le Pod 140
enregistrer la mesure de GL 44, 47
entrée perdue 89
entretien
 PDM 114
 Pod 113
 site de perfusion 34, 121
exercice physique 135

F

facteur de correction 74, 150, 178
facteur de sensibilité.
 Voir facteur de correction

fibres dans les aliments 178
 fixer le Pod 30
 fonctions de diagnostic
 réinitialiser le PDM 66
 vérifier les alarmes 65
 fournitures
 configuration du PDM 13
 voyage 123
 fours micro-ondes 115
 fuite 34
 fuseaux horaires 123

G

GL minimale pour les calculs 73, 150, 179
 glucide 179
 historiques 94
 glucide, bolus. *Voir* bolus repas
 glycémie
 bandelettes de test 37, 39
 élevé et bas 45–46
 entrer manuellement 47
 glycémie cible 73, 150–158, 179
 historiques 92
 lecteur.
 Voir lecteur de glycémie, intégré
 marqueurs 48, 85, 93
 plage d'objectif glycémique 84, 180
 vérification 39–46
 glycémie cible 73, 150–158
 graphiques
 historique de glycémie 93
 programme basal 68

H

hémoglobine A1c (HbA1c) 179
 heure et date 63
 AM/PM ou 24 h 63
 historique. *Voir* historiques
 historiques 87–96
 administration d'insuline 90
 alarmes 94
 bolus 90
 coordonnées personnelles 95

débit basal 91
 débit basal, résumé bolus 90
 écran de menu 87
 entrée perdue 89
 glucide 94
 glycémie 92
 icônes 89
 liste combinée 95
 sélection de dates ou d'une
 liste d'événements 88
 tous les historiques 95
 historiques basaux 90, 91
 horloge AM/PM ou 24 h 63
 horloge, AM/PM ou 24 heures 15, 63
 hospitalisation 136
 hyperglycémie 130–133, 179
 et mesure de GL 45
 prévention 130
 symptômes 130
 traitement 131
 hypoglycémie 125–129, 179
 asymptomatique 141, 179
 et mesure de GL 45
 prévention 127
 symptômes 126
 traitement 128
 hypoglycémies, hyperglycémies
 et ACD 125

I

icônes
 écrans d'historique 89
 PDM 165
 InA de correction 150, 153
 InA repas 148, 153
 incrément, bolus 78
 indicateur plus d'infos 7
 indicateur point d'interrogation 7
 indications d'utilisation x
 infection, site de perfusion 34, 121
 insuline 24, 113, 122, 179
 action rapide vs action prolongée 133
 entrées d'historique 90
 planning. *Voir* programme basal
 quantité de remplissage maximale 26

quantité de remplissage
 minimale 26, 28
quantité restante dans le Pod 7
seringue de remplissage 26
suspendre et reprendre 61, 146
utilisation approuvée xi
insuline à action prolongée 133
insuline à action rapide 133
insuline active.
 Voir insuline active (InA)
insuline active (InA) 150, 153–156, 179
insuline faible 7, 100
insuline U-100 xi
interaction, PDM et Pod 137–141
interférences électriques 115
IRM 136

K

kit de glucagon 123, 127
kit d'urgence 122, 123
kit d'urgence diabétique 122

L

lecteur de glycémie, distinct 47
lecteur de glycémie, intégré 179
 bips 85
 caractéristiques 162
 marquer des relevés 48, 85
 messages d'erreur 109
 résultats 44, 45, 46
 utilisation 39–46
limite inférieure, plage d'objectif
 glycémique 84
limite supérieure, plage d'objectif
 glycémique 84
lingettes désinfectantes 118
lingettes IV Prep 117
lipides dans les aliments 179
lumière
 écran du PDM 66
 port de bandelette de test 41

M

maladie 135
marqueurs, glycémie 48, 85, 93
marqueurs, solution de contrôle 44
menu
 écran Accueil 9
 historiques 87
 Plus d'options 9
menu Plus d'options 9
messages d'erreur,
 lecteur de glycémie 109
mesure de GL basse 45
mesure de GL élevée 45
mise sous tension/hors
 tension du PDM 4
mode lumineux 5
mode silencieux
 alarmes 111
 bips 64, 103
modifier un bolus en cours 53

N

nage 114
navigation dans les écrans
 d'historique 88
nettoyage
 PDM 118
 Pod 114
nombres, saisie 6
nom d'utilisateur 8, 64
notifications 102–103, 180
nouveau-né x, 180
numéro de modèle i, ix
numéro de série 5

O

obturation. *Voir* occlusion
occlusion 32, 98, 130, 133, 163, 180
odeur d'insuline 34
orientation, Pod 31

P

PDM

- caractéristiques 162
- chute ou détérioration 119
- configuration 14–21
- entretien 114
- icônes 165
- immersion dans l'eau 115
- numéro de modèle i, ix
- numéro de série 5
- pièces marquées 3
- piles 14, 116
- remplacement 119
- stockage 114
- temporisation d'écran 65
- temporisation du rétroéclairage 66
- verrouillage 65, 115

PDM endommagé 119

péréemption, Pod 79, 100, 102

personnaliser le PDM 64

piles

- faibles 103, 116
- indicateur de niveau 7
- insertion 14
- préservation 65
- remplacer 116
- type 116

piles faibles 7, 103, 116

piqûre dans le doigt 41

plage d'objectif glycémique 84, 180

plage, objectif glycémique 180

planifier l'insuline.

Voir programme basal

Pod

- activation 27, 137
- alarme d'occlusion 98
- alerte de réservoir bas 80
- arrêt automatique 80, 141
- caractéristiques 160
- choix du site 29, 31
- débit 161
- désactivation 25, 140
- éliminer 140
- entretien 113

nettoyage 114

orientation 31

péréemption 79, 100, 102

pièces marquées 2

précision du débit 161

remplacement 23

remplir d'insuline 27

retrait 25

stockage 113

vérifications de sécurité xiii, 29

vérifier l'état 138

portée

objectif glycémique 84

positionnement, Pod 31

pratique sportive 135

précision, débit 161

préparation du site de perfusion 30

préréglages 180

bolus 52, 78

débit basal temp 59, 70

glucide 50, 75

préréglages bolus 148, 180

création, modification,
suppression 78

utilisation 52

préréglages de glucide 180

création, modification,
suppression 75–77

utilisation 50

prescriptions 123, 124

programme basal 180

à propos 142

changer 60

création, modification,
révision et suppression 67

graphique 68

suspendre ou reprendre 61

protéines 180

PSCI. *Voir* perfusion sous-cutanée
continue d'insuline

Q

quantité d'insuline maximale 26

quantité d'insuline minimale 26

R

- raccourci de navigation 5
- raccourci, navigation 5
- radiographie 124, 136
- rappel de bolus oublié.
 - Voir* bolus: rappels
- rappel personnalisé
 - réglage 82
 - utilisation 103
- rappels
 - bolus 80
 - confiance 82
 - GL 79, 102
 - personnalisé 82
 - programme 82, 103
- rappels de confiance
 - réglage 82
- rappels de GL
 - réglage 79
- rappels de programme
 - réglage 82
- rapport I/G 74, 150, 180
- rapport insuline/glucides.
 - Voir* rapport I/G
- réglage en débit fixe (U/h)
 - bolus prolongé 77
 - débit basal temp 70, 144
- réglage en pourcentage
 - bolus prolongé 77
 - débit basal temp 70, 144
- réglages 63–86
 - arrêt automatique 80
 - bolus maximum 77
 - calculateur de bolus 72–85
 - configuration du bolus prolongé 77
 - configuration du débit basal temp 70
 - correction inverse 74
 - Corriger si supérieur à 73
 - couleur de l'écran 64
 - date 63
 - Débit basal maximum 67
 - durée d'action de l'insuline 75
 - facteur de correction 74
 - GL minimale pour les calculs 73, 150
 - glycémie cible 73
 - heure 63
 - horloge AM/PM ou 24 h 63
 - incrément bolus 78
 - nom d'utilisateur 64
 - péremption du Pod 79
 - plage d'objectif glycémique 84
 - préréglage bolus 78
 - préréglages de débit basal temp 70
 - préréglages de glucide 75
 - programme basal 67–70
 - rappels de bolus 80
 - rappels de confiance 82
 - rappels de GL 79
 - rappels de programme 82
 - rappels personnalisés 82
 - rapport I/G 74
 - réinitialiser le PDM 66
 - réservoir bas 80
 - résumé 159
 - temporisation d'écran 65
 - temporisation du rétroéclairage 66
 - tonalité du lecteur de glycémie 85
 - verrouillage ou déverrouillage
 - de l'écran 65
- réglages par défaut 159
- réinitialiser
 - date ou heure 63
 - PDM 66
- remarques 64
- remplacement
 - Pod 23
 - programme basal 60
- remplacer
 - bolus prolongé 54
 - PDM 119
 - pires du PDM 116
 - Pod 23
- renommer
 - nom d'utilisateur 64
 - préréglage bolus 78
 - préréglage de glucide 76
 - préréglages de débit basal temp 71
 - programme basal 69
 - rappel personnalisé 83
- repas. *Voir* bolus repas
- reprendre l'administration d'insuline 61

réservoir
 bas, alerte 80
 remplissage 27

S

saisie
 marqueurs 48
 mesure de GL 44, 47
 nombres 6
 texte 6
 saisie des données 6
 saisie de texte et de nombres 6
 scanners (TDM) 136
 sécurité
 électrique 168–169
 vérifications automatiques xiii, 29
 sécurité dans les aéroports 124
 sécurité électrique 168
 segment basal 19, 142, 180
 segments 19, 180
 seringue de remplissage, insuline 26
 bulles d'air 27
 seringue, remplissage 26
 bulles d'air 27
 service clients i
 Seuil « Corriger si supérieur à » 73,
 150, 178
 site de perfusion 30, 33, 34, 121, 180
 site Web i
 solution de contrôle 37, 38, 41, 44
 sport 135
 supprimer
 préréglages bolus 79
 préréglages de débit basal temp 72
 préréglages de glucide 77
 programme basal 70
 suspendre l'administration
 d'insuline 61, 146
 symboles
 à l'écran 165
 dans les historiques 89
 étiquettes du système 166
 symptômes
 ACD 133
 hypoglycémie 126

T

technique aseptique 24, 180
 téléphones portables 136
 température
 insuline 24, 113
 lecteur de glycémie 43
 PDM 162
 Pod 24, 160
 température de fonctionnement 115,
 160, 162
 temporisation
 écran 65
 rétroéclairage 66
 temporisation du rétroéclairage 66
 texte, saisie 6
 tonalité, lecteur de glycémie 85
 tonalité ou vibration 64, 103
 touche bloquée 101
 touches contextuelles 4, 180

V

vacances 123
 vérification de l'état 138
 vérification du fonctionnement 138
 vérifier le fonctionnement
 alarmes 65
 lecteur de glycémie 38
 PDM 141
 Pod 138
 verrouillage de l'écran 65, 115
 vibration ou tonalité 64, 103
 voyage 123–125

Cette page est laissée vierge intentionnellement.



omnipod[®]

INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

Insulet Corporation
600 Technology Park Drive, Suite 200
Billerica, MA 01821 États-Unis

Support/Approvisionnement : 0800 89 76 18 | Omnipod-CH@insulet.com

www.myomnipod.com

Bienvenue, cher Podder™ !

© 2012-2017 Insulet Corporation. Omnipod et le logo Omnipod sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Insulet Corporation aux États-Unis et dans diverses juridictions. Tous droits réservés.

Informations relatives aux brevets disponibles sur le site www.insulet.com/patents.

Imprimé aux États-Unis.

Les images du PDM remplissent une fonction exclusivement illustrative.
Les affichages du PDM peuvent varier en fonction du modèle ou de la configuration de l'utilisateur.

Modèle : FRT456

**Certifié norme IPX8 jusqu'à 7,6 m de profondeur pendant 60 minutes – le PDM n'est pas étanche

17845-6G-AW Rév. A 10/17